

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21

Pakiet 213, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzia w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 214, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrykiwań o średnica 0,6 mm lub 0,8 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 217, poz. 1. Czy Zamawiający klipsownice w cewniku o śr. 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 231. Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z drutu plecionego o grubości 0,3 mm dla średnic otwarcia 10 mm i 15 mm oraz wykonane w drutu plecionego o grubości 0,41 mm dla średnic otwarcia 2 mm i 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający