

Bytom dnia: 2021-07-27

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 32

1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 78 poz.1 i 2** Stapler jednorazowy, liniowy z nożem o wysokości zszywki 4,5mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 76 poz.1** staplery skórne wykonane z niepowlekanej chirurgicznej stali nierdzewnej o wys.4,4mm szer.7,3mm gr.0,6mm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 64 i nr 65** wymaga by w każdym opakowaniu z klipsami znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące, do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, przynajmniej po dwie sztuki do każdego magazynka z klipsami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 68** worki do laparoskopii typu Endobag równoważne, o wymiarach w poz.1 - 54x200mm oraz w poz.2 - 100x205mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. **Dotyczy zawarcia umowy:** wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przesyła umowę do wykonawcy w trybie korespondencyjnym.

W imieniu Zamawiającego

