

Bytom dnia: 2021-07-21

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 9

#### Pakiet nr 1 poz. 1-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenie strzykawek oraz igieł na opakowania po 25sztuk, 50 sztuk, 80 sztuk oraz 100sztuk?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Jednolity przelicznik 1 szt lub 100 szt.**

#### Pakiet nr 1 poz. 12-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek ze skala 50/60ml?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pakiet nr 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek ze skala rozszerzona?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pakiet nr 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 i 80 sztuk?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pakiet nr 12 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z fep

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli w rozmiarze :

17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64

22 G	0,80 x 25	38
------	-----------	----

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

17 G	1,50 x 45	140	Dopuszcza
18 G	1,20 x 45	100	Nie dopuszcza
	1,20 x 38	105	
20 G	1,00 x 32	64	Nie dopuszcza
22 G	0,80 x 25	38	Dopuszcza

**Pakiet nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli w rozmiarze

17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

17 G	1,50 x 45	140	Dopuszcza
18 G	1,20 x 45	100	Nie dopuszcza
	1,20 x 38	105	
20 G	1,00 x 32	64	Nie dopuszcza
22 G	0,80 x 25	38	Dopuszcza

**Pakiet nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli

20 G	1,1 x 32	61 ml/min
20 G	1,1 x 25	65 ml/min
22 G	0,9 x 25	36 ml/min

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 12 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie korków kompatybilnych z kaniulami z poz 1 oraz 2 ale bez oświadczenia producenta?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet nr 13 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z fep lub pur?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet nr 19 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 0,32ml/min?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 19 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet nr 20 poz. 1**



Czy Zamawiający wymaga przyrządu z długością komory w części przezroczystej do 6cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z opisem SWZ.

**Pakiet nr 20 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z długością komory w części przezroczystej do 9cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z opisem SWZ.

**Pakiet nr 52 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do pobierania leków o średnicy 13mm oraz 20mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 91 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z włókniny smms?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

**Pakiet nr 91 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rzepem o wielkości 9cmx5cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

**Pakiet nr 91 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z 3 naklejkami?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

**Pakiet nr 91 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha rozmiar m, l, xl, xxl +/-10cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 102 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koszuli w rozmiarze uniwersalnym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 103 poz. 1**

CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODE NA DOPUSZCZENIE KOMBINEZONU OCHRONNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYKONANY Z WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ O GRAMATURZE 55g/m2 Z DODATKOWĄ WARSTWĄ LAMINATU. POSIADA LAMINOWANE SZWY ZAPEWNIAJĄCE DODATKOWĄ OCHRONĘ SPEŁNIAJĄCY NORMY I RODZAJE OCHRONY EN 14126:2003+AC:2004, EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 3B), EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 4B), EN ISO 13982-1:2004+1:2004+A1:2010 (TYP 5B), EN 13034:2005+A1:2009 (TYP 6B) ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści jeżeli proponowany kombinezon odpowiada kombinezonowi typu TYVEK.

**Pakiet nr 103 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 65 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pakiet nr 104 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wymaga znaku CE, obowiązkowy dla wyrobów medycznych.

W imieniu Zamawiającego

