

Bytom dnia: 2025-06-17

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych  
dla potrzeb Szpitala Specjali-stycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie parafiny, która ma temperaturę topnienia 56-58 stopni Celsjusza?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza parafinę granulowaną przejrzystą o temp. topnienia 56-58 stopni Celcjusza.

Zamawiający

Koordinator Zamówień Publicznych  
*mgr Magdalena Pudło*