

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 21 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 10 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na specyfikę pracy i zaopatrzenie w MLD.

2. Czy Zamawiający w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 10 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na specyfikę pracy i zaopatrzenie w MLD.

3. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści test o czułości i swoistości badanych względem innego szybkiego testu wiodącego producenta przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający prosi o doprecyzowania pytania.

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 test o czułości 95,65% i swoistości 91,67%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na jakość pracy w laboratorium bakteriologicznym.

5. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści test o czułości 96,2% i swoistości 97,8%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na jakość pracy w laboratorium bakteriologicznym.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 5 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 test jakościowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody wymaga test półilościowy ze względu na jakość badań przesiewowych u pacjentów poradni gastrologicznych.

Zamawiający

