

Bytom dnia: 2025-02-07

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 57

Pakiet nr 6, pozycja nr 1-4 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 22G 0,7x75mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 15, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 100szt.

Pakiet nr 15, pozycja nr 1 – Prosimy o podani jednostki miary.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli jednostek miary 1700szt/ a 100szt.

Pakiet nr 23, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści dren w rozmiarach od CH8 do CH18?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 23, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 23, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania CH24?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 23, pozycja nr 4 – Czy zamawiający wykreśli pozycję nr 4, ponieważ produkt ten jest niedostępny na rynku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 23, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści kanki doodbytnicze dostępne w następujących rozmiarach:

Kanki doodbytnicze	Długość [mm]	Średnica							
		4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	9,3 mm	10,0 mm
		CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 28	CH 30
	200								
	250								
	300								
	400								
	600								

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 25, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści sondę w rozmiarze CH18 i CH21?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 27, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw bez zaworu bezpieczeństwa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 33, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na korpusie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 34, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 34, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 34, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 36, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na korpusie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 36, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarach 000/40mm; 00/50mm; 0/60mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 38, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści okulkarki w rozmiarach: S (20-31cm), M (25-35cm) oraz L (30-40cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja nr 1-2 – Czy zamawiający dopuści dreny o długości 5cm i 10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja nr 1-2 – Czy zamawiający dopuści powierzchnię filtrującą 1,5cm²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści przepływ >5ml/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr na 96h?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

f

Pakiet nr 47, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,4ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści przepływ >40ml/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 95, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści średnicę 25mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 129, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z workiem o pojemności 2l?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 167, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek o średnicy 2,5-3,5mm, o długości 535mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 225, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający

