

Bytom dnia: 2023-01-23

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 1/1PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 10

Pakiet 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści czujnik SpO2 o długości 3 m?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuści.**

Pakiet nr 12 poz.1

Czy zamawiający może określić kształt wtyczki: okrągła czy prostokątna?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Prostokątna.**

Pakiet 12 poz.3

Czy zamawiający może określić kształt wtyczki, okrągła czy prostokątna?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Prostokątna.**

Pakiet 24 poz.5,6

Czy Zamawiający oczekuje mankietów jedno- czy dwużyłowego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**



**Zamawiający oczekuje mankietów jednożyłowych**

Pakiet 24 poz.5

Prosimy o dopuszczenie mankietów o obwodzie 25-35 cm, szer. 14,0 cm \*dł.51,5cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar**

Pakiet 24 poz.6

Prosimy o dopuszczenie mankietów o obwodzie 25-35 cm, szer. 14,0 cm\* dł. 64,5 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar**

Zamawiający

