

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Numer referencyjny: **ZP.3311.49-16.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 5 dopuści op. a’20 sztuk?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 1 wymaga aparat do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90 mm, wykonaną z materiału nie zawierającego PVC, dren min. 150 cm, polskiego producenta firmy Margomed?”

Odpowiedź: Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 wyżej cytowanej ustawy modyfikuje treść Formularza ofertowo-cenowego – załącznik nr 1 do SWZ, część/pakiet nr 2 poz. 1 w sposób następujący: „aparat do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90 mm, wykonaną z materiału nie zawierającego PVC, dren min. 150 cm.”

3. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 16 poz. 3 dopuści następujący spike: Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych. Ostry kolec osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania; filtr przeciwbakteryjny; port z końcówką Luer-Lock, korek portu z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 2 dopuści następujący rozmiar: 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min. i 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 3 dopuści następujący rozmiar: 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min. i 18G 1,3x32mm przepływ 105ml/min?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 5 oczekuje opakowania a’20 sztuk, ilość 1 200 sztuk /kolumna 5/?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania 1200 sztuk, po 20 sztuk w opakowaniu.

7. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 6 i 7 oczekuje opakowania a’100 sztuk, Jednostka – opak. /kolumna 4/?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania opakowań po 100 sztuk.

8. **Pytanie:** „Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 1-7 oczekuje, w celu pełnej kompatybilności, aby wszystkie wyroby pochodziły od jednego producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/