



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 3 – Łóżka Endoskopowe 5 szt.

<i>LP</i>	<i>Parametr wymagany</i>	<i>Wartość graniczna</i>	<i>Parametr oferowany</i>
1.	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
2.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
3.	Łóżka endoskopowe 5 szt, Wymiary: Szerokość całkowita: 850mm (+/-30mm) Długość całkowita: 2150 mm (+/- 30mm) Materac o wymiarach: 2000x700mm	TAK	
4.	Nożna hydrauliczna regulacja wysokości mieszcząca się w zakresie 500 -900 mm (+/- 30mm)	TAK	
5.	Pozycja trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° - 12° (+/- 2°) – regulacja płynna	TAK	
6.	Pozycja anty – Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0° - 12 ° (+/- 2°) - regulacja płynna	TAK	
7.	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych	TAK	
8.	Leże przeziernie na całej długości dla promieni RTG, wykonane z tworzywa HPL, 4 segmentowe	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	w tym 3 segmenty ruchome		
9.	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia	TAK	
10.	Łóżko wyposażone w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku	TAK	
11.	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0 -70° (+/- 3°) – regulacja płynna	TAK	
12.	Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-20° (+/- 3)	TAK	
13.	Łóżko wyposażone w min 4 krążki odbojowe	TAK	
14.	Składane barierki boczne po obu stronach łóżka o wysokości mi. 350mm, powyżej leża oraz długości min. 1400mm	TAK	
15.	Łóżko powinno posiadać możliwość zamocowania materaca na łóżku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.	TAK	
16.	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża. Wyposażenie łóżka: - jednostopniowy podnózek - regulowany wieszak na kroplówki z 4 haczykami - materac o grubości min. 80mm, - odejmowalny i regulowany zagłówek	TAK	
17.	Podstawa łóżka osłonięta obudowaną wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem wraz z zabezpieczeniem dla butli tlenowej o pojemności 2-5l oraz miejscem na rzeczy osobiste pacjenta.	TAK	
18.	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole	TAK	
19.	Obciążenie robocze wózka min. 150kg		



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

20.	Ergonomiczne uchwyty na szczytach łóżka z ułatwiające jego sterowanie.		
21.	Tapicerka materaca przystosowana do mycia i dezynfekcji w warunkach szpitalnych		
22.	Konstrukcja łóżka wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.		
<u>Warunki gwarancji i serwisu</u>			
23.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
24.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	
25.	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.		
<u>Dodatkowe</u>			
25.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
26.	Świadectwo CE	TAK	
27.	Deklaracja zgodności	TAK	
28.	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
29.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
30.	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
31.	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
32.	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

Upelnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

Data:.....

- **Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .**
- **Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.**
- **Zamawiający wymaga dostawy złożonych foteli. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.**