

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 2 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie testów w opakowaniu po 25 szt. Każdy test opakowany w indywidualną saszetkę z nadrukowaną nazwą, numerem katalogowym oraz datą ważności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 2 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie testów z pozycji 1 i 4 w opakowaniu po 10 szt. Każdy test opakowany w indywidualną saszetkę z nadrukowaną nazwą, numerem katalogowym oraz datą ważności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet nr 2, środki uzależniające - testy do badania moczu zawiera tylko 1 pozycję i może być konfekcjonowany zbiorczo po 10 sztuk indywidualnie pakowanych i opisanych testów.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 3 testu do wykrywania Norowirusa o czułości 95,7% oraz swoistości 91,7%. Czułość przewyższa wymagania Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 4 testu do wykrywania anygeny Giardii lamblia o czułości 96,2% oraz swoistości 97,8%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

