

**UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W  
POZNANIU**

Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

**INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wyroby medyczne jednorazowego użytku - asortyment  
ogólnego przeznaczenia, sprzęt drobny, anestezjologia

Numer referencyjny: DZP/129/2024

Zamawiający, **UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

**Część nr 10: Pakiet nr 10****Billmed Sp.zo.o.**

Krypska 24 /1

04-082 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **34 344.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

**Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:**

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
10 - Pakiet nr 10	<b>Billmed Sp.zo.o.</b> Krypska 24/1 04-082 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00

**Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
18	<b>Salus International Sp. z o.o.</b> Pułaskiego 9 40-273 Katowice	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 10 na podstawie <b>Art. 226 ust. 1 pkt 5</b> ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w pakiecie nr 10 wymagał:</p> <p>1. Cewnik dwukanałowy – poliuretanowy do wykonywania hemodializy</p> <p>Zestaw: cewnik z igłą, przewodnikiem i dylatatorem, z portem do podania leków. 11F – 12F, 15 cm i 20 cm Przepływ &gt; 360 ml/min</p> <p>Wykonawca Salus zaoferował w pakiecie nr 10 Cewnik dwukanałowy Producent Jolie GmbH&amp;CoKG ref PKHF11P150 ;PKHF11P150R; PKHF11P200;PKHF11P200R nie spełniające poniższych kryteriów wymaganych, tzn. zaoferowany Cewnik dwukanałowy jest z dwoma światłami tj. światłem tętnicznym i żylnym bez wymaganego dodatkowego portu (światła) do podania leków.</p>

7	<b>Baxter Polska Sp. z o.o.</b> Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 10 na podstawie <b>Art. 226 ust. 1 pkt 5</b> ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w pakiecie nr 10 wymagał:</p> <p>1. Cewnik dwukanałowy – poliuretanowy do wykonywania hemodializy</p> <p>Zestaw: cewnik z igłą, przewodnikiem i dylatatorem, z portem do podania leków. 11F – 12F, 15 cm i 20 cm Przepływ &gt; 360 ml/min</p> <p>Wykonawca Baxter zaoferował w pakiecie nr 10 Cewnik dwukanałowy Baxter ref 109711 109711MDR; 109712 109712MDR nie spełniające poniższych kryteriów wymagalnych, tzn. zaoferowany Cewnik dwukanałowy jest z dwoma światłami tj. światłem tętnicznym i żylnym bez wymaganego dodatkowego portu (światła) do podania leków.</p>
6	<b>Optimed Pro-Office A.P. Szewczyk Sp. Jawna</b> Forteczna 5 /Fort 47A 32-086 Węgrzce	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 10 na podstawie <b>Art. 226 ust. 1 pkt 5</b> ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w pakiecie nr 10 wymagał:</p> <p>1. Cewnik dwukanałowy – poliuretanowy do wykonywania hemodializy</p> <p>Zestaw: cewnik z igłą, przewodnikiem i dylatatorem, z portem do podania leków. 11F – 12F, 15 cm i 20 cm Przepływ &gt; 360 ml/min</p> <p>Wykonawca Optimed zaoferował w pakiecie nr 10 Cewnik dwukanałowy Kimal ref KFE-TDL-1215-K, KFE-TDL-1220-K nie spełniające poniższych kryteriów wymagalnych, tzn. zaoferowany Cewnik dwukanałowy jest z dwoma światłami tj. światłem tętnicznym i żylnym bez wymaganego dodatkowego portu (światła) do podania leków.</p>
14	<b>BALTON Sp. z o.o.</b> Nowy Świat 7 /14 00496 Warszawa	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 10 na podstawie <b>Art. 226 ust. 1 pkt 5</b> ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w pakiecie nr 10 wymagał:</p> <p>1. Cewnik dwukanałowy – poliuretanowy do wykonywania hemodializy</p>

		<p>Zestaw: cewnik z igłą, przewodnikiem i dylatatorem, z portem do podania leków. 11F – 12F, 15 cm i 20 cm Przepływ &gt; 360 ml/min</p> <p>Wykonawca Balton zaoferował w pakiecie nr 10 Cewnik dwukanałowy BALTON ref ZDD11F15...20, ZDD12F15...20 nie spełniające poniższych kryteriów wymagalnych, tzn.</p> <p>zaoferowany Cewnik dwukanałowy jest z dwoma światłami tj. światłem tętnicznym i żylnym bez wymaganego dodatkowego portu (światła) do podania leków.</p>
25	<p><b>VYGON Polska Sp. z o.o.</b> ul. Francuska 39 /6 03-905 Warszawa</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 10 na podstawie <b>Art. 226 ust. 1 pkt 5</b> ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w pakiecie nr 10 wymagał:</p> <p>1. Cewnik dwukanałowy – poliuretanowy do wykonywania hemodializy</p> <p>Zestaw: cewnik z igłą, przewodnikiem i dylatatorem, z portem do podania leków. 11F – 12F, 15 cm i 20 cm Przepływ &gt; 360 ml/min</p> <p>Wykonawca VYGON zaoferował w pakiecie nr 10 Cewnik dwukanałowy Producent VYGON ref 1132.11; 1132.12 nie spełniające poniższych kryteriów wymagalnych, tzn. zaoferowany Cewnik dwukanałowy jest z dwoma światłami tj. światłem tętnicznym i żylnym bez wymaganego dodatkowego portu (światła) do podania leków.</p>

#### Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp.

Umowa zostanie zawarta z dniem **26.11.2024 r.**

#### Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp