

Nisko dnia: 2024-01-03

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**

Kościuszki 1

37-400 Nisko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na " **Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi, testów, pasków i odczynników chemicznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**" – znak sprawy **Z.II.260.40.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), udostępnia poniżej treść sprostowań do zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Sprostowanie odpowiedzi na Pytanie nr 7**

Pytanie 7 dotyczyło Część nr 2 poz. 5 **Treść pytania**: Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści testy o czułości i swoistości min. 98%?

**Odpowiedź Zamawiającego z dnia 02.01.2024 r.: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

Dnia 03.01.2024 Wpływa do Zamawiającego zapytanie o następującej treści: Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści testy o czułości i swoistości min. 98%? Producent testów wycofał z produkcji testy o czułości i swoistości min. 99,9% i testy nie będą już dostępne, a testy funkcjonujące na rynku charakteryzują się czułością i swoistością w granicach 97-98%.

Pytanie to (choć zadane po terminie) zawiera istotną informację o której w dniu odpowiedzi na Pytanie nr 7 Zamawiający nie posiadał wiedzy, z tego względu Zamawiający **dokонуje sprostowania odpowiedzi na Pytanie nr 7** w taki sposób, iż **Zamawiający dopuści testy o czułości i swoistości min. 98%**.

## **Sprostowanie odpowiedzi na Pytanie nr 11**

Pytanie 11 dotyczyło: Część 1 poz. 1, 5, 18. **Treść pytania:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie igły motylkowej z zabezpieczeniem, igły systemowej z wizualizacją i zabezpieczeniem zintegrowanej z uchwytem oraz strzykawki do RKZ pochodzących od innych producentów niż pozostały asortyment. **Odpowiedź Zamawiającego z dnia 02.01.2024 r. :** **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający **dokонуje sprostowania odpowiedzi na Pytanie nr 11** w taki sposób, iż **Zamawiający wyraża zgodę** tylko na zaoferowanie **w pozycji 18** strzykawki do RKZ produktu od innego producenta niż pozostałe elementy zamkniętego systemu pobierania krwi, pozostałe elementy zgodnie z SWZ mają być od jednego producenta. Uzasadnienie – **Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ dot. pozycji 1 i 5** ponieważ produkty do zamkniętego systemu pobierania krwi pochodzące od jednego producenta gwarantują, iż będą one kompatybilne i będą ze sobą harmonijnie współpracowały.

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.**

**Dyrektor**  
**SPZZOZ w Nisku**  
**Paweł Tofil**  
*/podpisano elektronicznie/*