

**UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY**  
**im. L. Zamenhofs w Białymstoku**

**15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595**

Białystok, 29.11.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
przetargowego**

**PN- 69/24/10/1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym PN-69/24/10 na dostawę łóżek pediatrycznych intensywnego nadzoru OIT.**

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Treść pytań:**

1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka wyposażonego w leże 3-segmentowe wypełnione odejmowanymi płytami z tworzywa ABS, segment przedłużenia leża wykonany z płyty HPL. Czy Zamawiający **dopuszcza zaoferowanie powyższego?**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego dźwignie centralnej blokady dostępne przy kołach zlokalizowanych od strony nóg pacjenta, wyraźnie oznaczone kolorami informującymi o stanie użycia blokady (czerwony blokada aktywna / zielony blokada zwolniona), dostęp do dźwigni blokady po lewej i prawej stronie łóżka. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka o wymiarach zewnętrznych: (długość podstawowa 1805mm / długość z przedłużeniem leża 2085 mm / szerokości 960 mm. Nadmieniamy, że wymiary minimalnie różnią się od wymaganych. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**KIEROWNIK**  
**Sekcji Zamówień Publicznych**

*mgr Iwona Kisiel*