

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi - znak sprawy ZP 3311.14.2024

Samodzielny Publiczny wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie udziela odpowiedzi na złożone zapytania w prowadzonym postępowaniu.

Dot. pkt. 5 zaproszenia do składania ofert. Zamawiający wymaga w pkt. 5, aby termin ważności dostarczonych produktów wynosił min. 12 m-cy. Probówko-strzykawki z poz. 9 i 10 posiadają krótszy termin ważności wynoszący min. 5 m-cy co wynika ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko-strzykawce. Dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tych pozycjach produktów z terminem ważności 5 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*Dyrektor mgr Agnieszka Kruk /-/*