

Bytom dnia: 2022-08-30

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19

Wszystkie pakiety

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny do więcej niż dwóch miejsc po przecinku, cena ostateczna podana do 2 miejsc?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml do pomp bez rozszerzonej skali nominalnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez rozszerzonej skali nominalnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści igły z możliwością przeliczenia i wyceny za opakowanie 100szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością przeliczenia i wyceny po 100szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością przeliczenia i wyceny po 80szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 5 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością przeliczenia na opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością przeliczenia na opakowania po 80szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych parametrach:

- Cewnik wykonany z PTFE
- Wolna od PVC i lateksu.
- Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi
- Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG
- Posiada port iniekcyjny zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed

wyciekami krwi

- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu,

skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę

- Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie

- Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca łatwe wprowadzenie do żyły

- Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją

- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu

- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Zielony	18 G	1,2 x 32 1,2 x 45	80 m/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
18G	Green	85	1.30	32
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych parametrach:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 11 poz.1, 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z portem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11 poz.1, 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływach

0,7 x 19 18 ml/min

0,6 x 19 10 ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi o dł. 9,8 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aparatu do transfuzji bez odpowietrznika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie.

Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd:

- Przyrządy posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki
- Posiadają odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym
- Przyrząd zapewnia dokładnie połączenie z opakowaniem płynu
- Komora kroplowa o długości w części przezroczystej 9,0 cm pozwala na optymalne ustalenie poziomu krwi (długość całej komory 9,8 cm)
- Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 0,1 ml)
- 200 µm filtr płynu
- Komora z otwieranym odpowietrznikiem
- Precyzyjny zacisk rolkowy
- Sterylne, apirogenne, nietoksyczne, jednokrotnego użytku
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Szczelne połączenie z workiem
- Miękki elastyczny dren o długości 150 cm
- Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren
- Bez ftalanów
- Opakowanie papier-folia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 19 poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cewników z końcówkami pasującymi do aparatury z łącznikiem gwintowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 19 poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cewników z numerem katalogowym na opakowaniu jednostkowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z fiolek o podanych parametrach:

- Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek
- Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną
- Posiada filtr powietrza 0,2 μ i odpowietrznik
- Pomaga zachować sterylność leku w fiolece
- Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji
- Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych
- Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego
- Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję
- Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.
- Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.
- Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną
- Numer katalogowy: ASM5010
- Pakowany po 100 szt.

Objętość wypełnienia zaworu	Objętość wypełnienia zaworu i kolca	Przepływ
0,085ml	0,162ml	111,55ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem rozmiaru 14 mm, 20 mm

Pakiet 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów z filtrem powietrza 0,2 μ i zatyczką w kolorze niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści grubość na dłoni 0,05mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 86 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepki na gumkę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania.

Pakiet 94 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35g/m²

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 94 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta z trokami w pasie w kolorze ubrania i o dł. 160 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta z trokami na szyi o dł. 30cm (+/- 2 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 95 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny wykonany z Tkanina mikroporowata o gramaturze 62g/m2 (+/- 3g/m2)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Kombinezon ochronny wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumki w nadgarstkach i kostkach, pozostałe wymogi zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie .

W imieniu Zamawiającego

