



„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel. (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl



Olecko 23.08.2024r.

Znak sprawy: 19/PN/2024

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35;
02-546 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 132 ustawy Pzp na „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.” – znak sprawy 19/PN/2024.

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

Zamawiający - Olmedica w Olecku sp. z o.o., działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferta Wykonawcy „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.” w części 1 i 2 została odrzucona, na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

Uzasadnienie faktyczne:

W części nr 1 pozycji 7 Zamawiający wymagał:

„Kaniula dożylna pediatryczna posiada dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie jej do światła naczynia, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, bez pasków radiocieniujących, rozmiary: 26G:0,6 x 19mm; 24G:0,7 x 19mm, sterylna”.

Wykonawca w danej pozycji zaproponował kaniule Neotec (HNMUW2419 i HNMWU2619). Z karty katalogowej przesłanej przez Wykonawcę wynika, że zaoferowana kaniula posiada 6 linii RTG. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jest ona niezgodna z wymaganiami Zamawiającego

W części nr 2 Zamawiający wymagał wyceny 69 pozycji. Zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych od 1 do 37. Wykonawca nie wycenił wszystkich wskazanych pozycji a mianowicie 12, 43 oraz 64. Ze względu na brak wyceny oferta jest nie kompletna i jest nie zgodna z wymaganiami SWZ.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

/-/mgr Katarzyna Mróz