

Do uczestników biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie Zaproszenia do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych i czystościowych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu udziela wyjaśnień dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

zadanie nr 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów na bazie 2% aldehydu glutarowego z możliwością stosowania przez okres 28 dni. Gotowy do użycia po dodaniu buforu z możliwością kontroli aktywności za pomocą pasków testowych. Spektrum działania; B, V, F, Tbc, -5 min oraz S do 15 min. Pojemność 5 l

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

zadanie nr 6 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu czteroenzymatycznego do mycia endoskopów, kompatybilnego z pozycją 1. Opakowanie 5l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

zadanie nr 6 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu na bazie kompleksu trójenzymatycznego, chlorku didecylodimetyloamoniowy N-(3-aminopropyl)-Ndodecylopropano-1,3-diamina do mycia i dezynfekcji narzędzi o spektrum działania B, F, Tbc, V w czasie do 15 min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

zadanie nr 6 poz. 3

W związku z tym, że na rynku dostępne są preparaty działające w różnych stężeniach, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu aktywnego wobec pełnego spektrum B, F, Tbc, V w stężeniu 0,5% czasie do 15 minut.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

zadanie nr 6 poz. 4

W związku z tym, że producent konfekcjonuje paski testowe w innej wielkości opakowaniu prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pasków testowych w opakowaniu a'25 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu  
Marzena Szopińska-Demczuk /-/*