

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce**

Pismo: drobny sprzęt med./266/2019/25

Siedlce dnia: 2019-06-28

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 50µg/g, polimerowane wewnętrznie?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na mankiecie min 0,06mm?

Odpowiedź - tak

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN ISO 374-1,5, EN374-2,4, EN16523-1?

Odpowiedź - tak

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z teksturowanej folii HDPE+ LLDPE?

Odpowiedź - tak

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na dłoni 0,06mm?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,10mm (±0,01)?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 94µg/g, posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, o grubości na dłoni 0,19mm (±0,01), o długości od minimum 275mm do minimum 285mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Sprawę prowadzi – Anna Jastrzębska

STARSZY INSPEKTOR

Anna Jastrzębska

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 21µg/g, o grubości na dłoni min. 0,19mm, o długości minimum 290mm?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, o grubości na dłoni 0,18mm (±0,02), o długości minimum 280mm?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach 0,33-0,40mm, na dłoni 0,27-0,35mm, na mankiecie 0,20-0,22mm, o długości 480mm (±10), AQL 1,5?

Odpowiedź - tak

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'50 par z podziałem na komorę z lewymi rękawicami oraz komorę z prawymi rękawicami, z przeliczeniem zamawianych ilości na 2 opakowania?

Odpowiedź - tak

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

[Signature]
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
lek. med. Stefan Jeznach

Sprawę prowadzi – Anna Jastrzębska

STARSZY INSPEKTOR

[Signature]
Anna Jastrzębska