



tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

IK/EZP/065/097/2019

Znak sprawy: ZP 005/2019

Warszawa, dnia 08.02. 2019 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (2)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień i dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„wyrobów medycznych”

Zamawiający zaleca aby wypełniony Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty elektronicznej został przesłany w formacie pliku XLS zamieszczonym przez Zamawiającego z uwagi na obsługę postępowania w programie.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 26 oczekuje zaoferowania worków do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o poj. 500 ml pozwalającą na precyzyjny odczyt zbiórki z czytelną podziałką skalowaną co 1 ml (w zakresie 0-20ml), co 5 ml (w zakresie; 20-100ml), co 10ml (w zakresie 110 – 140 ml), co 20 ml (w zakresie 140-200 ml) oraz co 25 ml (w zakresie 200-500ml)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w **Części nr 17/1 pozycja/** wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka o konstrukcji plecionej nitinolowej zbudowanego z atraumatycznego koszyczka oraz dysku o zakresie średnic koszyczka: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm oraz zakresie średnic dysku: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: ZP 005/2019, Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6-8F o długości 15 cm , 17cm, 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Zadanie 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7-9F o długości 15 cm , 17cm, 20cm, 30cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o

pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pak. 32 poz. 1

Czy w pak. 32 poz. 1 Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelowa prawa z mankietem tchawicznym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym z PCV w kształcie litery S a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy, prowadnica. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankieta. Położenie mankieta zapisane na baloniku kontrolnym rozm 28-41?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy pak. 32 poz. 2

Czy w pak 32 poz.2 Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową lewa z mankietem tchawicznym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym z PCV a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy, prowadniaca. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankieta. Położenie mankieta zapisane na baloniku kontrolnym rozm 35-41?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. części nr 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 20 cewników diagnostycznych, które posiadają dwie różne średnice przy 5F do prawej (średnica wewnętrzna dla 5F $\geq 0.045''$) i lewej tętnicy (średnica wewnętrzna dla 5F $\geq 0.047''$)? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytowej stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ poprzez dodanie w par. 5 punktu 5 o następującej treści: „Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z magazynu przez Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z nieprzeźroczystym konektorem w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika i dwoma otworami naprzemianległymi, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy oferowane kraniki mają być wyposażone również w wyczuwalny indykator pozycji otwarty-zamknięty?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kieliszki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 8750 opakowań?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zgłębniki zakończone złączem EnFit? Złącza typu EnLock zostały wycofane z użytku.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 13**Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawkę 100 ml z końcówką typu Żaneta w opakowaniach po 45 szt.?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 14**Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniule posiadające 3 wtopione paski kontrastujące w RTG, posiadające zabezpieczenie w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach (bez kapilar) chroniącej personel przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 15**Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 34**

Czy strzykawki bezbarwne, podobnie jak strzykawki bursztynowe, mają posiadać dwustronną skalę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 16

Czy Zamawiający, w części nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul do kardioplegii o opuszki aorty z wentem w rozmiarach 7,8,10 Fr?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający, dla części nr 5, wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu z filtrem gazowym w kolorze białym o wielkości porów 1,2 mikrometra?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 18

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie, w części 11, kaniul żylnych dwustopniowych w rozmiarach: 32/40 Fr, 34/36 Fr, 36/46 Fr, 36/51 Fr.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, w części 12, kaniule aortalne zbrojone zagięte z łącznikiem 3/8" i wyjściem typu Luer, w rozmiarach 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 13 wentu przedsionkowego o długości 16 Fr i ze sprężynką bez osłonki?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych dla części nr 5?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 22

Zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej dokumenty przetargowe do niniejszego postępowania zawierają załącznik nr 6 w formacie xls, który według zapisów SIWZ powinien stanowić wykaz wymaganych przez Zamawiającego próbek. Załącznik nr 6 po otwarciu uwidacznia załącznik nr 2,

w którym znajduje się wykaz próbek oraz szereg arkuszy dotyczących każdego z zadań (załącznik nr 2 do postępowania stanowi opis przedmiotu zamówienia nie zaś wykaz próbek). Arkusze umieszczone w załączniku nr 6 zawierają wycenę Zamawiającego oraz kolejny wykaz próbek, których ilość nie pokrywa się z ilością wymienioną w fałszywym załączniku nr 2, który powinien być załącznikiem nr 6. Prosimy o zmianę załącznika nr 6 oraz zamieszczenie jednoznacznego wykazu próbek.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał sprostowania w dniu 30.01.2019r.

Pytanie 23

W punkcie 11.8 SIWZ Zamawiający zamieścił informację, że dokumenty w formacie .doc, .docx, .xlsx, .xml należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, jednak istnieją dwa rodzaje podpisu XAdES: wewnętrzny i zewnętrzny. Zewnętrzny podpis w formacie XAdES generuje obok podpisywanego pliku samą informację o wykonanym podpisie, natomiast wewnętrzny podpis XAdES zamienia cały podpisywany plik na format XAdES. Który rodzaj podpisu XAdES należy zastosować zamieszczając plik na platformie ProPublico?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje oba rodzaje podpisu.

Pytanie 24

Część 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej diurezy, składający się z komory pomiarowej 500ml, podzielonej na 2 komory pośrednie, na pierwszej komorze czytelna podziałka 3-40ml (co 1 ml), na drugiej czytelne podziałki: 40-100ml (co 5ml) oraz 100-500ml (co 10ml), posiadający 2 zastawki antyferfluksyjne: na wejściu drenu do komory pomiarowej oraz w worku zbiorczym, szczelne zamknięcie worka i komory, skala na worku co 100ml (cyfrowa co 500ml), dwuświatłowy dren odporny na złamanie ze spiralą antyzagięciową, worek bez możliwości wymiany, zestaw wyposażony w 1 port do pobierania próbek – w linii przepływu oraz dwa filtry hydrofobowe, wysokość worka wraz z zaworem ok. 40cm ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Część 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Część 30, pozycja 1

Czy Zamawiający wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z przeliczenie miłości na 800 opakowań?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 27

Część 30, pozycja 2

Czy Zamawiający wycenę koreczków za opakowanie a'100 szt. z przeliczenie miłości na 3000 opakowań?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 28

Część 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe 60cm x 80m, perforowane co 37,5cm?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 29

Część 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany 50cm x 160cm o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Część 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze niebieskim?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Cześć nr 20 /1 pozycja/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki diagnostyczne o następujących parametrach: Cewniki Diagnostyczne zbrojone podwójnym oplotem dając stabilne podparcie, prowadzenie oraz optymalną kontrolę obrotów 1:1 oferowane w zakresie kształtów i krzywizn typowych i nietypowych oraz dostępnych długościach– 100 cm ,110 cm, 125 cm (w zależności od typu krzywizny JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO; 3DRC; PIG;) min 20 krzywizn dla każdej średnicy. Spełniające pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Dopuszczamy pod warunkiem dostępności wymaganych krzywizn we wszystkich długościach.

Pytanie 32Cześć 26:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, tak jak obecnie stosowany, składającego się z komory pomiarowej 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce, dren odporny na załamania, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek moczu, sterylny, termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy dren w zestawie do pomiaru diurezy godzinowej ma się cechować długością 150cm, tak jak w obecnie stosowanym produkcie?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek moczu ma posiadać przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak jak w obecnie stosowanym produkcie?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika foley?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

6. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

7. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do komory pomiarowej ma posiadać spiralę antyzałamaniową co zabezpiecza przed załamaniem drenu i ryzykiem zalegania moczu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33Cześć 30:Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych koreczków do kaniul dożylnych typu venflon posiadających trzpień koreczka wystający powyżej krawędzi koreczka. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego

uzasadnienia, bowiem w przypadku jakiegokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej jego strony.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowanie handlowe koreczków z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź

Tak.

Poz.1:

Prosimy o wyjaśnienie czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Część 35:

Poz.7:

1.Prosimy o sprecyzowanie czy worki do dobowej zbiórki moczu mają posiadać igłowy port do pobierania próbek moczu z przezroczystym okienkiem do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy worki do dobowej zbiórki moczu mają posiadać podwójny zgrzew, co gwarantuje szczelność worka?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Poz.15-18:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek z nazwą własną brandu (marki) na cylindrze strzykawki, co pozwala na szybką i jednoznaczną identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w opakowaniach handlowym max 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Nadmieniamy, iż wielość opakowania zbiorczego nie wpływa na walory użytkowe produktu.

Odpowiedź

Tak.

Poz.23:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do pobierania płynu z butelki, sterylnej, wyposażonej w specjalnie zaprojektowany kołec, posiadającej odporny na ciśnienie filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2µm zapewniający sterylną wentylację i skutecznie usuwający toksyczne aerozole podczas przygotowywania leków, obudowa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów wpływa na brak ewentualnych strat aktywnych substancji podczas przygotowywania leków, duża powierzchnia filtra zapewnia łatwość przepływu substancji bez dużych oporów ciśnienia, osłonięty port do aspiracji z koreczkiem luer lock zamykanym ręcznie.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy filtr w igle do pobierania płynu z butelki ma być wbudowany w część chwytaną przyrządu do pobierania leków?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Poz.24:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do pobierania płynu z butelki wyposażonej w filtr cząsteczkowy 5µm który służy do retencji cząsteczek tj. szkło czy guma, specjalnie zaprojektowany kołec, odporny na ciśnienie filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm zapewniający sterylną wentylację i eliminuje toksyczne aerozole podczas przygotowywania leków, obudowa z wysokiej jakości materiału gwarantuje brak strat aktywnych substancji podczas przygotowywania leków, osłonięty port do aspiracji z koreczkiem luer lock zamykanym ręcznie.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Poz.26:

Prosimy o sprecyzowanie czy dreny mają się cechować zmienną średnicą otworów bocznych zmniejszającą się w kierunku dystalnym, co gwarantuje stałą siłę odsysania na całej długości drenu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Poz.29 i 30:

Prosimy o sprecyzowanie czy produkty mają być pozbawione szkodliwych ftalanów (DEHP) i bisfenoli?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poz.30:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do podawania tlenu o długości 2,10cm.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Poz.34:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki o pojemności 50/60ml.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek posiadających wyraźnie nadrukowaną nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym, bez w/w nazwy na cylindrze.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Poz.35:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki o pojemności 50/60ml.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek wyposażonych w czytelną jednostronną skalę pomiarową, pozwalającą na precyzyjną podaż leku. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach dwustronnej skali.. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Zadanie nr 29, poz. 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Zadanie nr 29, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli ze standardowym koreczkiem portu bocznego, który zabezpiecza przed samootwarcie się koreczka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Zadanie nr 30, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie a' 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 38

Zadanie nr 30, poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby koreczek posiadał opakowanie jednostkowe z dużym znacznikiem otwarcia na min 4-5 mm, gdyż na rynku oferowane są koreczki ze znacznikiem ok. 2 mm, co uniemożliwia ich sterylne otwarcie przez personel medyczny pracujący np. w rękawiczkach.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 39

Część nr 35, poz. 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakiet. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Zadanie 35 poz. 11, 12

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie pakietu z przyrządami do przetaczania. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

Zadanie 35 poz. 11, 12

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z pochewką na igłę bioreczną po użyciu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 42

Część nr 35, poz. 34, 35

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakiet. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Część nr 35, poz. 34, 35

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki 50 ml ze skalą rozszerzoną do 60 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Część nr 35, poz. 35

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

1. Dotyczy Pakietu nr 30 pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie koreczków do kaniul dożylnych typu venflon posiadających trzpień wysunięty powyżej krawędzi korka (analogicznie jak w pozycji 2, pak 30), co pozwala w pełni zamknąć światło kaniuli. Korek w opakowaniu, które uniemożliwia przypadkową kontaminację korka przed użyciem.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

2. Dotyczy Pakietu nr 35 Proszę o wydzielenie pozycji: 2-kraniki trójdrożne, pozycji 15 - 19 strzykawki plastikowe jednorazowego użytku, pozycji 21 - 22 igły jednorazowego użytku, 25- kaniule do wlewów dożylnych bezpieczne, 33 - przedłużenia 10 i 25 cm z kranikiem trójdrożnym, 34 - strzykawki 50 ml do pomp infuzyjnych Alaris GH CareFusion, 35 - strzykawki 50 ml do pomp infuzyjnych Alaris GH CareFusion do leków światłoczułych z pakietu sprzętu ogólnego do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty producenta na wyspecyfikowany sprzęt najwyższej jakości.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

3. Dotyczy pakietu nr Pakiet 35, pozycja 15-18 Proszę o dopuszczenie strzykawek o pojemności 20 ml w opakowaniach po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Czy pod pojęciem „nazwa własna producenta na cylindrze strzykawki „ Zamawiający rozumie także nadrukowane na cylindrze rozpoznawalne logo producenta ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

4. Pakiet 35, pozycja 18 Proszę o dopuszczenie strzykawek o pojemności 20 ml w opakowaniach po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

5. Pakiet 35, pozycja 21-22 Proszę o dopuszczenie igieł posiadających barwny kod identyfikacyjny (kolorystyczne oznakowanie) najmniejszego opakowania zbiorczego igieł (100szt) oraz przezierną folię op. jednostkowego co pozwala zidentyfikować kolor nasadki.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

6. Pakiet 35, pozycja 32 Czy na potwierdzenie biokompatybilności materiału z jakiego jest wykonana kaniula należy wraz z ofertą przedłożyć min. 3 badania klinicznie potwierdzające nie powodowanie zapalenia żył podczas stosowania kaniuli?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

7. Pakiet 35 pozycja 34 i 35

1. Czy umieszczając w specyfikacji zapis „strzykawka do pomp infuzyjnych Alaris GH Care Fusion”, Zamawiający oczekuje strzykawki wymienionej przez producenta w instrukcji obsługi pompy, co daje gwarancję wykalibrowania pompy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2. Czy zaoferowane strzykawki powinny sygnalizować alarm bliskiego końca infuzji i alarm końca infuzji, gwarantujące bezpieczeństwo podaży leku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. Prosimy o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych 50ml , ze skalą 50/60 ml, posiadających jednostronną, czarną, niezmywalną skalę oraz logo producenta na cylindrze strzykawki

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 52

8. Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

9. Dotyczy par. 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiący załącznika nr 7 do SIWZ, pkt. 5.1 SIWZ oraz ogłoszenia nr 2019/S 012-023467 zamieszczonego 17.01.2019 w TED Prosimy o doprecyzowanie i ujednolicenie zapisów dotyczących okresu obowiązywania umowy, Zgodnie z ogłoszeniem TED oraz zapisem pkt. 5.1 SIWZ wymagany okres obowiązywania umowy to 18 miesięcy, zgodnie ze wzorem umowy 24 miesiące.

Odpowiedź

Okres obowiązywania umowy to 18 miesięcy.

Wzór umowy Załącznik Nr 7 § 2 ust 1

Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zrealizowana sukcesywnie w ciągu **18** miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pytanie 54

10. Dotyczy załączników nr 2 i nr 3 do umowy nr IK/EZP/005/DEP.../2019 Czy Zamawiający potwierdza, że załączniki nr 2 i nr 3 do umowy nr IK/EZP/005/DEP.../2019 faktycznie dotyczą umowy dla części nr 1 i 3 (nr IK/WZP/086/DEP.../2019). Wzór umowy nr IK/EZP/005/DEP.../2019 dotyczy części nr 2 oraz 4-35, dla których Zamawiający nie przewidział magazynu depozytowego

Odpowiedź

Zamawiający prostuje zapis:

Pytanie 55

11. Dotyczy umowy § 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad lub dostawę brakującej ilości towaru z 3 do 5 dni roboczych, z zachowaniem przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 8-10 oraz w § 8?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

12. Dotyczy umowy § 5 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania opakowania towaru numerem umowy? Ze względu na pakowanie towaru firmy BD w magazynie za granicą i system funkcjonowania firmy przewozowej, oznakowanie jak wyżej będzie niemożliwe.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 57

13. Dot. części nr 30 – załącznik nr 6 wykaz próbek Czy Zamawiający potwierdza, że dla części 30 poz. 1 nie wymaga złożenia próbek na wezwanie. Załącznik nr 6 w części nr 30 poz. 1 zawiera puste pole. W przypadku innych pakietów, dla których Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek ilość wymaganych próbek została określona jako „0”.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek dla Części 30 poz. 1 – 4 szt.; poz. 2 – 4 szt.

Pytanie 58

14. Dot. części nr 35 – załącznik nr 6 wykaz próbek Czy Zamawiający potwierdza, że dla części nr 35 poz. 1-14 oraz poz.21-35 wymaga złożenia na wezwanie próbek w ilości po 1 szt. zaoferowanego asortymentu. Zamawiający w wyszczególnionych pozycjach nie określił jednostek (sztuki/opakowania). Prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający dla części nr 35 poz. 1-14 oraz poz.21-35 wymaga złożenia na wezwanie próbek we wskazanej ilości w sztukach.

Pytanie 59

15. Dotyczy formularza oferty Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Zadanie 30, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61

Zadanie 30, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Zadanie 31, poz.1 Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Zadanie 31, poz. 1 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 64

Zadanie 31, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Zadanie 31, poz. 1 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Zadanie 31, poz. 1 Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 67

Zadanie 31, poz. 1 Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

Zadanie 31, poz. 1 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 69

Zadanie 31, poz. 1 Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 70

Zadanie 31, poz. 1 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 71

Zadanie 31, poz. 1 Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 72

Zadanie 31, poz. 1 Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 73

Zadanie 31, poz. 1 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 74

Zadanie 31, poz. 1 Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 75

Zadanie 31, poz. 1 Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 76

Zadanie 35, poz. 3-9,11-12,15-19 Prosimy o wydzielenie poz. 3-9,11-12,15-19 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77

Zadanie 35, poz.4 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 78

Zadanie 35, poz.7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 79

Zadanie 35, poz. 11 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80

Zadanie 35, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81

Zadanie 35, poz. 11 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 82

Zadanie 35, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83

Zadanie 35, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84

Część 27:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych zbrojonych, przechodzących tzw. „test ósemki”, skalowanych co 1 cm, wyposażonych w pasek kontroli rtg na całej długości rurki od zakończenia rurki do łącznika ISO oraz atraumatyczną końcówkę zaokrągloną i wygiętą w kierunku wnętrza rurki co zapewnia przyleganie końcówki do wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Dotyczy Zadania nr 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łat o grubości 0,55mm i rozmiarze 12x8cm, o jednakowym stopniu zwłóknienia na całej powierzchni.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86

Dotyczy Zadania nr 2

Prosimy o zmniejszenie liczby łat które mają znajdować się w depozycie do max. 2 szt.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87

Część nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 22 cewnika o średnicy 7,5 F zamiast 7,0 F pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Część nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 24 pozycja 2 cewnika o średnicy 7,5 F zamiast 7,0 F pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89

Dotyczy Pakietu nr 35

Proszę o wydzielenie pozycji : 2-kraniki trójdrożne, pozycji 15 - 19 strzykawki plastikowe jednorazowego użytku, pozycji 21 – 22 igły jednorazowego użytku, 32- kaniule do wlewów dożylnych bezpieczne, 33 – przedłużenia 10 i 25 cm z kranikiem trójdrożnym, 34 – strzykawki 50 ml do pomp infuzyjnych Alaris GH CareFusion, 35 - strzykawki 50 ml do pomp infuzyjnych Alaris GH CareFusion do leków światłoczułych z pakietu sprzętu ogólnego do odrębnego pakietu , co pozwoli na złożenie ważnej I konkurencyjnej oferty producenta na wyspecyfikowany sprzęt najwyższej jakości .

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 zał. nr 7 do SIWZ oraz § 7 ust. 2 zał. nr 8 do SIWZ – 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 zał. nr 7 i 8 do SIWZ:

1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 2 i § 7 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następującej wysokości:
 - 1) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;
 - 2) 0,3% wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji jakościowej lub ilościowej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92

Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuści cewniki centralne wg następującego opisu :

- Cewnik 3-światłowy 7Fr o długości 16cm lub 20 cm do wyboru kanały 16,18,18Ga
- zestaw do wkłucia do żył centralnych metodą Seldingera składający się z : igły Seldingera, miękkiego , elastycznego lidera w kształcie „J”, kaniuli trójdrożnej, rozszerzacza
- kaniule wykonane z materiałów nietrombogennych i apyrogennych – poliuretan
- kaniule kontrastujące w rtg
- termoplastyczne , nie zawierające lateksu
- termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93

Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści cewniki centralne wg następującego opisu :

- cewnik 4-światłowy 8,5F oraz dł. 16 i 20 cm – do wyboru przez Zamawiającego
- zestaw składający się z: igły Seldingera, miękkiego, elastycznego lidera w kształcie „J”, kaniuli 4-światłowej, rozszerzacza , strzykawki 5 ml i skrzydełek , igła punkcyjna 18G/6,35cm cewnik poliuretanowy z atraumatyczną końcówką
- kaniule kontrastujące w rtg
- termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 w pozycji 1,2 i 3 cewniki centralne pokryte powłoką antybakteryjną

składająca się z powłoki chlorheksydyny i sulfadiazyna srebra , pozostałe parametry BZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

do zadania 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul aortalnych zagiętych w rozmiarach od 20 Fr do 24 Fr? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 96

do zadania 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adapterów do kaniul wieńcowych o długości 34,3 cm?

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 97

do zadania 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wentu w rozmiarze 20 FR? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 98

do zadania 1, 4, 8, 11, 12, 13:

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu składania próbek. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, próbki nie są zatem potrzebne do oceny ofert. Jednocześnie potwierdzenie spełniania wszystkich parametrów granicznych odnośnie do ww. pakietów będzie można znaleźć w materiałach informacyjnych (prospektach / katalogach / folderach), do złożenia których wykonawcy będą zobligowani w ramach tzw. procedury odwróconej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99**Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie próbek z poz. 2 z pakietu 12. Zamawiający wymaga składania katalogów/folderów na podstawie których bez problemu można stwierdzić zgodność przedmiotu zamówienia z opisem. Ponadto w przetargu nie ma oceny jakości, a ocenie podlega wyłącznie cena, okres stałości cen oraz termin dostawy, zatem wymaganie próbek nie jest wskazane. Zaznaczmy jednocześnie, że oferowane kaniule są znane Zamawiającemu i od lat są używane w Państwa jednostce.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100**Dotyczy Zadanie nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków do kaniul w opakowaniach a'100 szt. z przeliczeniem ilości z 200 000 szt. na 2 000 op. a'100 szt. ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 101**Dotyczy Zadanie nr 30 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków do strzykawek w opakowaniach a'100 szt. z przeliczeniem ilości z 300 000 szt. na 3 000 op. a'100 szt. ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 102**Dotyczy Zadanie nr 31 poz. 1, 2**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania podkładu z perforacją 38-50cm?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 103**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzemianległymi, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na konektorze, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu zbiorczym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kieliszków w opakowaniach po 75 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości na 9 334 opakowania a'75sztuk.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 105**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 10 (Zgłębnik Flocare PUR) poliuretanowy zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z prowadnicą i liniami kontrastującymi w RTG, zakończony łącznikiem typu ENfit. Zawierający oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika. Zgłębnik nie zawierający DEHP, lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo. W rozmiarach: CH8/125; CH10/125; CH12/125cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 11**

Zwracam się z prośbą o dopuszczeni przyrządów do przetaczania krwi TS z komorą kroplową o całkowitej długości min. 87mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 12**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych IS z komorą kroplową o całkowitej długości min. 52mm posiadającą w części dolnej nieprzezroczysty ring- nie zmniejszający objętości komory, oraz posiadający zaczepek do mocowania końcówki drenu z bocznej strony powierzchni regulatora przepływu, dodatkowo przyrząd posiada od góry na powierzchni regulatora przepływu otwór do zamieszczenia igły biorczej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 19**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek 100ml pakowanych po 25szt.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 109**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 20**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawki do insuliny z dołączoną igłą w rozmiarze 0,4x13mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 24**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnego przyrządu do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny 0,45µm o dużej powierzchni oraz filtr cząsteczkowy 5µm, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim.

Długość ostrza min 21 mm , grubość ostrza 4 mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 32**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kaniul dożylnych bezpiecznych posiadających 3 paski radiocieniujące, z zabezpieczeniem igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach (bez kapilar), chroniące personel przed zakłuciem, sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112**Dotyczy Zadanie nr 35 poz. 35**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania strzykawki trzyczęściowej 50ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych z jednostronną skalą, luer-lock, korpus strzykawki wykonany z polipropylenu, tłok strzykawki z polietylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113**Do Umowy**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Dotyczy Pakietu 24

Czy Zamawiający w pozycjach 1 - 3 dopuści wkłucia antybakteryjne wykonane z poliheksanidyny zapewniające długotrwałą ochronę antybakteryjną (bez efektu wymywania powierzchni antybakteryjnej – wykazującą aktywność powyżej 15 dni), spełniające pozostałe parametry określone w specyfikacji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wkłucia antybakteryjne w rozmiarze 8F i o długości 15 i 20cm, spełniające pozostałe parametry określone w specyfikacji

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – parametry graniczne – odcinające w Części Nr 17 kol. 3 dokonuje sprostowania treści poprzez wykreślenie zdania - parametr podlega ocenie punktowej.

.....