

Bytom dnia: 2025-02-11

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 56

Pakiet 1 pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 6-9 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem pojemności nominalnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1 pozycja 6-9 Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1 pozycja 6-8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'25 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'120 szt. wraz z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp z rozszerzeniem skali do 60ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 1 pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'60 szt. wraz z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 14 Czy Zamawiający wykreśli tę pozycję z pakietu ze względu na brak dostępności takiej strzykawki na rynku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1 pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową 50ml/60ml ze względu na brak bursztynowej strzykawki o pojemności 20ml do pomp infuzyjnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp z rozszerzeniem skali do 60ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'60 szt. wraz z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'25 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5 pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem, z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5 pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowych 22G x 1 1/2" rozmiar

0,7x40mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści igły 22G x 3" (0,7 x 75mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści igły 22G x 3" (0,7 x 75mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o poniższych rozmiarach i przepływach

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 1/2"	1,3 x 45	zielony	90

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych rozmiarach i przepływach

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 1/2"	1,3 x 45	zielony	90

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych rozmiarach i przepływach

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 1/2"	1,3 x 45	zielony	100

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 10 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'250 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, natomiast bez potwierdzenia oświadczeniem producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonane z teflonu (FEP) o poniższych rozmiarach i przepływach

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
17 x 1 1/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 1/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 1/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę o poniższych rozmiarach i przepływach

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
17 x 1 1/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 1/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 1/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'250 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, natomiast bez potwierdzenia oświadczeniem producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 13 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkuć bez dodatkowego zdejmowalnego uchwytu, wykonaną z teflonu (FEP) oraz o przepływach 17ml/min oraz 23ml/min w zależności od rozmiaru?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet 13 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o poniższych parametrach oraz pakowane po 1 sztuce ?

• Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV



- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min – 3,23 µm
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o w/w parametrach.

Pakiet 15 pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje wyceny 1700 sztuk nebulizatorów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wyceny na 1700szt.

Pakiet 18 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze w kolorze bursztynowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 1, 4, 5 Czy Zamawiający oczekuje przedłużaczy z drenem o średnicy zew. 2,4mm oraz wew. 1,24mm, które zapewniają prawidłowy przepływ płynów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje.

Pakiet 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przedłużki 45cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przedłużki 25cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kraniki bez systemu antyzapiekowego na jednym odprowadzeniu, wykonany z odpornego poliwęglanu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem min. 180cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą o długości 9,5 cm (9cm w części przezroczystej) w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 pozycja 1-2 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 pozycja 1-2 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do transfuzji wyposażonego w koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę bioreczną, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorecznego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 20 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 20 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów za opakowanie a'400 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 1, 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu w opakowaniu foliowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

R

Pakiet 21 poz. 1, 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu CH16?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości drenu 2000mm, o rozstawie wąsów pomiędzy drenami do nosa ok.0,7cm i długości 0,7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach od CH4 do CH 10?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z śladową ilością ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o długości ramion 450 x 180mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 23 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści dla rozmiaru CH20 opakowanie pojedyncze papier-folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści końcówkę CH21? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści worki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 23 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawów do lewatywy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 23 poz. 8 Czy Zamawiający miał na myśli kankę doodbytniczą dostępną w rozmiarze 8,0mmx250mm (CH24), 8,0mmx200mm (CH24) oraz 5,3mmx200mm (CH16) ? Najpopularniejsze rozmiary kanek to przedział od CH14(4,7mm) do CH30 (10,0mm).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 25 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o długości 85cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 25 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub

posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 27 poz. 1 Czy Zamawiający przez „zawór bezpieczeństwa” ma na myśli zawór przeciwwrotny na renie odprowadzającym zapobiegający cofaniu się płynów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pakiet 27 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 28 poz. 1 Czy Zamawiający może merytorycznie wyjaśnić co ma na myśli wprowadzając wymóg zaferowania oryginalnych szczoteczek zgodnych z wymogami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz czy poniższe szczoteczki typu wachlarzyk spełniają wymogi Zamawiającego opisane w SWZ?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga szczoteczki typu cyto-brusch. Zgodnie z OPZ.

Pakiet 28 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z medycznego niesilikonowanego PVC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone zawierające śladowe ilości ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone wstępnie proste, zbrojenie ze stali nierdzewnej na całej długości rurki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez nazwy producenta na korpusie rurki, z wyłącznie informacją o rozmiarze rurki na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w 2 miejscach na korpusie rurki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z odłączalnym łącznikiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 35 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępownicy za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 36 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z medycznego niesilikonowanego PVC, z oznaczeniem na korpusie rurki wyłącznie o średnicy wewnętrznej (bez nazwy Producenta i średnicy zewnętrznej)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 36 poz. 3-4,8 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel z wysokiej jakości polietylenu pozbawionego PCV oraz ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 36 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 36 poz. 7 Czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i wilgoci „sztuczny nos”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania.

Pakiet 38 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarach: S- 200mm-280mm, M- 240mm-340mm, L- 300-400mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 40 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania o następujących parametrach:

- Pojemnik na wydzielinę 25 ml (skalowany co 1 ml)
- W nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny: jeden zakończony łącznikiem żeńskim (lejek), drugi zakończony łącznikiem męskim (stożek) z kontrolą siły ssania
- Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami ssącymi między CH 4-20
- W zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka identyfikująca
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pakiet 40 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o następujących parametrach:

- pojemnik 10ml do gromadzenia wydzieliny i śluzu za pomocą dowolnego urządzenia odsysającego
- przezroczysty pojemnik pozwala na obserwację wydzieliny
- skalowanie: co 0,5ml
- dwa łączniki: żeński (lejek) i męski (stożek),
- umożliwiające połączenie z dowolnym źródłem ssania
- dodatkowa nakrętka zapewnia szczelne zamknięcie pojemnika po pobraniu wydzieliny
- samoprzylepna etykieta informacyjna
- jałowy, opakowanie folia/papier



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 48 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści bezigłową nasadkę na fiolki o średnicy 13mm oraz 20mm o następujących parametrach:

- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji leku z fiolek
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- System podzielnej silikonowej membrany
- Prosty tor przepływu
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Obudowa wykonana z polikarbonu
- Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

	Średnica 13mm	Średnica 20mm
Objętość wypełnienia	0,06 ml	0,06 ml
Przepływ	PRZEPŁYWY <ul style="list-style-type: none"> • 1 psi: 200ml/minuta • 3 psi: 400ml/minuta • 5 psi: 500ml/minuta 	PRZEPŁYWY <ul style="list-style-type: none"> • 1 psi: 200ml/minuta • 3 psi: 340ml/minuta • 5 psi: 420ml/minuta

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 48 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie do wielokrotnego pobierania płynów z butelek i worków z filtrem bakteryjnym 0,1µm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 53 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał sterylny pakowany w worek a'100 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 53 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z polistyrenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż pojemnik jest sterylny, pakowany indywidualnie i spełnia warunki asortymentu medycznego.

Pakiet 74 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 75 cm z otworem 6 x 8 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

[Handwritten signature]

Pakiet 74 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 74 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 74 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 x 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 75, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wzmocnione wykonane z papieru laminowanego folią o całkowitej gramaturze 40g/m² w rozmiarze 80x210cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 75, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 75, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z podfoliowanego polipropylenu o gramaturze 45g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający ma na myśli ilość sztuk: 2000szt.

Pakiet 76 pozycja 1 Czy Zamawiający serwetę o wymiarach 320 x 200 cm, z otworem przylepnym o średnicy 15 cm, wykonana z włókniny SMS 50g/m² ze wzmocnieniem SM w strefie krytycznej 80g/m². Odporność na przenikanie cieczy 110 cm H₂O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 76 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 200 x 280 cm, z otworem przylepnym o średnicy 10 cm, wykonana z włókniny SMS 50g/m² ze wzmocnieniem SM w strefie krytycznej 80g/m². Odporność na przenikanie cieczy 110 cm H₂O?

W zestawie znajdują się ponadto:

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 77 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 200x320cm z otworem przylepnym z folią 25x30cm i torbą do zbiórki płynów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 77 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z uchwytami typu Velcro dołożone do serwety osobno celem przyklejenia w dogodnym miejscu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 77 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołączonymi 5 kompresami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 77 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu wytrzymała torba foliowa ze wstawką Tyvek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 77 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści brak piktogramu informującego o lateksie jako jednoznaczną informację o jego braku w zestawie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 77 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik sterylizacji oraz etykietę z naklejkami informacyjnymi typu TAG umieszczone wewnątrz opakowania zestawu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 79 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Chłonność wraz ze wzmocnieniem 478%. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.

Skład:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Do zestawu dołączona osobno sterylna dwukomorowa kieszeń o wymiarach 30 x 40 cm?

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 80, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym o szerokości 50cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 81 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem o dł. 7,5 cm (+/-1cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 81 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem na rzep szer. 3cm, dł. 13 i 7 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 81 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach: M- 124 cm, L – 128 cm, XL –

138 cm, XXL – 157 cm? Tolerancja wymiarów +/- 3cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 81 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H₂O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 83 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 83 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 83 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 83 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 1.000 op.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 84 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 9.000 op.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 84 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 4.500 op.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 85 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna chwytna mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,20mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein <37ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280mm, siła zrywania przed starzeniem min. 16N. Mankiet rolowany, Opakowanie zewnętrzne foliowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 4cm. Opakowanie 50par, Rozmiary 5,5 -9,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 85 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 85 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytna mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,20mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 30ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280mm, siła zrywania min. 15N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne foliowe z teksturowaniem listka. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej

kategori III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 4cm. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 85 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 85 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, brązowe, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,20mm+/-0,02, wytrzymałość min. 13N, mankiet rolowany zapobiegający zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 8 substancji chemicznych, oraz cystostatyków (raport z wynikami badań). Opakowane zewnętrzne foliowe z tekstowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 6,0 -9,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 86, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 87, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 87, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maseczki w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 88, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 89, pozycja 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 90, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 91, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 93 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 5-7 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne barwione półprzezroczyste?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 5-7 Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 6-7 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych o długości całkowitej 250mm z zakresem regulacji w postaci szeregu 13-stu otworów regulacyjnych, umożliwiających odpowiednie dopasowanie opaski do obwodu nadgarstka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek za opakowanie a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 97 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze o następujących parametrach:

- trójplaszczynowe ostrze zmniejszające do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu (działające na zasadzie docisku: wysuwa się po docisnięciu do ciała pacjenta i wycofuje igłę po zwolnieniu docisku)
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości

- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach:
 - 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
 - 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 97 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 108 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm + serweta na stolik?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 111 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 111 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 111 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 111 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu wyposażonego w dodatkowy port do podawania leków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 111 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biórczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biórczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 167 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przewodnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku do rurek intubacyjnych w rozmiarze od 6,5 do 10,0 optymalna elastyczność, sztywność oraz wzmocnienie na całej długości ułatwia prawidłowe wprowadzenie oraz bezpieczne usunięcie przewodnicy po zaintubowaniu pacjenta, zagięta i zaokrąglona końcówka umożliwia bezpieczną intubację bez uszkodzania tkanek miękkich o długości całkowitej 800mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 167 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przewodnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku do rurek intubacyjnych w rozmiarze od 2,0 do 4,0 optymalna elastyczność, sztywność oraz wzmocnienie na całej długości ułatwia prawidłowe wprowadzenie oraz bezpieczne usunięcie przewodnicy po zaintubowaniu pacjenta, zagięta i zaokrąglona końcówka umożliwia bezpieczną intubację bez uszkodzania tkanek miękkich o długości całkowitej 535mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 45 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy potrójny z drenem o następujących parametrach:

- obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu
- wysokiej jakości transparentna silikonowa membrana pozwala na wielokrotną iniekcję
- płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- dren wykonany z transparentnego poliuretanu
- nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- dreny wyposażone w zaciski przesuwne (biały, niebieski i czerwony)
- zakończenie męskie zabezpieczone aplikatorem
- długość całkowita 15 cm
- czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- objętość wypełnienia portu bezigłowego 0,09 ml
- przestrzeń martwa 0,001 ml
- średnice drenów: 1,0 x 2,7 mm przepływ 100 ml/min
- wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zgodność z normą techniczną: EN ISO 80369-1, EN ISO 80369-7, EN ISO 8536-10, EN ISO 8536-14
- jednorazowego użytku
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- okres trwałości: 3 lata
- pakowanie: 1 sztuka / papier-folia
- do stosowania z standardowymi lekami (nie z cytostatykami)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje nakłuwacza o głębokości 1,2.

Pakiet 45 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy potrójny z drenem o następujących parametrach:

- obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu
- wysokiej jakości transparentna silikonowa membrana pozwala na wielokrotną iniekcję
- płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- dren wykonany z transparentnego poliuretanu
- nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- dreny wyposażone w zaciski przesuwne (biały, niebieski i czerwony)
- zakończenie męskie zabezpieczone aplikatorem
- długość całkowita 15 cm
- czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- objętość wypełnienia portu bezigłowego 0,09 ml
- przestrzeń martwa 0,001 ml
- średnice drenów: 3,0 x 4,0 mm przepływ 160 ml/min
- wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zgodność z normą techniczną: EN ISO 80369-1, EN ISO 80369-7, EN ISO 8536-10, EN ISO 8536-14
- jednorazowego użytku
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- okres trwałości: 3 lata
- pakowanie: 1 sztuka / papier-folia
- do stosowania z standardowymi lekami (nie z cytostatykami)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje nakłuwacza o głębokości 1,2.

Pakiet 128 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne ze 100% silikonu wielorazowego użytku, z możliwością sterylizacji w autoklawie przez 15 minut w 121°C (do 20 razy), ukształtowana anatomicznie, przezroczyste sklepienie pozwalające na ciągłą obserwację stanu pacjenta, wystandaryzowane złącze pacjenta 15M/22F:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 208 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści dren CH16 (o średnicy zewnętrznej 5mm z tolerancją rozmiaru +/- 0,15mm) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 208 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści dren CH14?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

