

EP.26.35.2025

Warszawa, dnia 7 marca 2025 r.

**ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Zakup aparatu USG z głowicami liniowymi i convex dla poradni Chirurgii Naczyniowej**” – **sprawa nr EP/17/2025/ML**”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup aparatu USG z głowicami liniowymi i convex dla poradni Chirurgii Naczyniowej**” – **sprawa nr EP/17/2025/ML**”, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

PYTANIE NR 1

1. Dot. Projekt Umowy § 4, pkt 4, ppkt 4.4.1 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi tylko w formie elektronicznej na pendrive – 2 szt.? Wyszukiwanie informacji w instrukcji elektronicznej jest szacunkowo dużo szybsze niż w instrukcji w formie papierowej.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. Projekt Umowy § 4, pkt 4, ppkt 4.4.1 2) Uprzejmie prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia skróconej instrukcji obsługi i BHP w formie załaminowanej, ponieważ aparat USG, będący Przedmiotem zamówienia, jest wysokospecjalistycznym urządzeniem, a sama instrukcja obsługi do niego posiada 395 stron, z czego rozdział poświęcony BHP to 58 stron. Tym samym nie jest możliwe opracowanie dokumentu jednostronicowego, załaminowanego.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym wprowadzając zmianę wykreśla w/w zapis

3. Dot. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczno – eksploatacyjna, warunki gwarancji i serwisu, pkt 10 10. Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy). W przypadku uszkodzenia, awarii aparatów oferowanych przez naszą firmę wymieniane są całe podzespoły aparatu (elementy urządzenia) na nowe. Zapis Zamawiającego tj. „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych” spowoduje, że nawet drobna naprawa polegająca np. na wymianie bezpiecznika będzie podstawą do wymiany urządzenia na nowe. Pragniemy zauważyć, że w tak długim okresie gwarancyjnym (wymóg Zamawiającego - 24 miesięcy gwarancji) takie drobne naprawy mogą zdarzyć się kilkakrotnie (niekontrolowane włączenie zasilania po wcześniejszym nagłym wyłączeniu zasilania) i będzie to już według zapisu Zamawiającego podstawą do wymiany urządzenia.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu niniejszego punktu „liczba napraw w okresie gwarancji, tego samego istotnego elementu, uniemożliwiających pracę całego urządzenia, uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy).

Odpowiedz: Zamawiający doprecyzowuje zapis jednocześnie publikując aktualny załącznik nr 2 – specyfikację techniczno – eksploatacyjną .

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Marta Leoniak