

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 62

Pakiet 30

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki, opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi wielkość rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera liniowego bez noża, opisanego w pytaniu do poz. 1. Ładunki pakowane po 3 szt. w opakowania zbiorcze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 30, 45, 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki, opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi wielkość rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera liniowego bez noża, opisanego w pytaniu do poz. 3. Ładunki pakowane po 3 szt. w opakowania zbiorcze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 31

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną jednorazową rękojeść staplera o długości 160 mm i 260 mm, uniwersalną, przeznaczoną do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. W celu uruchomienia urządzenia należy wcisnąć zielony przycisk. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

4

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek z artykulacją do 45 stopni non-stop w obie strony, do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, zamykający na 1 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm) ładunek dostępny również z zakrzywioną częścią dystalną (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), 1,8 mm (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm), 2,0 mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) oraz 2,35 mm (wysokość otwartej zszywki 5,0 mm). Ładunek posiadający ruchome części ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2, 3

Prosimy o podanie, czy w obu pozycjach Zamawiający oczekuje ładunków w rozmiarze 60 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje.

Pakiet 69

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchylną główką, rozmiary:

21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm

24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm

26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm

29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm

32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm

Ergonomiczna konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Zamawiający określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 72

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchylną główką, rozmiary:

21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm

24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm

26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm

29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm

32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm

Ergonomiczna konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Zamawiający określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści jednorazowy stapler zamykający, z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiającą 8 wstrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem o wysokości zszywek 4,8 mm?

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera zamykającego z prostą główką, opisanego w pytaniu do poz. 2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie nr 72 opisał tylko pozycje 1. Pozycja 2 i 3 wskazana przez oferent nie widnieje w pakiecie.

Zamawiający