

Bytom dnia: 2021-08-10

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 24

Pytanie 1

Pakiet 39 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Czujnik typu Nelcor do Końcówki DOC-10.**

Pytanie 2 Pakiet 64

Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Czujnik o numerze REF: M1195A.**

Pytanie 3

Pakiet 64 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Czujnik o numerze REF: M1191A.**

Pytanie 4

Pakiet 64 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach : 10-15, 14-21, 21-28, 25-35, 33-47 ? Reszta bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 5 Pakiet 67 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód

ramienia 3-5 cm ? reszta bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 6 Pakiet 67 Pozycja 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 4-7 cm ? reszta bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 7 Pakiet 67 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 5-10 cm ? reszta bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 8 Pakiet 67 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 7-12 cm ? reszta bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 9 Pakiet 67 Pozycja 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 9-15 cm ? reszta bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 10 Pakiet 86 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Comen C80**

Pytanie 11 Pakiet 86 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.**

Pytanie 12 Pakiet 86 Pozycja 3 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.**

Pytanie 13 Pakiet 86 Pozycja 4 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.**

Pytanie 14 Pakiet 86 Pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.**

Pytanie 15 Pakiet 90 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Oximax TM model MAX – I, 4.700.708, 4.621.643. Nelcor Symptomy : 4.830.014**



Pytanie 16 Pakiet 97 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 17 Pakiet 129 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**EFFICIR M1196A**

W imieniu Zamawiającego

