

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 38/38PN/2020/20

Bytom dnia: 2021-01-26

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W nawiązaniu do zmodyfikowanego załącznika A do SIWZ w punkcie 7.4 zał. A, Zamawiający wymaga Automatycznego wstrzykiwacza środka cieniującego współpracujący z CT, umożliwiającego wykonywanie badań naczyniowych serca, z systemem ogrzewania podawanego środka oraz z startowym pakietem do wykonania min.50 badań. Sprzężenie min. klasa IV. Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego punkcie 7.4: „Sprzężenie min. klasa IV” Uzasadnienie: Różne modele tomografów posiadają różne możliwości i klasy integracji (sterowania) z poszczególnymi modelami wstrzykiwaczy. Aby złożyć ważoną ofertę, na obecnym etapie postępowania nie jesteśmy w stanie określić modelu tomografu z którym miał by być zintegrowany wstrzykiwacz w/g klasy CAN 425. Zamawiający w pozycji nr 5.5 wymaga: „Oprogramowanie do realizacji badań typu angio TK – Synchronizacja startu skanowania na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastowego w zadanej warstwie i miejscu bez wykonywania wstrzyknięć testowych.” Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga „Sprzężenie min. klasa IV”**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego