

EP.26.89.2024

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „**Zakup i sukcesywną dostawę elektrod EKG, USG, elektrod do defibrylacji, neurostymulacji, pomiaru rzutu serca, żeli do EKG i USG**”, nr sprawy: EP/84/2024.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywną dostawę elektrod EKG, USG, elektrod do defibrylacji, neurostymulacji, pomiaru rzutu serca, żeli do EKG i USG**” – sprawa nr EP/84/2024, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie nr 1 - Zadanie 1 poz.2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpuszczenie w ww. pozycji elektrody równoważnej do Holtera i prób wysiłkowych o wymiarach 55x40.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody równoważnej do Holtera i prób wysiłkowych o wymiarach 55x40 przy spełnieniu pozostałych wymogów.

Pytanie nr 2 - Projekt Umowy §6 ust. 1 pkt.4), Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w §6 ust. 1 pkt.4), §6 ust. 1 pkt.5) projektu umowy zamiast zwrotu „całkowitej kwoty wynagrodzenia” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG 36-x48mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o Ø48mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 1, Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycje 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 3 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do Zool Medical z kablem wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 - Zad. Nr 4 - elektrody do defibrylacji

1.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami Lifepak, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta defibrylatora Lifepak oraz posiadały informację w języku polskim nt. użytkowania, umieszczoną bezpośrednio na elektrodach lub na ich opakowaniu?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

2.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami Lifepak, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta defibrylatora Lifepak oraz aby były zgodne z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation), zalecającymi stosowanie odpowiednich dla danego urządzenia elektrod. Powierzchnia przewodząca elektrod dla dorosłych min. 208 cm²/parę?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

3.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami Lifepak, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta defibrylatora Lifepak. Elektrody prostokątne, wykonane ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta?

Jednocześnie informujemy, że stosowanie elektrod innych niż tych z parametrami wymienionymi powyżej spowoduje zdjęcie z producenta defibrylatorów Lifepak odpowiedzialności za ewentualne incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii, wynikających z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska