

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595

Białystok, 14.05.2025 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN-24/25/27/2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-24/25/27 – Dostawa bielizny szpitalnej, obłoża i podkładów jednorazowego użytku.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Pakiet 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe o nawinięciu 80 m na rolce, z przeliczeniem ilości rolek, zachowując pozostałe parametry?

Tj. 3750 szt. rolek w rozmiarze 50 cm x 80 m

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Pakiet 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe o nawinięciu 80 m na rolce, z przeliczeniem ilości rolek, zachowując pozostałe parametry?

Tj. 1375 szt. rolek w rozmiarze 60 cm x 80 m

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zamieszczania w Formularzu asortymentowo – cenowym kodu EAN dla zaoferowanego asortymentu, poprzez wpisanie „nie dotyczy”? Bielizna operacyjna i szpitalna wielorazowa jest produkowana pod konkretne zamówienia i każda jej sztuka posiada numer serii produkcyjnej umieszczony na metce wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie zamieszczenia w Formularzu asortymentowo – cenowym kodu EAN dla zaoferowanego asortymentu, poprzez wpisanie „nie dotyczy”.

4. Zwracamy się z prośbą o modyfikację punktu 1. b) w §5 Umowy w ten sposób, aby kara umowna za każdy dzień zwłoki 2% była liczona od wartości niezrealizowanej części zamówienia, a nie umowy. Umowa może obejmować różne rodzaje asortymentu, a nieraz Wykonawca nie ma wpływu na występujące opóźnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy pakietu 1 oraz 2

Czy Zamawiający wymaga, aby raporty potwierdzające gramaturę i skład tkanin były spójne z przedstawionymi raportami z badań na zgodność z normą PN-EN 13795, tj. żeby dotyczyły konkretnych tkanin, z których będą wykonane zaoferowane wyroby?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby raporty potwierdzające gramaturę i skład tkanin były spójne z przedstawionymi raportami z badań na zgodność z normą PN-EN 13795, tj. żeby dotyczyły konkretnych tkanin, z których będą wykonane zaoferowane wyroby.

6. Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02 mm, o gramaturze tkaniny 135 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce były wyrobem medycznym, a zatem posiadały deklarację CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, z której będą wykonane pokrowce, potwierdzającego sprostanie wymogom ekologicznym i humanitarnym dla artykułów bezpośredniego kontaktu ze skórą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

9. Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne typu unisex, tj. jednakowe dla kobiet i mężczyzn, dostępne w rozmiarach: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, wentylowane jedynie po bokach, bez wkładki masującej oraz korka antystatycznego?

Wyjmowane wkładki są problematyczne w procesie prania i sterylizacji, ponieważ często się gubią i szybciej się zużywają, niż sam chodak. Korek antystatyczny natomiast szybko się wypłukuje – lepszym rozwiązaniem jest obuwie wykonane z antystatycznego tworzywa na całej powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści dla Pakietu nr 6 wyniki badań tkanin potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 wystawione przez producenta wyrobu gotowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 piżamy wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliestr, o gramaturze 140 – 150 g/m², gdzie bluza zapinana jest na napy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Zadanie nr 32 poz. 1

Poz.1) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu / prześcieradła celulozowego, 2 warstwowego o szerokości 50cm i długości 46m, wraz z przeliczeniem ilości zamawianych rolek na 6522 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. Zadanie nr 32 poz. 2

Poz.2) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu / prześcieradła celulozowego, 2 warstwowego o szerokości 60cm i długości 80m, wraz z przeliczeniem ilości zamawianych rolek na 1375 szt.

Zastosowanie różnych długości rolek nie wpływa na funkcjonalność produktu, natomiast pozwala na szerszy udział wykonawców, co może obniżyć cenę i sprzyjać zasadzie gospodarności. Wskazanie jednego wymiaru ogranicza konkurencję i może być niezgodne z art. 16 Pzp. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

14. Zadanie 14

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z tyłu ściągany gumką lub wiązany. Wykonany z włókniny PP 25 g/m², w części przedniej warstwa pochłaniająca pot z włókniny Spunlace min.45 g/m², z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Rozmiar uniwersalny, czepek o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm), w tylnej części rozcięcie z trokami. Kolor niebieski, fioletowy lub wielokolorowy. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika lub w całości foliowe umożliwiające bezpieczne wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. Zadanie 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Zadanie 15

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny damski wiązany (100 szt.) Rozmiar uniwersalny, czepek o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm), w tylnej części rozcięcie z trokami ; w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z włókniny PP o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, nieperforowany, bez możliwości wywinięcia, dodatkowa warstwa stanowiąca zabezpieczenie przed potem w części przedniej – wykonana z włókniny typu Spunlace – min. 45 g/m², szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm, szyty techniką overlock, opak 100 szt w formie kartonika lub w całości foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17. Zadanie 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Zadanie 27, poz.1-2

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga maski wysokobarierowe - spełniające normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE > 98%; PFE > 98% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Zadanie 39

Czy zamawiający dopuści podkład higieniczny w rolce szer. 38-40 cm; w rolce, z perforacją co 36 – 50 cm, 1 warstwa wykonana z celulozy i 1 warstwa z folii, 40-50 MB?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

20. Zadanie 39

Czy zamawiający oczekuje 1 szt.=1 rolkę o długości 50 metrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 rolkę o długości 40 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

22. Zadanie 55

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie zawierające 100 sztuk czepków typu clip- harmonijka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

23. Zadanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka furażerki z trokami o wysokości czepka z przodu 15 cm, i szerokości troków 1 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

24. Zadanie 29 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie PÓŁMASKI FFP2

- chroni przed stałymi i nielotnymi cząsteczkami cieczy.
- składana, idealnie wyprofilowana
- bez zaworu wydechowego,
- mocowana na gumki zakładane na uszy
- sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,
- 5-warstwowa
- filtracja powyżej 94%,
- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Pakiet 9, poz. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do artroskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, wyposażona w sztywnik w górnej części i port do odsysania treści w dolnej części
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta obłożeniowa wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10.

Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Sterylizacja radiacyjna. Spełnia wymogi aktualnej normy

PN-EN 13795-1.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

26. Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

27. Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

28. Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

29. Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

30. Pakiet 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


31. Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorach: zielonym, niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3. Rozmiary S-XXXL.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

32. Pakiet 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niesterylny pokrowiec wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m². Wyrób z przecięciem ułatwiającym założenie na osłonę tarczycy, wyposażony w rzep (polietylen, nici poliestrowe 100%) umożliwiający dopasowanie, jednorazowego użytku zakładany na osłonę tarczycy podczas ekspozycji rentgenowskiej w celu ochrony personelu medycznego, zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych, dostępny w rozmiarze: S lub L.



wymiar [cm]					
numer części	długość (A)	szerokość (B)	Szerokość (C)	szerokość (D)	tolerancja ± [cm]
	66	10	13	16	0,5
	66	19	15	20	0,5
wymiar [cm]					
2	długość		szerokość		tolerancja ± [cm]
	10		1,5		0,1
	10		1,5		0,1
wymiar [cm]					
3	długość				tolerancja ± [cm]
	13				0,5
	15				0,5

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

33. Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

34. Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m²,denko: polipropylen 25g/m², wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m², oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

35. Pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/dispensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

38. Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

39. Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego (bez wzmocnienia wokół otworu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

40. Pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej stożkowej o wymiarach 50 x 50 cm, spełniającej pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

41. Pakiet 18, poz. 1 -2

Czy Zamawiający dopuści ubranie/piżamę składającą się z bluzy i spodni pakowaną razem jako komplet w ilości 1000szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

42. Pakiet 19, poz. 1 -2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny podfoliowanej (PP+PE) o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

43. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

44. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x160cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

45. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x160cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

46. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

47. Pakiet 19, poz. 1 -2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło/serwetę jałową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

48. Pakiet 19, poz. 1 -2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę wykonaną z 2 warstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

49. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

50. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

51. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

52. Pakiet 19, poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet 19, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

54. Pakiet 19, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

55. Pakiet 19, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 13 cm na jednej części fartucha i 7 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany pojedynczo. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

56. Pakiet 19, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

57. Pakiet 19, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

58. Pakiet 19, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę wkładaną przez głowę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Zdjęcie poglądowe obok.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

59. Pakiet 19, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę jednorazowego użytku dla dzieci, wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m². Wiązana na troki w talii oraz przy szyi. Kolor niebieski. Wymiary 72cm x 100 cm. Opakowanie 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

60. Pakiet 19, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w rozmiarze 80x210cm?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

61. Pakiet 19, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w rozmiarze 100x210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

62. Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

63. Pakiet 21, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

64. Pakiet 22, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

65. Pakiet 22, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

20 x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

66. Pakiet 22, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską nerkową PCV (zamiast nerki tekturowej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

67. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o stopniu 9 repelencji na alkohol?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

68. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z łączeniem rękawów wykonanym w postaci zakładki przeszyciej techniką tradycyjnego podwójnego szycia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

69. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony dwuwarstwowym laminatem (włóknina + folia), o gramaturze w miejscach wzmocnienia 108g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

70. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami w rękawach od 42-45 cm (+/-2 cm), wysokość wzmocnienia w części przedniej od 77-124 cm (+/-3cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

71. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem typu rzep w okolicy karku: lewy rzep 3 x 13 cm, prawy rzep 3 x 7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

72. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru w postaci kolorowej lamówki adekwatnej do rozmiaru, oraz z nadrukiem (literowo) na stronie wewnętrznej, widoczne przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

73. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem barierowości w postaci nadruku na fartuchu HP na stronie wewnętrznej, widoczne przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

74. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach: 2,959IB w części krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9kPa, na mokro 282kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

75. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M-XXL (o dł. od 120 – 170 cm) +/-3cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

76. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

77. Pakiet 24, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyne o wymiarach 80 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

78. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z obłożeniem o gramaturze 60g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro odpowiednio 109/99,4 kPa i chłonności 600%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

79. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo o gramaturze 87g/m2 i chłonności 350%, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

80. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 150cm x 180cm (zamiast 170cm x 175cm) z przylepcem o szer. 5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

81. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 150cm x 180cm (zamiast 150cm x 175cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

82. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

83. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem do odsysania pola operacyjnego dł. 210cm CH30 z końcówką żeńską, niebieską?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

84. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi w rozmiarze L i XL o gramaturze 35g/m2, gramatura wzmocnienia 40g/m2 zapinany u góry na rzep bez wyraźnej regulacji (lewy rzep dł. 13cm, prawy rzep dł. 7cm). Odporność na przenikanie płynów 65cm H2O, wytrzymałość na sucho/mokro odpowiednio 235/232 kPa, mankiet o dł. 7,5cm, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na identyfikację rozmiaru L – KOLOR ZIELONY, XL – KOLOR FIOLETOWY?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

85. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami spełniającymi normę europejską EN 13795-1 (zamiast normy amerykańskiej ANSI/AAMI PB70)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

86. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami o wym. 30x30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

87. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią o wym. 30x40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

88. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez tabliczki do check listy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

89. Pakiet 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kartą informacyjną w środku zestawu z informacjami o składzie w formie opisowej (bez piktogramów)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

90. Pakiet 25, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm


4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Serwety 75 x 75 cm w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Serwety wyposażone w taśmę lepłą o szerokości 2,5cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność serwet głównych min. 287%, serwet ze wzmocnieniem 478%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

91. Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

92. Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

93. Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wzmocnione niejałowe wykonane z celulozy laminowanej folią wzmocnione 8 lub 48 nitkami o gramaturze 40g/m² (23g/m² papier, 17g/m² folia) w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

94. Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x200cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

95. Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x220cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

96. Pakiet 30, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe o wielkości podanej w opisie przedmiotu zamówienia z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

97. Pakiet 35, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze 60g/m² i chłonności 600%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

98. Pakiet 35, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

99. Pakiet 35, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

100. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z obłożeniem o gramaturze 60g/m² ze wzmocnieniem w miejscach krytycznych o łącznej gramaturze 140g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

101. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 170cm x 175cm) z przylepcem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

102. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 150cm x 240cm (zamiast 170cm x 200cm) z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

103. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami 75 x 90 cm ze wzmocnieniem o dł. 60 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

104. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem magnetycznym na igły 10 miejsc?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

105. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem magnetycznym na igły 20 miejsc?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

106. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi w rozmiarze L i XL o gramaturze wzmocnienia 40g/m² zapinany u góry na rzep bez wyraźnej regulacji (lewy rzep dł. 13cm, prawy rzep dł. 7cm). Odporność na przenikanie płynów 65cm H₂O, wytrzymałość na sucho/mokro odpowiednio 235/232 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

107. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniający normę europejską EN 13795-1 (zamiast normy amerykańskiej ANSI/AAMI PB70)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

108. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami o wym. 30x30 z włókniny Spunlace?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

109. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pakowanego w karton transportowy zaklejony taśmą klejącą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

110. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z etykietą umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego z oznaczeniem kolorystycznym oraz dopiskiem „DUŻE DZIECI”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

111. Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu jednostkowym w formie torby z wytrzymałej

przezroczystej folii z jedną wstawką z papieru Tyvek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

112. Pakiet 35, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety na stolik Mayo z folii niepiaskowanej, gramatura 87g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

113. Pakiet 35, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm, spełniającą pozostałe wymagania.

114. Pakiet 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię znajdującą się w laminacie, nie będącą pochodzenia recyklingowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

115. Pakiet 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wym. 200x260cm (zamiast 200 x 240 cm) z otworem o śr. 10cm wykonaną z SMS o gram. 50g/m², odporności na przenikanie na cieczy 41,7 cm H₂O, laminat o odporności na wypychanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

116. Pakiet 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wym. 75x90cm (zamiast 100 x 75 cm) wykonaną z dwuwarstwowego laminatu bez pochodzenia z recyklingu, o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, odporność na wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

117. Pakiet 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią na płyny o wym. 30x40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

118. Pakiet 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną camera cover o wym. 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

119. Pakiet 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami w przedniej części wzmocnienie na długości ¾ fartucha, rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny o dł. 7,5cm, szew ultradźwiękowy prosty, 2 troki wewnętrzne o dł. 45cm, 2 zewnętrzne troki o dł. 50 i 75cm wszyte w okolicy pasa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

120. Pakiet 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką tyvek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

121. Pakiet 38, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

122. Pakiet 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 48cm z perforacją co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

123. Pakiet 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 38cm z perforacją co 50cm o długości rolki 40m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

124. Pakiet 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

125. Pakiet 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału celulozowego Airlaid pokrytego od wewnątrz folią, o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

126. Pakiet 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ± 5 g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

127. Pakiet 42, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga koca ogrzewającego gdzie warstwy zewnętrzne wykonane są z włókniny polipropylenowej 25g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przesykami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

128. Pakiet 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 110x120cm zamiast 110x105cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

129. Pakiet 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

130. Pakiet 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

131. Pakiet 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

132. Pakiet 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

133. Pakiet 49, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierza o gramaturze 35g/m² i wymiarach 28 x 46 cm, średnica otwory 20 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

134. Pakiet 49, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierza nie będącego wyrobem medycznym, objętego 23% stawką vat?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

135. Pakiet 49, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety epiduralnej 75 x 90 cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², z samoprzylepnym otworem w części centralnej o wymiarach 10 x 15 cm oraz z czterema przylepcami na rogach serwety?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

136. Pakiet 49, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z obłożeniem wykonanym z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m² wzmocniona w strefie krytycznej warstwą SM. Odporność na penetrację płynów 110cm H₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

137. Pakiet 49, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik instrumentalny 100cm x 150cm o gramaturze 70g/m² i wzmocnieniem w rozmiarze 60cm x 150m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

138. Pakiet 49, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą trójwarstwową wzmocnioną 120cm x 170cm (zamiast 150cm x 140cm) z oknem wypełnionym folią chirurgiczną 10cm x 10cm i dwoma kieszeniami na płyny po obu stronach otworu w rozmiarze 20cm x 25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

139. Pakiet 49, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi w rozmiarze L i XL o gramaturze wzmocnienia 40g/m² zapinany u góry na rzep bez wyraźnej regulacji (lewy rzep dł. 13cm, prawy rzep dł. 7cm). Odporność na przenikanie płynów 65cm H₂O, wytrzymałość na sucho/mokro odpowiednio 235/232 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

140. Pakiet 49, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami spełniającymi normę europejską EN 13795-1 (zamiast normy amerykańskiej ANSI/AAMI PB70)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

141. Pakiet 49, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kartą informacyjną w środku zestawu z informacjami o składzie w formie opisowej (bez piktogramów)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

142. Pakiet 49, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w wytrzymałą torbę foliową z pojedynczą wstawką TYVEK?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

143. Pakiet 51, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej o wymiarach 150cm x 250cm, wzmocnionej z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów? Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

144. Pakiet 22, poz. 1 – 3; Pakiet 24, poz. 3; Pakiet 35, poz. 3; Pakiet 37, poz. 1; Pakiet 49, poz. 3; Pakiet 54, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbek niesterylnych do w/w pakietu? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

145. Pakiet 54, poz. 1

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje tylko kawałki pociętego drenu w ramach zabezpieczeń na narzędzia, a nie oczekuje 100m drenu w pakiecie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

146. Pakiet 54, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14,5cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

147. Zadanie 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x50cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

148. Zadanie 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapinanie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Elementy fartucha łączone overlockiem, w strefie krytycznej rękawy łączone ultradźwiękiem a troki wklejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1, nie cytotoksyczny wg PN EN ISO 10993-5 oraz nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat.

Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 171cmH₂O, mniej krytycznej min. 24cmH₂O. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż dla stref krytycznych na sucho min. 269N/50mm, na mokro min. 243N/50mm - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

149. Zadanie 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem szer.2,5 cm	1	L2	210x150
serweta z przylepcem szer.2,5 cm	1	L2	180x150
serweta z przylepcem szer.2,5 cm	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Laminat L2- wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o maksymalnej gramaturze 55 g/m², folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana, folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego, laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O o odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa., o odporności wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa. o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m² o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 % o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm

Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierową zgodna z normą EN 13795-1:2019 opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz identyfikacją procedury medycznej

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

150. Zadanie 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Laminat L2- wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o maksymalnej gramaturze 55 g/m², folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana, folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego, laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie

min. 300 cm H₂O o odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa., o odporności wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa. o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m² o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 % o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm

Zestaw zapakowany w miękki blister zgodna z normą EN 13795-1:2019 opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz identyfikacją procedury medycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

151. Zadanie 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	Typu L2 + Plus	240x150 (37,5x70)
serweta z przylepcem	1	Typu L2 + Plus	200x170 (37,5x70)
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Typu L2 + Plus	90x75 (37,5x70)
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 55 g/m², w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatanami chłonnymi o gramaturze min. 60 g/m². Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym min. 120 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 720 H₂O, dla części krytycznej i min 300 H₂O mniej krytycznej, chłonność materiału w części mniej krytycznej min. 390% w części krytycznej min. 470%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w części krytycznej min 280kPa, w części mniej krytycznej 240kPa Zestaw zapakowany w opakowanie miękki blister z etykietą zawierającą pełną identyfikację wyrobu (w tym jego skład) wraz z min. 2 etykietami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

152. Zadanie 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	Blue Basic	240x150
serweta z przylepcem	1	Blue Basic	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Blue Basic	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

LAMINAT WYKONANY Z WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ I FOLII
POLIETYLENOWO-POLIPROPYLENOWEJ BLUE BASIC 47g/m²

w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 270 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 185 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 285%. Zestaw zapakowany w opakowanie miękkie blister z etykietą zawierającą pełną identyfikację wyrobu (w tym jego skład) wraz z min. 2 etykietami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

153. Zadanie 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

154. Zadanie 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o chłonności 397,18%, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

155. Zadanie 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm o chłonności 397,18%, pakowana bez dodatkowego opakowania w papier krepowany?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

156. W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 5 ust. 1 pkt b) wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 5 ust. 1 pkt b)?

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron."

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 5 ust. 1 pkt b), który otrzymuje następujące brzmienie:

„ b) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia w przypadku:

- **nienależytej realizacji Zamówienia,**
- **niedostarczeniu brakujących Towarów,**
- **nierozpatrzeniu reklamacji Towaru,**
- **niedostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji."**

157. Zadanie nr 17 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, nie posiadającej jednak wzmocnienia wokół otworu (serweta jest w całości dwuwarstwowa, wykonana z materiału o gramaturze 55 g/m2)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

158. Zadanie nr 17 Poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej do przechwytywania płynów w rozmiarze 56cm x 90cm – pozostałe parametry techniczne zachowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

159. Zadanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z opisem, ale wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS oraz zapinanych przy szyi na taśmę typu Combitape, umożliwiającą indywidualne dopasowanie rozmiaru fartucha (poprzez możliwość zapięcia taśmy w dowolnym miejscu)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

160. Zadanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następujących fartuchów:

Jednorazowy fartuch chirurgiczny typu spunlace ze wzmocnieniem (gramatura materiału podstawowego 68 g/m2), zapinany na rzep; zgodny z normą EN 13795-1:2019; wzmocnienie korpusu fartucha wykonane białą warstwą laminowaną metodą wytłaczania o gramaturze 34g/m2 zgodne z normą EN ISO 13938/1 w zakresie wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro. Wzmocnienie rękawów fartucha wykonane z oddychającej folii laminowanej o gramaturze 40 g/m2 w kolorze białym zgodnie z normą EN 29073-3 w zakresie wytrzymałości na rozciąganie. Oba wzmocnienia są całkowicie nieprzepuszczalne dla płynów. Szerokość wzmocnionej części przedniej fartucha wynosi 50cm natomiast długość wzmocnionej części rękawa wynosi 40cm. Mankiet wykonany z włókna syntetycznego o długości 9cm. Fartuch dostępny w 4 rozmiarach tj. L, XL, XXL oraz w bardzo szerokim rozmiarze XL. Przynajmniej 50% materiału podstawowego zostało wytworzone z celulozy, co zapewnia wygodę porównywalną z tkaniną bawełnianą. Opakowanie jednostkowe zawiera fartuch wraz z dwoma rękawnikami do rąk.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

161. Zadanie nr 24 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do małych zabiegów laryngologicznych zgodnego z opisem, ale różniącego od opisanego w następujący sposób:

- serweta dwuwarstwowa samoprzylepna w rozmiarze 175cm x 150cm posiada taśmę samoprzylepną o szerokości ok. 4,5cm,
- kompresy gazowe z nitką rtg pakowane są po 5 sztuk,
- w proponowanym zestawie nie ma kieszeni jednokomorowej 30x32cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

162. Zadanie nr 24 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych?

Zestawy zabiegowe - zgodne z artykułem 2 ust. 10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z

późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

163. Zadanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła higienicznego na stół operacyjny w rozmiarze 100cm x 220cm, nieprzemakalnego, wytrzymałego na rozerwania, wykonanego z materiału trójwarstwowego – dwie warstwy włókniny oraz warstwa folii, o gramaturze ok. 130 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

164. Zadanie nr 35 Poz. nr 1 i 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet w pełni zgodnych z opisem, ale o chłonności 285%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

165. Zadanie nr 35 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale karta informacyjna w środku zestawu informująca o jego składzie nie posiada piktogramów poszczególnych elementów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

166. Zadanie nr 35 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych?

Zestawy zabiegowe - zgodne z artykułem 2 ust. 10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z

późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

167. Zadanie nr 35 Poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale o gramaturze ok. 87 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

168. Zadanie nr 35 Poz. nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale z okrągłym (a nie owalnym) otworem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

169. Zadanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek będących produktami higienicznymi a nie wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

170. Zadanie nr 49 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza zgodnego z opisem, ale w rozmiarze 45cm x 55cm oraz pakowanego 6 x 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

171. Zadanie nr 49 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia dla małych dzieci (do zabiegów okulistycznych) zgodnego z opisem, ale różniącego od opisanego w następujący sposób:

- kompresy gazowe nie są pakowane po 10 sztuk,
- karta informacyjna w środku zestawu informująca o jego składzie nie posiada piktogramów poszczególnych elementów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

172. Zadanie nr 49 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych?

Zestawy zabiegowe - zgodne z artykułem 2 ust. 10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

173. Zadanie nr 50 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni zgodnej z opisem, ale w rozmiarze 38cmx43cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kieszeni zgodnej z opisem, w rozmiarze 38cmx43cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

174. Zadanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej z przylepnym wycięciem „U” o wymiarach 150cm x 200cm z wycięciem 10cm x 60cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

175. Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 5 ust. 1 a) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 5 ust. 1 pkt a), który otrzymuje następujące brzmienie:

a) „ w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada lub z własnej woli ”

176. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę treści projektu umowy w części dotyczącej **kar umownych**? Istotne postanowienia umowy w § 5 ust. 1 pkt b) przewidują iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 % wartości brutto całej umowy za każdy dzień zwłoki w przypadkach wymienionych w tym punkcie. Wnioskujemy o zmianę podstawy naliczania kar, tj. **od wartości tej części danego cząstkowego zamówienia**, co do której Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a nie od całej wartości zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot umowy.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy,

jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie, zdaniem Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Ze względu na fakt, że załączony do SWZ projekt umowy dopuszcza po stronie Zamawiającego możliwość realizacji umowy w częściach, nie ograniczając ilości ani minimalnej wartości zamówień częściowych, a zastrzegając jednocześnie odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie w realizacji zamówienia częściowego, skorelowaną wartościowo z całością zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, istnieje ogromne ryzyko, że kara umowna obciążająca Wykonawcę w związku z m. in. opóźnieniem w realizacji częściowego zamówienia okaże się niewspółmiernie wysoka w stosunku do potencjalnej szkody. Ponadto, jak wskazuje doktryna, uprawnienie zamawiającego do wprowadzania postanowień w umowie o karach umownych nie może być nadużywane, a tym samym prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się tegoż poprzez ustalanie rażąco wygórowanych kar umownych.


Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 5 ust. 1 pkt b), który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia w przypadku:

- **nienależytej realizacji Zamówienia,**
- **niedostarczeniu brakujących Towarów,**
- **nierozpatrzeniu reklamacji Towaru,**
- **niedostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji.”**

177. Zadanie 9, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do artroskopii o parametrach i składzie:



- 1 x osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samouszczelniający otwór na nogę Ø7, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 x osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe 30x40cm

Serweta wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m², o niskim współczynniku pylenia 2,48 log₁₀ i wysokiej odporności przenikanie płynów > 240 cmH₂O i pojemność absorpcji >145 ml/m². Zestaw pakowany sterylnie w kopertę papier - folia, posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, kod kreskowy. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


178. Zadanie 17, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej na całej powierzchni, w rozmiarze 75x90cm, z otworem przylepnym 6x8cm, bez dodatkowego wzmocnienia wokół otworu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

179. Zadanie 17, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kieszeni – torby do przechwytywania płynów w rozmiarze 51x68cm, ze sztywnikiem i zaworem.



51x68 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

180. Zadanie 20, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMMS, pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

181. Zadanie 21, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wyższej gramaturze 62g/m², która zapewnia wyższą wytrzymałość serwety.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę o wyższej gramaturze 62g/m², która zapewni wyższą wytrzymałość serwety. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

182. Zadanie 23, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha o poniższym opisie:

Fartuch chirurgiczny jałowy wzmocniony Rozmiar: M - **XXXXL**. Wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina z masy celulozowej i poliestru), o gramaturze min. 68 g/m². Stopień 8 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy **podwójnie zabezpieczone, klejone na zewnątrz**, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Dodatkowo wzmocniony dwuwarstwowym laminatem **PP+PE**, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 110 g/m². Wzmocnienia przyklejone do fartucha dookoła po obwodzie, długość wzmocnienia w rękawach od 20,3 cm do 49,5 cm w zależności od rozmiaru. Wzmocnienie przednie w kształcie **prostokąta**, wysokość wzmocnienia od 88,9 cm do 113 cm w zależności od rozmiaru. Zapinany na szyi na rzep o długości sumarycznej minimum 17 cm (**2 rzepy po 10 cm każdy**). Oznaczenie rozmiaru **poprzez wszywkę widoczną przed rozłożeniem oraz kodowanie kolorystyczne rozmiaru, oznaczenie długości w dokumentach produktowych**. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 160 cm H₂O, w obszarze mniej krytycznym min. 24 cm H₂O. Fartuch spełnia wymogi HP (High Performance) według normy EN 13795-1. **Kodowanie kolorystyczne na fartuchu wskazujące na jego barierowość - poprzez kolorowe taśmy zabezpieczające**. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym min. 6,0 IB, w obszarze mniej krytycznym min. 2,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach M-XXXXL – tj. długości od **120-170cm**. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne:

zewewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pod szyją biała lamówka, a w zamian za lamówkę informującą o rodzaju fartucha - **taśma zabezpieczająca szwy w kolorze czerwonym**. Troki łączone kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przesiąkanie cieczy materiału podstawowego min. 40 cm H₂O, na wzmocnieniach min. 165 H₂O, Ib materiału wzmocnionego = 6, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 303 kPa, na mokro min. 217 kPa, Pylenie min. 1,9 Log 10.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

183. Zadanie 24, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 30x80 cm, posiadającą w zestawie taśmę lepną w rozmiarze 10 x 50 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

184. Zadanie 24, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu laryngologicznego o składzie:



125×150cm

1 szt./pcs./wzr.




140×190cm

1 szt./pcs./wzr.



80×145cm

1 szt./pcs./wzr.



200×200cm

1 szt./pcs./wzr.



30×40cm

4 szt./pcs./wzr.



9×50cm

2 szt./pcs./wzr.



75×75cm

1 szt./pcs./wzr.

- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna 125x150cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 6,5x40cm
- 1 x serweta przylepna 200x200cm,
- 1 x serweta przylepna 75x75cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Dwa fartuchy - w rozmiarze XL i L pakowane oddzielnie, sprzedawane jako komplet.

Fartuchy zgodne z EN 13795-1:2019 wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego 35g/m². Gramatura wzmocnienia 40 g/m². Fartuchy zapinane u góry za pomocą rzepu o długości 2x10cm. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Pod szyją biała lamówka, informacja o wzmocnieniu fartucha na etykiecie produktu. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnej tekturowym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami

postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bez badań na wirusy. Odporność na przesiekanie płynów min. 165 cm H₂O (wg ISO EN 20811) w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min. 186 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1) w strefie krytycznej.

Zestaw do zabiegów laryngologicznych: wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 62g /m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >240 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho >300 kPa i na mokro >200 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 186 ml/m².

Zestaw zawiera 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Na opakowaniu etykieta ze składem zestawu. Zestaw zapakowany w w kopertę papierowo foliową . Karton zbiorczy dodatkowo wypełniony folią w celu zabezpieczenia przed wilgocią w trakcie transportu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

185. Zadanie 32, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prześcieradła celulozowego w rolce szerokość 58cm x 50m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

186. Zadanie 35, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x180 lub 150x240cm, o gramaturze 62g/m² i chłonności min. 300%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


187. Zadanie 35, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x200cm, o gramaturze 62g/m² i chłonności min. 300%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

188. Zadanie 35, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższych parametrach i składzie:



- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,
- 1 x czerwona **osłona na stół Mayo** 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta przylepna 150x240cm** z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 x **serweta przylepna 175x200cm**, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 2 x **serwety przylepne 75x90cm** z przylepną taśmą na dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 45x60cm
- 1 x włókninowa **taśma samoprzylepna** 9x50cm,

- 4 x **ręczniki celulozowe** wzmacniane nitką 30x40cm
- 1 x **fartuch niewzmocniony** 35g/m² L,
- 2 x **fartuchy niewzmocnione** 35g/m² XL

Fartuchy zgodne z EN 13795-1:2019 wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS/SMMMS; gramatura materiału bazowego 35g/m². Fartuchy zapinane u góry za pomocą rzepu. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Pod szyją biała lamówka. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku co umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów min. 165 cm H₂O (wg ISO EN 20811) w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min. 186 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1) w strefie krytycznej. Zestaw zawiera 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Etykieta z komponentami zestawu na opakowaniu. Zestaw zapakowany w torbę papierowo - foliową. Karton transportowy wypełniony wewnątrz workiem foliowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

189. Zadanie 35, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania osłony o gramaturze min. 90g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

190. Zadanie 39, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu higienicznego o szerokości 50cm, w rolce perforowanej co 38cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

191. Zadanie 51, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety włókninowej o gramaturze 62g/m² w rozmiarze 150x200cm, z przylepnym wycięciem U w rozmiarze 10x65cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

192. Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw z poniższymi parametrami i składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład


- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę

(sztywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka.

Dodatkowo 3

zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

193. Pakiet 10 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Zestaw pościeli jednorazowego użytku 100x135 pediatryczny- gdzie poniżej podane są inne wymiary (Trzyczęściowy z prześcieradłem rozm. 130/150 cm x 210 c,, poszwa 140x100 cm, poszewka 50 x 60 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gram. 35g/m2). Prosimy o doprecyzowanie jakich wymiarów oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

194. Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny o gramaturze min.40 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

195. Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie z bluzą o prostym kroju z wszywanymi rękawami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

196. Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie w rozmiarach od S-3XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

197. Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

198. Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony i niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

199. Pakiet 11 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o informację w jakiej odległości mają być umieszczone dwa boczne otwory?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

200. Pakiet 11 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia certyfikatem normy ISO 14001?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

201. Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową sterylną w rozmiarze 75x90 cm z otworem lepym w rozmiarze 6x8 cm o gramaturze min. 60 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

202. Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową sterylną w rozmiarze 75x90 cm z otworem lepym 8 cm, o gramaturze min. 60 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

203. Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

204. Pakiet 18 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie – bluzę i spodnie pakowane razem i zmieni formularz cenowy na jedną pozycję w tym pakiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

205. Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

206. Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 210 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

207. Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z włókniny polipropylenowej podfoliowanej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

208. Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

209. Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

210. Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w dwóch rozmiarach L i uniwersalnym odpowiadającym rozmiarowi XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

211. Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 30 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

212. Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

213. Pakiet 19 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

214. Pakiet 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

215. Pakiet 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

216. Pakiet 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 220 x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

217. Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z dwoma ręcznikami w komplecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

218. Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny polipropylenowej typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

219. Pakiet 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

220. Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach gramatura wzmocnienia 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

221. Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze niebieskim, z tyłu zapięcie na rzep ok. 12 x 3 cm i drugi 6 x 3 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

222. Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z nieznacznie różniącymi się parametrami ale spełniające normę z EN 13795 1-2 a co za tym idzie spełniający wymagania dotyczące Odporność na przesiąkanie cieczy materiału podstawowego 40 cm H₂O, na wzmocnieniach 165 H₂O, Ib materiału wzmocnionego = 6, wytrzymałość na wypychanie na sucho 303 kPa, na mokro 217 kPa, Pylenie 1,9 Log 10.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

223. Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści Odporność na przesiąkanie cieczy materiału podstawowego 55 cm H₂O, na wzmocnieniach 167 H₂O, Ib materiału wzmocnionego = 6, wytrzymałość na wypychanie na sucho 271 kPa, na mokro 263 kPa, Pylenie 2 Log 10.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

224. Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze S-XXXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

225. Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

226. Pakiet 35 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety o gramaturze min. 60 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

227. Pakiet 35 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści serwety zgodne z normą EN 13795:2019 o chłonności 455 ml/mkw testowaną metodą zgodną z ISO 9073-6?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

228. Pakiet 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x200 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

229. Pakiet 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwety bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


230. Pakiet 35 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Gramatura serwet 65g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 30 x 40 cm;
- 1 fartuch chirurgiczny standard, z włókniny typu SMS, rozm. L;
- 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione, z włókniny typu SMS z nieprzemakalnymi wstawkami, rozm. XL;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

231. Pakiet 35 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę Mayo o gramaturze min. 90 g/m² i wymiarem wzmocnienia 60x142 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

232. Pakiet 35 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę Mayo o gramaturze min. 77 g/m² i wymiarem wzmocnienia 76x85 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

233. Pakiet 35 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści otwór lepny w rozmiarze 6x8 cm pozostałe, wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza otwór lepny w rozmiarze 6x8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

234. Pakiet 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pokrowców za opakowanie a'100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

235. Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

236. Pakiet 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 110x110 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 110x110 cm.

237. Pakiet 44 i 46

Zwracamy się z prośbą o określenie minimalnej wymaganej gramatury.

Odpowiedź: Minimalna wymagana gramatura: 35 g/m2.

238. Pakiet 50

Czy Zamawiający dopuści przylepiec umieszczony na krótszym boku kieszeni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

239. Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 230x260 cm z wycięciem U 100x10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

240. Pakiet 58

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 225 X 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 50 x 202 cm (tolerancja +/- 2 cm), o gramaturze 110 g/m2, chłonności min. 4000 ml/m2, W zestawie dołączone jednorazowe, miękkie, chłonne, wykonane z włókniny bawełnopodobnej prześcieradło ochronne do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 102 x 152 (tolerancja +/- 2 cm), gramatura 80 g/m2 udźwig 200 kg.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

241. Pakiet 58

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

242. Pakiet 58

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu jakościowego dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO9001 i ISO 14001?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

243. PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW SWZ - WADIUM

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

244. PYTANIE DO ZAPISÓW UMOWY § 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kar umownych na:

- a) w wysokości 5% wartości umowy brutto ustalonej na dzień podpisania umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada lub z własnej woli;
- b) w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku:
- nienależytej realizacji Zamówienia,
 - niedostarczeniu brakujących Towarów,
 - nierozpatrzeniu reklamacji Towaru,
 - niedostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 156 i 175.

245. Pakiet nr 30, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20cm, o gramaturze 100gr/m², zawierające w składzie m.in.: sodium laureth sulfate, aqua, sodium chloride, cocamidopropyl betaine, cocamide dea, methylchloroisothiazolinone, opakowanie jednostkowe 24 sztuki, z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

246. Pakiet nr 30, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, rozmiar 15cm x 22cm, o gramaturze 60gr/m², opakowanie jednostkowe 12 sztuk, z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

247. Pakiet nr 30, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

248. Pakiet nr 30, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

249. Pakiet nr 30, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała dla osób dorosłych oraz dzieci, nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20cm, o gramaturze 100gr/m², opakowanie jednostkowe 24 sztuki, z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

250. Pakiet nr 40, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści myjki wykonane z miękkiego materiału Airlaid z wewnętrzną warstwą folii?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

251. Pakiet nr 42, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści koc o wymiarach 110cm x 110cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

252. Pakiet nr 42, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby koc ogrzewający był zgodny z normą EN 13795:2011? Norma EN 13795:2011 dotyczy nie tylko odzieży chirurgicznej, ale również obłożenia na bloku operacyjnym. Spełnienie normy potwierdza, że obłożenia, w tym serwety, okrycia pacjenta/kocze ogrzewające są bezpieczne w użyciu na bloku operacyjnym i poza nim. Norma pozwala na zbadanie następujących aspektów:

1. Ocena czystości mikrobiologicznej (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi)
2. Odporność na przenikanie drobnoustrojów (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi)
3. Pylenie (nie przyczynia się do uszkodzenia sprzętów medycznych na bloku)
4. Wytrzymałość m.in. na zrywanie, na wodoszczelność (produkt wytrzymały, zachowujący swoje właściwości w każdych warunkach).

Większość Wykonawców oferuje asortyment niespełniający normy 13795:2011, próbując dodatkowo sugerować Zamawiającemu, jakoby norma ta nie dotyczyła okrycia pacjenta/koca ogrzewającego, co jest celowym działaniem mającym wprowadzić w błąd.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

253. Pakiet 41

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o poniższych parametrach:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwdrobnoustrojowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 4500-4900 ml/m² i wskaźnik chłonności min. 2000 % potwierdzone kartą producenta (potwierdzone badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6),
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10 g/m²),
- wymiary: 102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzezroczystego laminatu,
- odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6),
- w zestawie z miękką, jednorazową, poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze 102 x 152 cm (+/- 1 cm) o gramaturze min. 80 g/m², udźwig min. 200 kg
- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 24 zestawy w kartonie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

254. Pakiet 50

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylna torba na narzędzia 33x41 cm (długość x szerokość) z przylepcem 41x5cm, 1-komorowa. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

255. Pakiet 45

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje fartucha sterylne, przeznaczonego do pracy w loży laminarnej odpornego na przenikanie leków cytostatycznych według normy ASTM F739, w tym na przenikanie karmustyny i tiotepy. Oznaczony jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III według Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej 2016/425?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

256. Pakiet 45

Czy zamawiający dopuści fartuchy do pracowni cytostajycznej w rozmiarze L- 114 cm i XL- 142 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

257. Pakiet 29

Prosimy o dopuszczenie:

Maska respiratorowa FFP3 z zaworem, płaski kształt, składana w kolorze białym, bezlateksowa. Mocowana na elastyczne gumki. Zewnętrzna warstwa polipropylenowo-poliestrowa, środkowa warstwa meltblown, wewnętrzna warstwa polipropylenowa. Maska wyposażona w sztywnik o długości 9 cm, wewnątrz pasek piankowy zapewniający komfort noszenia. Produkt spełniający wymogi EN 149 FFP3, penetracja materiału filtrującego dla chlorku sodu (test 95 l/min) 0,18% oraz dla oleju parafinowego (test 95 l/min) 0,10%. Opór oddechowy wdech (30 l/min) 0,65 mbar, wdech (95 l/min) 1,01 mbar, wydech (160 l/min) 1,79 mbar. Produkt zgodny z normą EN ISO 13485. Zgodność z europejską Dyrektywą Rady 89/686/EEC, Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Pakowana po 10 szt. w dyspenserze.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

258. Czy Zamawiający wymaga półmasek FFP będących wyrobem medycznym czy też można zaoferować maski używane w przemyśle i rolnictwie ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga półmasek FFP będących wyrobem medycznym.

259. Czy Zamawiający wymaga aby każda maska była oznaczona numerem LOT, normą, danymi producenta bezpośrednio na produkcie ? Do tej pory na rynku sprzedawane są maski, których data ważności dawno minęła (import z czasów pandemii) a producent jest niemożliwy do określenia. Opakowania zbiorcze mają przebijane numery LOT oraz daty ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

260. Czy Zamawiający wymaga masek FFP typ IIR będących maskami odpornymi na rozprysk cieczy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

261. Czy Zamawiający wymaga masek co najmniej w dwóch rozmiarach dla osób o różnych budowach twarzy ?

Damski personel zazwyczaj potrzebuje masek nieco mniejszych niż maski produkowane w rozm. Standardowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel