

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłemisko niskoenergetycznym w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 16/16/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11

Pakiet Nr 1 – Łóżko szpitalne, 65 szt.

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na ¼ długości leża – 53 sztuki

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt. 5 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko o:

- Długość całkowita: 2220 mm
- Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 995 mm (wymiar leża 900x2000)?

Zamawiający w pkt 15. Wymaga leża przystosowanego do materaca o wymiarach 900x200 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt. 10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie: 390 do 890 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt. 16 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko posiadające szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących

potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane i blokowane za pomocą mechanizmu blokady bez użycia narzędzi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pkt. 17 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko posiadające Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierki 450 mm nad poziomem leża bez materaca?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pkt. 21 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko posiadające metalowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża, stabilizujące materac na leżu ich lokalizacja zapobiega powstawaniu urazów kończyn?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pkt. 23 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH odstąpi od żądania potwierdzenia przez niezależny podmiot? Łóżko posiada certyfikat CE, oraz wszelkie certyfikaty, żądanie dodatkowego potwierdzenia przez „niezależny podmiot” jest nieuprawnione.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od żądania potwierdzenia obciążenia przez niezależny podmiot.

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na całej długości leża- 12 sztuk

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pkt. 5 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko o:

- Długość całkowita: 2220 mm
- Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 995 mm (wymiar leża 900x2000)?

Zamawiający w pkt 15. Wymaga leża przystosowanego do materaca o wymiarach 900x200 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w pkt. 10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie: 390 do 890 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w pkt. 16 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko posiadające szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane i blokowane za pomocą mechanizmu blokady bez użycia narzędzi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający w pkt. 17 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko posiadające Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierki 450 mm nad poziomem leża bez materaca? Barierki zabezpieczają pacjenta na długości $\frac{3}{4}$ leża, pozostała część leża zabezpieczona jest poprzez

odejmowalne protektory.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ. Zamawiający wymaga barierki od szczytu dno szczytu na tej samej wysokości.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający w pkt. 17 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko posiadające barierki boczne wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża – od szczytu do szczytu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w pkt. 21 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH dopuści łóżko posiadające metalowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża, stabilizujące materac na leżu ich lokalizacja zapobiega powstawaniu urazów kończyn?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający w pkt. 23 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH odstąpi od zadania potwierdzenia przez niezależny podmiot?

Łóżko posiada certyfikat CE, oraz wszelkie certyfikaty, żądanie dodatkowego potwierdzenia przez „niezależny podmiot” jest nieuprawnione

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

W imieniu komisji przetargowej:

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Anna Panek
mgr Anna Panek