

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów i analizatorów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 11/11PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

PYTANIA DO SWZ:

1. Z uwagi na znaczną objętość plików prosimy o wyrażenie zgody by instrukcje obsługi analizatorów wymagane były na wezwanie Zamawiającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wzywa Wykonawcę którego oferta została oceniona najwyżej do uzupełnienia brakujących dokumentów nieprzedstawionych w złożonej ofercie.

2. W związku z wymogiem w SWZ dostarczenia na żądanie oświadczenia dotyczącego dokumentów do obrotu, tym samym, czy żądanie samych dokumentów dopuszczających jest także na wezwanie, czy przed podpisaniem umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wzywa Wykonawcę którego oferta została oceniona najwyżej do uzupełnienia brakujących dokumentów nieprzedstawionych w złożonej ofercie.

Pytania do granicznych w załącznik 12 pkt 13. Obsługa pracowni mikrobiologicznej i serologicznej.

3. W związku z ograniczonymi możliwościami obsługi pracowni serologicznej w oferowanym systemie zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wykreślenie z warunków granicznych "Obsługa pracowni serologicznej".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytania do granicznych w załącznik 10 pkt 14.:

4. W związku ze specyfiką pracy pracowni immunohistochemii oraz automatów barwiących, które nie wykonują badań, nie publikują wyników w postaci cyfrowej, nie wydają dokumentacji medycznej, zwracamy się z prośbą o wykreślenie z warunków granicznych wymogu "Aparat umożliwia podłączenie się do laboratoryjnej sieci informatycznej – komunikacja dwukierunkowa na koszt wykonawcy – integracja z systemem informatycznym AMMS umożliwiający przesyłanie i odbieranie dokumentacji medycznych (np. skierowanie, wyniki itp.) – dotyczy wszystkich rodzajów

badają.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż aparat nie musi być podpięty pod system, Zamawiający wymaga aby Wykonawca przygotował stanowisko komputerowe z systemem informatycznym.

Pytanie do załącznika nr 7

5. Prosimy o wyrażenie zgody o rozbudowanie załącznika poprzez dostawienie tabeli z dzierżawionym asortymentem i wartością czynszu dzierżawnego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca powinien dostosować tabelę przedstawioną przez Zamawiającego tak aby złożona oferta była czytelna i zgodna z SWZ.

Pytanie do załącznika nr 7, zakładka 5

6. Odczynniki do diagnostyki medycznej in vitro wraz z dzierżawą aparatu do immunohistochemii. - prosimy o wyrażenie zgody na rozbudowanie tabeli asortymentowej celem wyszczególnienia niezbędnych materiałów detekcyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca powinien dostosować tabelę przedstawioną przez Zamawiającego tak aby złożona oferta była czytelna i zgodna z SWZ.

Pytanie do załącznika nr 7, zakładki 1-5

7. W związku z koniecznością zaoferowania dodatkowych materiałów uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na dostawienie dla wszystkich zakładki kolumny - “Ilość oferowanych opakowań” oraz wskazanie jako ceny jednostkowej - ceny jednostkowej netto za 1 opakowanie handlowe. Wartość netto stanowić będzie iloczyn ilości opakowań handlowych i ceny jednostkowej za opakowanie handlowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do załącznika nr 7, zakładka 1

8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynnika FT4 Gen 4.

Dot. Z-10, punkt: 15

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy zamawiający mógłby podać specyfikację lodówki do przechowywania odczynników? Dotyczy Załącznika nr 8, parametry graniczne platformy analitycznej wraz z analizatorami zastępczymi, pkt. II. 7 dla członu analizatora biochemicznego i pkt. IV. 13 dla analizatora biochemicznego back-up:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby lodówki do przechowywania odczynników dla członu analizatora biochemicznego były chłodziarkami, natomiast dla analizatora biochemicznego back-up: Chłodziarko Zamrażalki.

10. Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika nr 8, parametry graniczne platformy analitycznej wraz z analizatorami zastępczymi, pkt. IV. 5

11. dla analizatora biochemicznego back-up oraz UWAGA!: W nawiązaniu do wymogu badań wykonywanych na analizatorze biochemicznym backup, prosimy o doprecyzowanie na jakim

analizatorze Zamawiający będzie wykonywał oznaczanie ASO?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający będzie wykonywał oznaczenie ASO na analizatorze głównym.

PYTANIA DO UMOWY:..

Par.3 ust. 1 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 3 ust. 9 oraz par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była naliczana od wartości przedmiotu umowy poddanego wymianie lub reklamacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?"

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zamiany po podpisaniu aneksu.

Par. 10 ust. 3.1 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

W imieniu Zamawiającego

