

Bytom dnia: 2025-02-11

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 51

Pakiet 129 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z workiem oddechowym 2 l?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 129 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód rozciągliwy do 180 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 129 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód rozciągliwy do 180 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 135 poz. 1 i 8

Czy Zamawiający wymaga w ww. pozycjach wyrobów jednorazowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wielorazowych wyrobów.

Pakiet 135 poz. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na rękojeść o średnicy 2 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 135 poz. 8

Proszę Zamawiającego o informację ilu wymaga łyżek i w jakim rozmiarze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w rozmiarze 00,0,1 – 3 łyżki.

Zamawiający

