

EP.26.9.2025

Warszawa, dnia 05/02/2025r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ.

Dotyczy: postępowania na „**Zakup i dostawę sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopii**” – **sprawa nr EP/05/2025/MK.**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i dostawę sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopii**” – **sprawa nr EP/05/2025/MK**, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie 1. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której identyfikacja operatora i endoskopu odbywa się za pomocą kodów kreskowych? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której identyfikacja operatora i endoskopu odbywa się za pomocą kodów kreskowych? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 7 - Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „możliwość w pełni niezależnego systemu monitorowania”.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 10 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje dedykowanych przyłączy dla każdego kanału endoskopowego. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest monitorowanie przepływu powietrza dla każdego kanału w endoskopie. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana szafa była wyposażona w dedykowane filtry HEPA dla każdego kanału endoskopu?

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 13 - Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „Możliwości wydruku etykiety statusu przechowywania endoskopu”. Czy chodzi o wydruk aktualnego statusu endoskopu? Jeśli tak to prosimy o informację, jakie zastosowanie praktyczne ma mieć taka informacja?

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 15 - Prosimy o potwierdzenie, iż użytkownik ma uprawnienia do przeprowadzenia walidacji urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16442:2015.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 17 - Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem kanału przepływu strumienia świetlnego.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 22 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wyposażoną w koła, dźwignie zapadkowe oraz dźwignie do zmiany kierunku ruchu? Szafy endoskopowe instalowane są stacjonarnie i nie ma potrzeby ich przestawiania.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 9. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 23 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o głębokości 800mm, co nieznacznie (30mm) odbiega od zapisów SWZ?

Odpowiedź: Zmiana parametrów. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 10. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga szaf 1 czy 2-drzwiowej (przelotowej)?

Odpowiedź: Zgodnie z poprawionym załącznikiem nr 2D szafa jednodrzwiowa, nieprzelotowa.

Pytanie 11. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż zaoferowana szafa ma spełniać wymagania normy PN-EN 16442:2015 opisującej budowę i działanie szaf do przechowywania endoskopów elastycznych.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 12. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy zaoferowana szafa ma być wyposażona we wbudowaną sprężarkę powietrza czy też będzie podłączona do instalacji sprężonego powietrza medycznego w miejscu montażu.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D dostosowując go do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pytanie 13. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4 III - Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu

Dot. pkt 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 3 na: Czas podjęcia naprawy przez serwis max. 48h **w dni robocze** od momentu zgłoszenia? W przypadku pozostawienia zapisu w dotychczasowej formie usterka zgłoszona w piątek wymagałaby przyjazdu serwisu w niedzielę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D w tym zakresie.

Pytanie 14. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4 III - Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu

Dot. pkt 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 4 na: Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) w przypadku braku konieczności sprowadzenia części z zagranicy oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2D w tym zakresie.

Pytanie 15. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4 III - Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu

Dot. pkt 5 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 5 na: Liczba napraw uprawniających do wymiany podzespołu/elementu na nowy (3 naprawy). Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie powoduje, iż jakiekolwiek naprawy w okresie trwania gwarancji (3 lat) będą skutkowały koniecznością wymiany urządzenia na nowe, co stawia Zamawiającego w znacznie uprzywilejowanej pozycji w stosunku do Dostawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 5 na " Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy **istotnych elementów**)".

Pytanie 16. – Dotyczy SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający na potwierdzenie warunku zdolności technicznej i zawodowej, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną dostawę, która odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w powyższym zakresie. Zgodnie z Rozdziałem VII SWZ „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał należycie dwie dostawy które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 4 – wykonał co najmniej dwie dostawy szaf do przechowywania endoskopów, o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każda.”

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert z dnia 28.02.2025r na dzień **07.03.2025r** godziny bez zmian, tym samym zmianie ulega termin związania ofertą to jest do dnia 04.06.2025 roku.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

W załączeniu poprawiona Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ oraz zaktualizowany załącznik nr 2 D.

Sporządził: Monika Kowalska