

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawy nici i siatek chirurgicznych do Szpitala SP ZOZ w Siedlcach.

Numer referencyjny: nici/451/2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 Zgodnie z pkt. 9.1 ppkt. 4 i 5 SWZ:**

**Oświadczenie wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych, wymaganych prawem aktualnych dokumentów, dopuszczających oferowane produkty lecznicze do obrotu i stosowania na rynku polskim - zgodnie z ustawą z 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), oraz że na każde żądanie Zamawiającego dostarczą wymagane dokumenty.

2. Oświadczenie o zgodności zaoferowanego asortymentu z SWZ oraz że na każde żądanie Zamawiającego, zostaną dostarczone próbki wskazanego asortymentów

1. Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych, wymaganych prawem aktualnych dokumentów, dopuszczających oferowane produkty lecznicze do obrotu i stosowania na rynku polskim - zgodnie z ustawą z 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), oraz że na każde żądanie Zamawiającego dostarczą wymagane dokumenty.

2. Oświadczenie o zgodności zaoferowanego asortymentu z SWZ oraz że na każde żądanie Zamawiającego, zostaną dostarczone próbki wskazanego asortymentu

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia pkt. 9.1 ppkt. 4 i 5 SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

**Oświadczenie wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych, wymaganych prawem aktualnych dokumentów, dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i stosowania na rynku polskim - zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), oraz że na każde żądanie Zamawiającego dostarczą wymagane dokumenty.

2. Oświadczenie o zgodności zaoferowanego asortymentu z SWZ oraz że na każde żądanie Zamawiającego, zostaną dostarczone próbki wskazanego asortymentów

1. Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych, wymaganych prawem aktualnych dokumentów, dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i stosowania na rynku polskim - zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), oraz że na każde żądanie Zamawiającego dostarczą wymagane dokumenty.

2. Oświadczenie o zgodności zaoferowanego asortymentu z SWZ oraz że na każde żądanie Zamawiającego, zostaną dostarczone próbki wskazanego asortymentu

Pragniemy nadmienić, że przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są klasyfikowane wyroby medyczne, do których ma zastosowanie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.



**Pytanie nr 2 Zgodnie z § 7 ust. 3 projektu umowy:**

„3. Stosownie do art. Art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 w/w ustawy, tj. zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572).
- e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
- f) poziom zmiany ceny materiałów, o którym mowa w ust. 3 pkt. e uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5 %.
- g) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1, jest upływ 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeśli zaś umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
- h) ewentualna zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. f i g, będzie dokonywana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i dóbr konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedzający kwartał. Waloryzacja dopuszczalna jest w ramach art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.”

W związku z powyższym prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 3 poprzez zmianę powyższego postanowienia na:

„3. Stosownie do art. Art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 w/w ustawy, tj. zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572).
- e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
- f) poziom zmiany ceny materiałów, o którym mowa w ust. 3 pkt. e uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5 %.
- g) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1, jest upływ 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeśli zaś umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
- h) ewentualna zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. f i g, będzie dokonywana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i dóbr konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedzający kwartał. Waloryzacja dopuszczalna jest w ramach art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana poprzez zawarcie aneksu.”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3** Czy w Zadaniu 13 poz. 3, 5, 6 Zamawiający dopuści szwy z igłą o długości 31 mm spełniające wszystkie wymagania SWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4** Czy w Zadaniu 13 poz. 7 Zamawiający dopuści szwy z igłą o długości 36 mm spełniające wszystkie wymagania SWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5 Dot. Zadania nr 6 poz. 1** Czy zamawiający dopuści szwy pakowane po 36 szt. w opakowaniu, z przeliczeniem ilości wymaganych w przetargu i zaokrągleniem do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 Dot. Zadania nr 16 poz. 1** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie monofilamentowego szewu haczykowego do bezwzwałowego kontrolowanego zamykania ran wykonanego z glikolidu,



dioksanonu i węglanu trimetyleny, wchłaniającego się między 90-120 dniem o sile podtrzymywania tkankowego ok. 90% po 7 dniach i 75% po 14 dniach; zaopatrzonego w igłę min. 16 jednokierunkowych haczyków na cm nitki oraz pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7 Dot. Zadania nr 16 poz. 1** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie monofilamentowego szewu haczykowego do bezwęzłowego kontrolowanego zamykania ran wykonanego z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetyleny, wchłaniającego się między 90-120 dniem o sile podtrzymywania tkankowego ok. 90% po 7 dniach i 75% po 14 dniach; zaopatrzonego w igłę min. 16 jednokierunkowych haczyków na cm nitki oraz pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych o długości 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 8 Zadanie nr 1, poz. 8** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9 Zadanie nr 2, poz. 1-3** Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 Zadanie nr 2** Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 Zadanie nr 2, poz. 8** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą nie odczepianą, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12 Zadanie nr 2, poz. 13** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13 Zadanie nr 2, poz. 18 ,19** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14 Zadanie nr 3, poz. 1-11** Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniaalny syntetyczny monofilament o okresie wchłaniania 180-210 dni (podtrzymywanie 65-70% po 28 dniach)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15 Zadanie nr 3, poz. 9** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 25 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16 Zadanie nr 3** Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17 Zadanie nr 4, poz. 1-4** Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny syntetyczny, monofilament o okresie wchłaniania 90-120 dni (podtrzymywanie 40% po 14 dniach)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 18 Zadanie nr 4, poz. 5** Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny syntetyczny, monofilament o okresie wchłaniania 90-120 dni (podtrzymywanie 40% po 14 dniach)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 19 Zadanie nr 4, poz. 5** Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny syntetyczny, plecionka o okresie wchłaniania 42 dni (podtrzymywanie 65% po 7 dniach)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 20 Zadanie nr 4** Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21 Zadanie nr 5, poz. 9, 10** Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Zadanie 5 z pominięciem pozycji 9 i 10?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 22 Zadanie nr 8** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 23 Zadanie nr 8** Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papierowy nośnik nici?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 24 Zadanie nr 9, poz. 6, 7** Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Zadanie 9 z pominięciem pozycji 6 i 7?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 25 Zadanie nr 9, poz. 6, 7** Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycje z zadania 9?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 26 Zadanie nr 13** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku czynnika antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 27 Zadanie nr 13** Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  
*M. Medak*  
mgr Małgorzata Medak  
Zamawiający