

Pismo: **Z.II.260.056.Zp.2021**

Nisko dnia: 07/01/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**” – znak sprawy **Z.II.260.056.Zp.2021**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Dotyczy Pakietu nr 16, poz. nr 1 - 26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach á 5 sztuk lub á 10 sztuk (w zależności o rozmiaru i rodzaju opatrunku) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunków w opakowaniach á 5 sztuk lub á 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

Pytanie nr 2. Dotyczy Pakietu nr 4, poz. nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu pakowanego á 10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresu pakowanego á 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

Pytanie nr 3. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na przewody w rozmiarze 14 cm x 250 cm bądź 16 cm x 250 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie foliowej osłony na przewody w rozmiarze 16 cm x 250 cm.**

Pytanie nr 4. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. á 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający dopuszcza wycenę za op. á 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

Pytanie nr 5. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34 cm x 8 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu ginekologicznego w rozmiarze 34 cm x 8 cm.**

Pytanie nr 6. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 5 - 9. Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE).**

Pytanie nr 7. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 5. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 45 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm.**

Pytanie nr 8. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 6. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6 cm x 8cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm x 8cm.

Pytanie nr 9. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 cm x 90 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 cm x 90 cm.

Pytanie nr 10. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 cm x 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 9. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 cm x 200 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 9. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160 cm x 220 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 160 cm x 220 cm.

Pytanie nr 13. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 11. Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniu á 100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tupferów w opakowaniu á 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 14. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 13. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie relaksacji 2,5 - 4,5 cm, przeznaczoną na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 14. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie relaksacji 5 - 9,5 cm, przeznaczoną na udo, głowę, biodro?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 15. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie relaksacji 4 - 6 cm, przeznaczoną na głowę, ramię, podudzie, kolano?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 15. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie relaksacji 5 - 9,5 cm, przeznaczoną na udo, głowę, biodro?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 16 - 17. Czy Zamawiający dopuści opaski niejłowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. nr 19. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. á 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. á 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 20. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1 - 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów ze szwami ultradźwiękowymi, trójsieczkowymi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1 - 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H₂O, spełniających wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1 - 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych do transportu w wewnętrzny worek foliowy, oraz karton zewnętrzny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych do transportu w wewnętrzny worek foliowy, oraz karton zewnętrzny.

Pytanie nr 23. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego á 10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego á 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 24. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm,
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm,
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm,
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy o wymiarach 30 cm x 30 cm,
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 47g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m². Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm,
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm,
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm,
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm,
- 1 x serweta do artroskopii z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym,
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 47g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm,
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm,
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm,
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm,

– 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205,6/199,4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91,6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41,7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 50g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 serweta stołu Mayo min. 80 cm x 140 cm,
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 180cm/240cm x 215cm,
- 1 fartuch chirurgiczny L – 128 cm,
- 2 fartuchy chirurgiczne XL – 138 cm,
- 1 kocyk dla noworodka min. 80 cm x 100 cm,
- 1 opatrunek z wkładem chłonnym 10 cm x 25 cm,
- 20 kompresów gazowych 10 cm x 10 cm z nitką rtg,
- 5 serwet laparotomijnych w kolorze białym, 45 cm x 70 cm z nitką rtg,
- 1 zaciskacz do pępowiny,
- 1 worek na łóżysko zaklejany 40 cm x 50 cm wykonany z grubej folii LDPE zamiast tacy na łóżysko 3000 ml,
- 2 ręczniki min. 30 cm x 30 cm,
- 1 miska o poj. 250 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku poiniekcyjnego typu Eurostrip lub równoważny w rozmiarze 3,1 x 7,2 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku poiniekcyjnego typu Eurostrip lub równoważny w rozmiarze 2,5 x 8,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku poiniekcyjnego typu Eurostrip lub równoważny w rozmiarze 2,5 x 8,5 cm.

Pytanie nr 30. Dotyczy Pakietu nr 6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 fartuchy jednorazowe, jałowe uniwersalne, operacyjne pełnobarierowe:

- jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny hydrofobowej typu SMS, w kolorze niebieskim, o gramaturze min. 35g/m². W strefie krytycznej – na przodzie oraz rękawach fartucha, włóknina laminowana dodatkowo folią PE o gramaturze 10g/m². Laminat pokryty jest białą włókniną typu Spunbond o gramaturze 10g/m². Łączna gramatura strefy wzmocnionej to minimum 56g/m². Rękaw fartucha zakończony jest elastycznym mankietem z poliestrowej dzianiny o długości min. 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch posiada 4 wszywane troki, z czego dwa zewnętrzne umiejscowione są w specjalnym kartoniku. W okolicy karku fartuch zapiany jest na krótki rzep o wymiarach 4 x 1,5 cm. Oblamówka dekoltu w kolorze białym, z wszytą od strony zewnętrznej metką z rozmiarem. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z wysoce chłonnej gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty jest w serwetę z włókniny SMS, a następnie zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe oraz w karton zbiorczy o wymiarach 44 x 40 x 60 cm (wys. x dł. x szer.). Fartuch sterylizowany jest przy użyciu tlenu etylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 w części 1 zestaw uniwersalny z serweta Mayo o składzie:

- x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190 cm wykonana z włókniny SMS oraz folii PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu,
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145 cm,
- 1 x Serweta przylepna 150 x 240 cm – „górna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5 cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60 cm. Przylepiec o wymiarze 180 x 5 cm,
- 1 x Serweta przylepna 170 x 180 cm – „dolna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5 cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60 cm. Przylepiec o wymiarze 100 x 5 cm,
- 2 x Serweta przylepna 75 x 90 cm – „boczna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5 cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40 cm. Przylepiec o wymiarze 90 x 5 cm,
- 4 x Ręcznik chłonny, o wymiarach 40 x 40 cm,
- 4 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 25 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 w części 2 zestaw do artroskopii kolana o składzie:

- 2 x ręcznik 40 x 40 cm,
- 1 x serweta artroskopowa 200 x 300 cm z workiem na płyny,
- 1 x osłona na nogę 40 x 75 cm,
- 1 x bandaż elastyczny 10 x 150 cm,
- 1 x marker skórny z linijką,
- 1 x osłona na przewody 14 x 250 cm,
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm,
- 1 x osłona na stół 150 x 200 cm,
- 1 x osłona sterylizacyjna 100 x 100 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 w części 3 zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190 cm,
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145 cm,
- 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315 cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 18 x 28 x 32 cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów. Torba o wymiarach 77 x 77cm,
- 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100 cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlance w kolorze białym,
- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm,
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1, 2, 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS oraz odporności na przenikanie cieczy min. 37 cm H₂O. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch pakowany do transportu podwójnie: worek foliowy plus karton. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1, 2, 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS oraz odporności na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch pakowany do transportu podwójnie: worek foliowy plus karton. Dostępne rozmiary: M/L, XL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm,
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm,
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm,
- z paskiem samoprzylepnym 80 cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 (+/- 0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50cm (+/- 0,5 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109g/m², zdolność absorpcji cieczy min. 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm,
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm,
- 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm,
- 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm,
- 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 (+/- 0,5g/m²). Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 175 kPa/185 kPa oraz odporności na przenikanie cieczy 129 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm,
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,
- 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny,
- 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 (+/- 0,5g/m²). Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 175 kPa/185 kPa oraz odporności na przenikanie cieczy 129 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 4. Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem w części centralnej,
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem w części centralnej,
- 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny o gramaturze 35g/cm², rozmiar L, długość min. 120 cm,
- 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny o gramaturze 35g/cm², rozmiar XL, długość min. 140 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm,
- 1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10 cm x 25 cm,
- 30 x kompresy gazowe 10 cm x 10 cm z nitką RTG,
- 5 x serweta laparotomijna 40 cm x 40 cm z nitką RTG,
- 5 x serweta laparotomijna 50 cm x 60 cm z nitką RTG,
- 1 x skalpel nr 23 z plastikowym trzonkiem,
- 2 x zaciskacz do pępowiny,
- 1 x kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego dł. 24 cm,
- 1 x miska o poj. 250 ml skalowana,
- 1 x taca na łożysko o poj. min. 3000 ml,
- 1 x kocyk dla noworodka 100 cm x 90 cm,
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 260/200 x 335 cm z otworem 27 x 33cm wokół jamy brzusznej otoczonym folią chirurgiczną – rozmiar okna 14 x 20 cm. Serweta okrywająca pacjentkę wykonane z chłonnego, niepylącego laminatu dwuwarstwowego spełniającego wymagania wysokie normy EN 13795. Zestaw pakowany sterylnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40. Dotyczy Pakietu nr 4, poz. nr 1-8. Czy aby mieć pewność, że wyrób jest sterylny Zamawiający wymaga, by opakowanie zawierało wskaźnik procesu sterylizacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza by opakowanie zawierało wskaźnik procesu sterylizacji.

Pytanie nr 41. Dotyczy Pakietu nr 4, poz. nr 1-8. Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z normą EN 868-5 na blistrze umieszczony był kierunek otwierania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza by na blistrze umieszczony był kierunek otwierania.

Pytanie nr 42. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. nr 1-6. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu, pokryte specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze, w części bocznej oddychającą włókniną, posiadające absorbent moczu, falbanki oraz barierki skierowane do zewnątrz, co najmniej jeden ściągacz taliowy, system szybkiego wchłaniania, przylepce wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności w postaci podwójnego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Dla osób z wrażliwą skórą skłonną do podrażnień bez lateksu i możliwą inkontynencją kałową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki M o obwodzie 75-110 cm o chłonności 2200 wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki L o obwodzie 100-150 cm o chłonności 2500 wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki XL o obwodzie 130-170 cm o chłonności 2500 wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki M o obwodzie 75-110 cm o chłonności 2800 wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki L o obwodzie 100-150 cm o chłonności 3100 wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki XL o obwodzie 130-170 cm o chłonności 3100 wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50. Czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 51. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokona zamówień uzależnionych od jego rzeczywistych potrzeb, nie mniej niż 80%.

Pytanie nr 52. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT ceny netto nie ulegną zmianie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 53. Dotyczy zapisów SIWZ punkt 7.2 l.p. 4. Zamawiający na udokumentowanie spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej wymaga potwierdzenia że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia (tj. materiały opatrunkowe) o łączne wartości minimum 50 000,00 zł. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku składania ofert na zadanie numer 6 (fartuchy chirurgiczne) dopuszcza złożenie potwierdzenia realizacji na co najmniej dwie dostawy o łączne wartości minimum 50 000,00 zł na wyroby włókninowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w przypadku składania ofert na zadanie numer 6 (fartuchy chirurgiczne) dopuszcza złożenie potwierdzenia realizacji na co najmniej dwie dostawy o łączne wartości minimum 50 000,00 zł na wyroby włókninowe.

Pytanie nr 54. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1-3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych posiadających:

- poczwórny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów,
- produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji, zapakowany w kartonie i worku zabezpieczającym przed zamknięciem i zabrudzeniem,
- na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o importerze służące do archiwizacji danych,
- fartuch owinięty w serwetę włókninową – w opakowaniu 2 ręczniczki do osuszania rąk.

Rozmiary i wszystkie pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55. Dotyczy treści umowy. Wnosimy o modyfikację §6 ust.2 pkt 2.3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „zmiana taka dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym od swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 56. Dotyczy treści umowy. Wnosimy o modyfikację §6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 57. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu),
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo,
- 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na dłuższym boku,
- 1 x serweta dolna 175 x 175 cm, przylepna,
- 1 x serweta górna 150 x 240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok. 80 cm),
- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm,
- 4 x ręcznik chłonny z mikrościągą zabezpieczająca przed rozrywaniem 20 x 30 +/-2cm,

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5 cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60 x 190 cm,
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55 x 88 cm,
- 2 x serweta boczna 75 x 90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37 x 90cm, przylepna,
- 1 x serweta dolna 175 x 200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50 x 75cm, przylepna na krótszym boku,
- 1 x serweta górna 150 x 240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50 x 75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10 x 50 cm/ rzep typu Velcro 2 x 11 cm,
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30 x 40 cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² a w obszarze krytycznym 116g/m², o odporności na penetrację płynów >200 cm H₂O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu),
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm,
- 1 x serweta 135 x 196 cm,
- 1 x stokineta 23 x 91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa,

- 2 x taśma przylepna, 10 x 50 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 34 x 36 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem,
- 1 x serweta do artroskopii 221/290 x 310 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 74 x 90 cm wokół otworu, z trzema zintegrowanymi organizatorami przewodów typu rzep, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115g/m², dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylne zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem z polipropylenu,
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm ze wzmocnieniem,
- 1 x kocik dla noworodka 100 x 105 cm z włókniny Spunlace,
- 2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20 x 30 cm,
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196 x 249 x 300 cm kształt T, z otworem 30 x 36 cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270° min. 65 x 110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 65 +/- 3 cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40 x 60 +/- 3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66g/m²), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log₁₀), o odporności na penetrację płynów >200 cm H₂O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570 kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej,
- 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm², odporność na penetrację wody min. 46 cm H₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I_B) – min. 4,5. L-120 cm,
- 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm², odporność na penetrację wody min. 46 cm H₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I_B) – min. 4,5. XL-140 cm,
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej,
- 2 x ręcznik papierowy 30 x 39 cm,
- 1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10 x 25 cm,
- 20 x kompresy gazowe 10 x 10 cm 12W 17N z nitką RTG,
- 5 x serweta laparotomijna 45 x 70 cm 4W 20N z nitką RTG, biała,
- 1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23,
- 1 x zaciskacz do pępowiny,
- 1 x taca na łożysko 3 000 ml, 31 x 24 x 7cm, niebieska,
- 1 x miska 250 ml, podziałka, niebieska,
- 1 x kocik dla noworodka 100 x 105 cm, materiał Spunlace,
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196 x 249 x 300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30 x 36 cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m².

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 31. Czy w związku z faktem, że producent dokonał niewielkich zmian w dostarczonym przez nas obłożeniu chirurgicznym, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia różniącego się od opisanego w następujący sposób:

- serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 150 cm x 190 cm, a nie 140 cm x 190,
- główna serweta ginekologiczna ma rozmiar 250/280 x 280 cm,
- ręcznik celulozowy ma rozmiar 30 cm x 33cm (zamiast 33 cm x 33 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 38. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych sklasyfikowanych w klasie I reg. 4? Nasza prośba wynika z faktu wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogli dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobów medycznych. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami posiadał klasę II a reg. 7 mógł zostać zakwalifikowany do klasy I zgodnie z reg. 4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostają bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1, 2, 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następujących fartuchów w rozmiarze odpowiednio L, XL i XXL:

Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 6 cm) nie powodujące ucisku na skórę, min. podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów:

- gramatura 40g/m²,
- przy szyi zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, w pasie wiązany na troki połączone kartonikiem,
- złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora,
- odporność na przenikanie cieczy 40 cm H₂O,
- odporność na rozerwanie na sucho 139 kPa,
- odporność na rozerwanie na mokro 138 kPa,
- na jednostkowym opakowaniu oznakowanie literowo,
- produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji, zapakowany w opakowanie pośrednie foliowe oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego,
- na opakowaniu 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1, 2, 3. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów zapinanych przy szyi na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania fartuchów zapinanych przy szyi na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu.

Pytanie nr 66. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale:

- rozmiar serwety na stół narzędziowy wzmocnionej wynosi 150 cm x 190 cm a jedna z samoprzylepnych serwet operacyjnych ma rozmiar 200 cm x 200 cm zamiast 200 cm x 175 cm,
- o chłonności 285% i chłonności w miejscach wzmocnień (padów chłonnych) 350% oraz całkowitej gramaturze 110g/m² oraz gramaturze stolika Mayo 90g/m²? Pozostałe parametry zachowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale:

- rozmiar serwety głównej wynosi 245 cm x 320 cm i torba na płyny nie posiada filtra, a rozmiar serwety na stół do instrumentarium wynosi 150 cm x 190 cm (zamiast 150 cm x 175 cm),
- chłonność wynosi 285% a odporność na rozerwanie na sucho i na mokro w obszarze krytycznym wynosi minimum 150 kPa? Pozostałe parametry zachowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale prześcieradło dla dziecka ma rozmiar 90 cm x 105 cm, okno w serwecie do cięcia cesarskiego ma rozmiar 19 cm x 24 cm i chłonność wynosi 285%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu),
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego Protect 250/200 x 315 cm, otwór 24 x 19 cm (folia na brzegach). Worek na płyny 360 stopni. Wbudowany uchwyt Velcro,
- 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard L – 125 cm,
- 2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard XL – 140 cm,
- 1 x kocyk dla noworodka 75 cm x 103 cm,
- 1 x Cosmopor E opatrunek z wkładem chłonnym 10 cm x 25 cm,
- 20 x Telacomp kompres gazowy 10 cm x 10 cm z nitką rtg 12w, 17n,
- 5 x serweta laparotomijna w kolorze białym, 45 cm x 70 cm z chipem rtg,
- 1 x zaciskacz do pępowiny,
- 1 x taca na łożysko 3 000 ml,
- 2 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm,
- 1 x miska plastikowa 250 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/