



Powiat Limanowski

ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

Tel.: 18 33-37-800

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.limanowski.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.powiat.limanowski.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://e-propublico.pl>

Znak sprawy: **BZ.272.3.2025**

Limanowa, dnia 28.03.2025 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
WRAZ Z POWIADOMIENIEM O ZMIANACH SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, na zadanie pn.:

**„Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej i logistycznej
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej
oraz do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami SWZ:

Wyjaśnienia do pytań wniesionych w dniu 27.03.2025 r.

Pytanie 1 dotyczy: Część 1, Poz. 6 Kuchenka mikrofalowa - Chcielibyśmy poinformować, iż kuchenka odpowiadająca w 100% OPZ aktualnie nie jest dostępna na rynku. Mając na uwadze powyższą informację prosimy o dopuszczenie kuchenki mikrofalowej o pojemności komory 25l. Pozostałe parametry będą w 100% zgodne z OPZ.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza kuchenkę mikrofalową o pojemności komory min. 25 litrów, w tym zakresie modyfikuje OPZ dla zadania nr 1 (Załącznik nr 4a do SWZ).

Pytanie 2 dotyczy: Część 1, Poz. 8 Płyty grillowe - Chcielibyśmy poinformować, iż płyta odpowiadająca w 100% OPZ aktualnie nie jest dostępna na rynku. Mając na uwadze powyższą informację prosimy o dopuszczenie płyty grillowej o regulacji temperatury w zakresie 50 - 300°C. Pozostałe parametry będą w 100% zgodne z OPZ.

Ad. 2 Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego, ponieważ w zadaniu częściowym nr 1 w OPZ dla tego zadania, poz. 8 Płyty grillowe (2 szt) w pkt 3) określono parametr regulacja temperatury 50^o-300^o C, czyli parametr odpowiadający treści wniosku o zmianę. Zamawiający zgodnie z OPZ wymaga płyty grillowej o regulacji temperatury w zakresie 50° - 300°C. Ponadto dopuszcza płytę grillową o wymiarach płyty roboczej min. 685x400 mm. W tym zakresie modyfikuje OPZ dla zadania nr 1 (Załącznik nr 4a do SWZ) w poz. 8.

Pytanie 3 dotyczy: Część 3, Poz. 14 Okap skrzyniowy typ 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokości okapu 45 cm. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza wnioskowaną zmianę i modyfikuje w OPZ dla zadania nr 3, (Załącznik nr 4c do SWZ) poz. 14 parametr wymiary w sposób następujący: wymiary (mm): 900x900 (+/- 30 mm), wysokość 500 mm(+/-50mm).

Pytanie 4 dotyczy: Część 3, Poz. 15 Zmywarka z funkcją wyparzania - Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie podstawy pod zmywarkę o wymiarach: 575 x 560 x 450 mm. Podstawa będzie dopasowana do Zmywarki zgodnej z OPZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza wnioskowaną zmianę i modyfikuje w OPZ dla zadania nr 3, (Załącznik nr 4c do SWZ) poz. 15 w parametrze wymiary podstawy (mm): 600x560 (+/- 30 mm) wysokość 500 (+/-50mm),

Pytanie 5 dotyczy: Część 3, Poz. 22 Okap skrzyniowy typ 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokości okapu 45 cm. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.

Ad. 5 Odp. Zamawiający zgodnie z OPZ wymaga, aby okap skrzyniowy typ 2 posiadał wymiary (mm): 2600x1200x500 (+/-50 mm).

Pytanie 6 dotyczy: Część 3, Poz. 16 Waga: Informujemy, że na rynku nie występuje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ. Biorąc pod uwagę powyższą informację prosimy o dopuszczenie wagi z zakresem pomiaru 2,2 kg.

Ad. 6 W części 3 (zadanie częściowe nr 3) nie przewidziano wagi, zatem w pytaniu chodzi zapewne o zadanie nr 4 poz. 16 gdzie przewidziano zakup wagi kuchennej w ilości 9 szt. Zamawiający nie dopuszcza wagi z zakresem pomiaru 2,2 kg.

Pytanie 7 dotyczy: Część 3, Poz. 16 Waga: Informujemy, że na rynku nie występuje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ. Biorąc pod uwagę powyższą informację prosimy o dopuszczenie wagi o następujących parametrach: zastosowanie na kuchni jako waga pomocnicza, lub jako waga kontrolna; pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem; wielokrotne tarowanie; 4 baterie alkaliczne typu D (R20) w komplecie, możliwość zakupu zasilacza (C011026); zakresy pomiaru: (g, kg, lb, oz) sumowanie, ważenie kontrolne z sygnałem; wymiary szalki 242x190 mm (szalka wykonana ze stali nierdzewnej); czas pracy na zasilaniu bateryjnym 1500 godz. (z wyłączonym podświetlaniem wyświetlacza); czas stabilizacji pomiaru ok 3 s; regulowane 4 nóżki, poziomicą; obudowa wykonana z ABS; kalibracja cyfrowa; Zakres pomiaru : 15 kg; Dokładność odczytu : 2 g; Szerokość - W : 260 mm; Głębokość - D : 270 mm; Wysokość - H : 122 mm; Waga - M : 3.1 kg.

Ad. 7 Jak wyżej – pytanie do zadania nr 4. Zamawiający dopuszcza wagę, której maksymalne obciążenie wynosi co najmniej 5 kg, czas stabilizacji pomiaru wynosi max. 3 sek, a jednostki pomiaru min: gram, uncja (oz), funt (lb). W tym zakresie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia – OPZ dla zadania nr 4 poz. 16.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl> treść wniosku o wyjaśnienie SWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego - bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ. Opublikował także OPZ dla zadania nr 1, 3 i 4 uwzględniające zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień.

Wobec udzielonych wyżej wyjaśnień, a także dokonanych zmian konieczne jest przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 oraz 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zakresie terminu składania oraz otwarcia ofert, a także w zakresie terminu związania ofertą, w tym również zakresie dokonuje zmian zapisów SWZ w punktach 17.1 oraz 18.1 SWZ tj. w zakresie:

- składania ofert, z dnia **31.03.2025 r. godz. 10:00** na dzień **02.04.2025 r. godz. 10:00.**
- otwarcia ofert, z dnia **31.03.2025 r. godz. 10:15** na dzień **02.04.2025 r. godz. 10:15.**

W konsekwencji powyższego zmianie ulega również termin związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, z dnia **29.04.2025 r.** na dzień **01.05.2025 r.**