

Bytom dnia: 2021-07-27

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakiet nr 48 Poz. 1 Układ oddechowy Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje patogenne jest dodatek przeciwdrobnoustrojowy oparty na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę personelu oraz pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra oraz czy w ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych Zamawiający wymaga aby zaoferowane układy były wykonane z materiału z ochroną przeciwdrobnoustrojową o udowodnionej w badaniach skuteczności? Właściwości dodatku przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra wpływają na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez patogeny, w tym szczepy bakterii opornych na antybiotyki, grzyby, wirusy i pleśnie. Zakażenia szpitalne wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu, jak też powodują powikłania prowadzące często do niepełnosprawności, przez co zwiększają koszty leczenia. Dodatkowo narażają personel medyczny na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Natomiast dzięki ochronie przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem jonów srebra, która tworzy powłokę na produkcie, na której drobnoustroje nie są w stanie przetrwać, można zredukować liczbę drobnoustrojów nawet o 99,9% i działa ona nieprzerwanie przez cały przewidywany okres użytkowania produktu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga.

Poz. 4 Czapki Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie czapki do stosowania zamiennie z czepcem do terapii wymiennych, który posiada konstrukcję opaski i jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej? W poz. 1 dotyczącej układu Zamawiający przewidział wykorzystanie czepca do terapii wymiennych. Dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki i redukując ilość zużywanych mocowań w trakcie terapii, co znacznie obniża koszty leczenia. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki, zmniejszenia ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń

terapii. Dostępny w rozmiarach XXS-XL.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga tylko czapek

Poz. 6 Komora nawilżacza Prosimy o weryfikację zapisu „x2 szt.” na końcu zdania. Czy jest to pomyłka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga tylko jednej sztuki.

Dotyczy Pakiet nr 61, Pakiet nr 65 Czy Zamawiający wymaga oryginalnego produktu rekomendowanego przez producenta inkubatora o udokumentowanej kompatybilności i walidacji pomiarów i działania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga oryginalnego produktu.

Pakiet nr 83 Poz. 1 Układ oddechowy

1. Prosimy o doprecyzowanie czy układ ma posiadać kołyskę do zamocowania generatora na czepcu, wykonaną z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, która gwarantuje uzyskanie szczelności poprzez zmianę pozycji na głowie pacjenta, wymiennie wpływając na redukcję urazów okolic nosa oraz generator dwudyszowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga układów do mocowania do czapeczki.

2. Czy układ ma posiadać końcówki nosowe o zróżnicowanej grubości ramion donosowych, które podczas terapii rozszerzają się w większym stopniu niż końcówki o jednolitej grubości wykonania? Takie rozwiązanie wpływa na maksymalizację szczelności i redukuje urazy wewnątrz delikatnych nozdrzy pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga układów z końcówkami nosowymi o zróżnicowanej grubości ramion donorowych.

Poz. 3 Komora nawilżacza Prosimy o weryfikację zapisu „x2 szt.” na końcu zdania. Czy jest to pomyłka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga tylko 1 sztuki.

Pakiet Nr 117 Czy Zamawiający dopuści czapeczkę stosowaną wymiennie z czepcem owijanym wokół głowy pacjenta, który jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganie oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej? Dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki i redukując ilość zużywanych mocowań w trakcie terapii, co znacznie obniża koszty leczenia. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki, zmniejszenia ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii. Dostępny w rozmiarach XXS-XL

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czapeczek.

W imieniu Zamawiającego

