

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup wiertarki ortopedycznej z oprzyrządowaniem na potrzeby Bloku Operacyjnego - Ortopedia.

Numer referencyjny: SZW/DZP/63/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego / OPZ (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy):

Pytanie nr 1

Pytanie: dotyczy załącznik nr 2 do SWZ: „Wiertarka ortopedyczna z przystawkami wraz z dwoma akumulatorami – 1 zestaw”

Proszę sprecyzowanie i dokładne podanie, ile ma być akumulatorów w zestawie.

W tytule Opisu przedmiotu zamówienia podajecie Państwo „Wiertarka ortopedyczna z przystawkami wraz z dwoma akumulatorami – 1 zestaw”, natomiast w opisie asortymentu w pozycji 2 - Moduł zasilający (akumulator) w rubryce ilość podajecie Państwo – 3 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch akumulatorów do zestawu. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy, tj. Formularz asortymentowo – cenowy / OPZ, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2024/BZP 00396632 z dnia 2024-07-04.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego/OPZ sprzed modyfikacji z dnia 07.07.2024 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
Piotr Nowicki