

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 17/17PN/2020/9

Bytom dnia: 2020-07-15

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę Noża ultradźwiękowego, Akcesoriów do Aparatu ERBE VIO3, Kardiomonitorów, Stołu Operacyjnego, Diatermii Chirurgicznej, wyrobów medycznych oraz akcesoriów, bielizny operacyjnej barierowej w ramach Programu Kompleksowej Terapii Wewnętrzzmagicznej dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 17 / 17 PN / 2020..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Czy zamawiający dopuści stół operacyjny z elektrohydraulicznie regulowany przesuwem wzdłużnym blatu 350 mm zamiast opisanego sterowania elektromechanicznego ? Co jest parametrem lepszym niż opisany w SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. dotyczy §1 ust. 1 pkt. Określenie przedmiotu zamówienia. (SIWZ) dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski: certyfikat CE, nr certyfikatów, opisy, katalogi, deklaracje w języku polskim

W przypadku oferowania produktu klasy I [ a takim jest stół operacyjny] Zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą o wyrobach medycznych produkty klasy I powinny posiadać deklarację zgodności która potwierdza spełnienie wszystkich wymagań dyrektywy 93/42/EEC. W związku z tym prosimy o rezygnację z wymogu posiadania i dostarczenia certyfikatu CE dla pakietu 4 ( stół operacyjny) gdyż dokument ten nie jest wymagany przez Polskie prawo i dla wyrobów klasy I ustawa nie nakłada obowiązku posiadania certyfikatu CE, a jedynie deklaracji zgodności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

