

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20

1.Czy w pakiecie 12 pozycja 3 Zamawiający dopuści produkt pakowany x 15 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Prosimy o informację czy należy zaokrąglić ilość do pełnych opakowań w górę ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Proszę zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

2.Czy w pakiecie 12 pozycja 4 Zamawiający dopuści produkt pakowany x 15 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Prosimy o informację czy należy zaokrąglić ilość do pełnych opakowań w górę ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Proszę zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

3.Czy w pakiecie 12 pozycja 5 Zamawiający ma na myśli i wymaga Zestawu do

podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit. Wolne od lateksu i DEHP ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

4.Czy w pakiecie 12 pozycja 6 Zamawiający ma na myśli i wymaga EasyBag Bolus Adaptor - Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

5.Dotyczy § 8 ust. 4 umowy. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający
Koordynator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło