

Bytom dnia: 2024-04-23

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa łóżek z materacami, łóżeczek z materacami, szafek przyłóżkowych, szaf ubraniowych, szaf na pościel, szaf medycznych, wózków zabiegowych, wózków reanimacyjnych dla Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,,.

Numer referencyjny: 9/9PN/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o długości ? długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa PN EN 60601-2-52, składanymi wzdłuż leża?

**Stanowisko (wyjaśnienie): Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości ponad leże wynoszące 41 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza, wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką stalową, spawaną?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza, wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne stolik wykonany z MDF, o długości 1075 mm, grubości 16 mm, szerokości 399 mm, z możliwością dopasowania szerokości?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza, wyraża zgodę.

Pakiet nr 4

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokość 43,4 cm, głębokości 45,1 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza, wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się dwóch szuflad o wysuwie jednostronnym (na prowadnicach rolkowych), z nieorganicznym dostępem do nich oraz otwartej półki między szufladami z dostępem do niej od frontu szafki?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza, wyraża zgodę.

Wzór umowy

7. Czy Zamawiający dokona pomniejszenia kar umownych przewidzianych w § 6 pkt. 1 i 2 wzoru umowy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zamawiający

