

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
Kilińskiego 29  
08-110 Siedlce

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie

**Z A W I A D O M I E N I E**  
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa łóżek i szafek szpitalnych do SPZOZ w Siedlcach..  
Numer referencyjny: Łozkaszafki/471/2024

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający wprowadza stepującą zmianę w Załączniku nr 4 do SWZ - minimalne wymagania techniczne:

*Tabela ŁÓŻKO DLA PACJENTÓW PSYCHIATRYCZNYCH - 5 SZT., pkt. 17 - wykreśla się zapis*

	Elementy wyposażenia łóżka: - Barierki ciągłe, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Wykonane z aluminium, opuszczane poniżej linii materaca. Poruszające się na niezależnych słupkach montowanych do szczytów. <del>- Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.</del> Na jednym szczeblu barierki listwa odbojowa chroniąca barierki przed otarciami – 5 kpl - dystanse ścienne – 5 szt 17. - materac –5 szt Materac na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - wkład - pianka - grubość materaca min. 7 cm - pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem	<b>TAK</b>
--	---	------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał pokryty powłoką odporną na przenikanie mikroorganizmów</li> <li>- odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru</li> <li>- pranie pokrowca w temp. do 95°C</li> </ul>	
--	--	--

*Zamawiający*