

Bytom dnia: 2022-07-26

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"**" – znak sprawy 20/20PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Pytanie nr 1 - Dot. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – „System do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej RIS/PACS Integracja z aparatami USG – informacje szczegółowe” Z informacji otrzymanych od producentów aparatów USG poniższe urządzenia nie mają możliwości podłączenia do systemu PACS:

Nazwa	Nazwa ap. medycznej	Producent - kod	Producent - nazwa
Aparat USG - Echokardiograf UKG	SONOS 100 CF		Hewlett Packard
Aparat USG	LOGIQ 2205676		GE
Aparat USG	LOGIQ 500		GE
Aparat USG	TOSHIBA COREVISION		Toshiba Corporation
Aparat USG	VOLUSION 730PRO		GE
Aparat USG	LOGIQ Nr ser.4134 OYU1		GE
Aparat USG	VOLUSON Nr ser.D05098		GE
Aparat USG	VIVID Nr ser.3442vs5		GE

Dla tych aparatów nie da się zatem spełnić warunku postawionego przez Zamawiającego. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego rezygnację z wymogu podłączenia wyżej wymienionych ośmiu aparatów USG do systemu PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu podłączenia wyżej wymienionych ośmiu aparatów USG do systemu PACS.

W imieniu Zamawiającego

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Organizacji
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
[Podpis]
Mieczysław Wójcik