

Bydgoszcz dnia: 2025-02-03

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.2.2.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Wykonanie napraw i przeglądów serwisowych aparatury badawczej I.**

Numer referencyjny: **WIWa.272.2.2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 1

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, zad. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwrot zepsutego termobloku po wymianie?

Zwrot uszkodzonego termobloku zapewnia niższy koszt naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zwrot zepsutego termobloku po wymianie **(zgodnie z zapisem specyfikacji warunków zamówienia punkt 4 ppkt 4.2, część nr 2).**

a/a

KS