



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa dnia: 2021-09-14

IK-EZP/0-65/381/2021

WYKONAWCY
ubiegający się
o zamówienie publiczne

Informacja (1)
o wyborze najkorzystniejszej oferty - **Część nr 7**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa wyrobów medycznych" – znak sprawy ZP.050.2021.

Zamawiający, Narodowy Instytut Kardiológii **Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy** w Warszawie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

1. jako najkorzystniejsza **wybrana została** oferta:

PROMED S.A.
ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa
na: **Część nr 7**: Rury jednorazowego użytku do respiratora transportowego Oxylog VE300
za cenę brutto **60 307.20 zł**.
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji warunków zamówienia (Cena 100%). Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów w kryterium cena.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Zadanie częściowe	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - liczba pkt	Razem
7 - Rury jednorazowego użytku do respiratora transportowego Oxylog VE300	PROMED S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
7 - Rury jednorazowego użytku do respiratora transportowego Oxylog VE300	Dräger Polska Sp. z o.o. Posąg 7 Panien 1 02-495 Warszawa	1 - Cena - 100.00	Oferta odrzucona nie podlega ocenie

2. odrzucona została oferta Wykonawcy

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
15	Dräger Polska Sp. z o.o. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa	<p>Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp</p> <p>Oferta odrzucona w części nr 7, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p> <p>Oferta firmy Dräger Polska Sp. z o.o. nie spełnia wymogów określonych w Załączniku Nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia\ parametry graniczne).</p> <p>Zaoferowane rury nie posiadają:</p> <p>a. czujnika przepływu i linii pomiarowej o tożsamej długości jak rura karbowana</p> <p>b. linia pomiarowa nie jest kodowana kolorystycznie.</p> <p>Brak spełnienia tych wymagań uniemożliwia bezpieczne, zgodne z wykonywanymi procedurami użytkowanie respiratorów.</p>