

Bytom dnia: 2022-06-07

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 132 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **13/13PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17

Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517) zwanej dalej ustawą PZP, zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SWZ, tj.:

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamówienia miesięczne są na podobnym poziomie, ustalania z opiekunem we współpracy z Laboratorium.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy

dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, przetarg jest oparty na danych historycznych i tak została opracowana ilość asortymentu przedmiotu zamówienia zawarta w Załączniku nr 7 do SWZ. Czasami jednak ulega zmianie ilość i struktura pacjentów co może mieć wpływ na zapotrzebowanie danego producenta.

Pytanie nr 3

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wszystkie czynności zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy wymagają formy pisemnej, także w przedstawionym przez Państwa przypadku.

Pytanie nr 4

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający udzielając świadczeń medycznych musi mieć zapewniony ciągłość dostaw w tak ważnym zakresie jak odczynniki do badań laboratoryjnych dlatego taki jest zapis w umowie, brak podstaw aby zmieniać dostaw odczynników przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, natomiast dołoży starań aby wartość zamówienia przekraczała wskazaną kwotę.

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę. Z uwagi, że przedmiotowy zakres związany jest z podstawą diagnostyczną, a tym samym ratowaniem życia i zdrowia pacjentów.

Pytanie nr 7

Upzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgoda na podstawie aneksu zatwierdzonego przez Szpital.

Pytanie 8

Wnosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dookreślenie że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Szpital udziela świadczeń bez względu na sytuację pandemiczną i polityczną .

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:

Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej

wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Szpital udziela świadczeń bez względu na sytuację pandemiczną i polityczną .

Pytanie 10

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy w przypadku składania oferty na kilka pakietów wystarczające będzie dla Zamawiającego, jeśli Wykonawca skopiuje odpowiednią ilość razy poniższy tekst w formularzu oferty? Jeśli nie, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty w przypadku kilku pakietów:

„II. OFERUJĘ WYKONANIE NIŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ, opisanym szczegółowo w załączniku A Specyfikacji Warunków Zamówienia w ramach pakietu nrza wartość:

netto PLN

brutto PLN

OGÓŁEM:

Netto:.....zł/słownie:...../

Brutto:.....zł/słownie:...../„

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, w przypadku składania na kilka pakietów wystarczy skopiować wskazaną treść odpowiednią ilość razy.

Pytania techniczne

Zadanie 13

Prosimy o dopuszczenie parafiny histopatologicznej o temperaturze topnienia 56-58 st.C

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 14

Prosimy o dopuszczenie środka montującego używanego do łączenia preparatów histopatologicznych i cytologicznych, szybko schnący (odpowiednik balsamu kanadyjskiego) o parametrach: ciecz bezbarwna o zawartości ksylenu 48 - 53%, bez zawartości polistyrenu, o temperaturze zapłonu 26,7°C, op. 500 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 16

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 Hematoksylina Harrisa o zawartości etanolu 3,0 - 5 % oraz siarczanu glinu 1 – 3 %

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zapisu zgodnie z SWZ.

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 Oranżu G o zawartości alkoholu etylowego 80 – 90 %, alkoholu metylowego 1 – 3 % i izopropanolu 1-3%

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA36 o zawartości etanolu minimum 90 %

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA50 o zawartości alkoholu metylowego 50 – 70% i glikolu etylenowego 15 - 25 %

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zapisu zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 17

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie buforu fosforanowego o pH 6,8 do barwienia metodą Giemsy, w op. 1l o terminie przydatności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie odwapniacza materiału biologicznego – szybkiego, zawierającego: kwas solny 35 – 40%, polwinyli pyrrolidone 5-10 %, fluorad ? 1%, wodę 50-60%. Opakowanie 1 litr.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie elektrolitycznego odwapniacza materiału biologicznego, zawierającego: kwas solny 1-3%, kwas mrówkowy 7-10%. Opakowanie 1 litr. Czas odwapniania preparatów o grubości poniżej 5mm: ok. 4-8 godzin.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zapisu zgodnie z SWZ.

Zamawiający

