



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

### Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

#### **Pakiet Nr 5– Fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 23 szt.**

<i>LP</i>	<i>Parametr wymagany</i>	<i>Wartość graniczna</i>	<i>Parametr oferowany</i>
<b>1.</b>	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
<b>2.</b>	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:	Podać	
<b>3.</b>	Fotel laryngologiczny - 6 szt.	TAK	
<b>4.</b>	Łatwo zmywalna tapicerka wykonana z materiału dostosowanego do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użytku szpitalnego.	TAK	
<b>5.</b>	Możliwość wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego z pośród minimum 10 kolorów.	TAK	
<b>6.</b>	Wyposażenie fotela:  - podłokietniki  - regulowany, odejmowalny zagłówek wykonany z pianki poliuretanowej  - tapicerowane oparcie	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	- tapicerowane siedzisko  - regulowana kolumna gazowa na mobilnej podstawie wyposażonej w hamulce.		
7.	Możliwość regulacji siedziska w zakresie 450 – 600mm.	TAK	
8.	Parametry techniczne mieszczące się w zakresie:  Wysokość: 450- 600mm,  Szerokość siedziska: 460-500mm  Wysokość oparcia: 450 -500mm  Zakres regulacji zagłówka: 0 – 230mm.	TAK	
9.	Tworzywowa osłona oparcia pleców	TAK	
10.	Obciążenie robocze min. 130kg	TAK	
11.	Fotel osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem	TAK	
<b><u>Warunki gwarancji i serwisu</u></b>			
	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
12.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

<b>13.</b>	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.	TAK	
<b><u>Dodatkowe</u></b>			
<b>14.</b>	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
<b>15.</b>	Świadectwo CE	TAK	
<b>16.</b>	Deklaracja zgodności	TAK	
<b>17.</b>	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
<b>18.</b>	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
<b>19.</b>	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
<b>20.</b>	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
<b>21.</b>	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
22.	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
23.	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:	Podać	
24.	Fotel specjalny pielęgnacyjny 4 szt.	TAK	
25.	Fotel wykonany z materiałów zmywalnych odporny na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach. Siedzisko oraz zagłówek tapicerowane tkanina skóropodobna z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z palety min. 10 kolorów.	TAK	
26.	Wymiary fotela:  Szerokość fotela: 75cm (+/- 5cm).  Szerokość siedziska: 55cm (+/-5)  Głębokość fotela: 50cm (+/-5 cm)  Wysokość siedziska od ziemi 48cm (+/- 5cm)  Waga fotela max. 35kg  Nośność fotela min. 140kg.	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

27.	Możliwość regulacji fotela: Regulacja kąta oparcia 30°, Regulacja siedziska 12°, Regulacja wysokości podłokietników 0-30 cm (+/- 3cm).	TAK	
28.	<p>Fotel wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koła skrętne o średnicy min. 125°, z hamulcem centralnym,</li> <li>• tapicerowany zagłówek z miękką nakładką,</li> <li>• podnóżek ułatwiający wchodzenie pacjenta, regulowane podłokietniki,</li> <li>• statyw kroplówki z min. 2 hakami,</li> <li>• kosz na butlę z tlenem o pojemności 2-5l,</li> <li>• uchwyt na dokumentację medyczną,</li> <li>• regulowany i odpinany zagłówek.</li> </ul>	TAK	
<b><u>Warunki gwarancji i serwisu</u></b>			
29.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
30.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	
31.	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.		
<b><u>Dodatkowe</u></b>			
32.	Folder urządzenia w języku polskim	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	potwierdzający w/w parametry		
<b>33.</b>	Świadectwo CE	TAK	
	Deklaracja zgodności	TAK	
<b>34.</b>	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
<b>35.</b>	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
<b>36.</b>	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
<b>37.</b>	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
<b>38.</b>	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

LP	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY
39.	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
40.	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:	Podać	
41.	Fotel Specjalistyczny do pobierania krwi - 7szt.	TAK	
42.	Fotel wykonany z materiału odpornego na działanie promieni UV, środków myjących i dezynfekujących stosowanych w warunkach szpitalnych.  Siedzisko, oparcie pleców obustronne, podłokietniki obustronne, zagłówek, pokryte bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego.	TAK	
43.	Konstrukcja wykonana ze stali malowanej farbą proszkową odporną na korozję	TAK	
44.	Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z pośród min. 10 kolorów.	TAK	
45.	Parametry techniczne:  Szerokość siedziska: 45 – 60cm,  Głębokość: 69 -80cm,  Wysokość całkowita z zagłówkiem: 100 -120cm (	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	+/- 5cm).		
46.	Wymiary podłokietników [dł. x szer. ] 40 x15 cm	TAK	
47.	Regulacja kąta podłokietników w poziomie 180°, Regulacja kąta w pionie podłokietników: - 90° - 45°.	TAK	
48.	Możliwość regulacji oparcia za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 -85°.	TAK	
49.	Dopuszczalne obciążenie min. 130kg.	TAK	
50.	Fotel wyposażony w stopki do powierzchni miękkich zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem oraz regulacją pozwalającą na poziomowanie fotela.	TAK	
<b><u>Warunki gwarancji i serwisu</u></b>			
51.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
52.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	
53.	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.		
<b><u>Dodatkowe</u></b>			
54.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
55.	Świadectwo CE	TAK	





## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

<b>56.</b>	Deklaracja zgodności	TAK	
<b>57.</b>	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
<b>58.</b>	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
<b>59.</b>	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
<b>60.</b>	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
<b>61.</b>	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
62.	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
63.	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:	Podać	
64.	Fotel zabiegowy multifunkcyjny, elektrycznie regulowany – 2 szt.	TAK	
65.	Fotel osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem	TAK	
66.	Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkowa odporną na korozję	TAK	
67.	Tapicerka beższwowa, skóropodobna odporna na mycie i dezynfekcję środkami dopuszczonymi do użytku szpitalnego.	TAK	
68.	Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru tapicerki z pośród min. 10 kolorów.	TAK	
69.	Elektrycznie regulowana wysokość fotela mieszcząca się w zakresie 61 -90 cm, za pomocą pilota ręcznego lub nożnego.	TAK	
70.	Pneumatyczna regulacja kąta nachylenia siedziska do pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

<b>71.</b>	Fotel rozkładany do pozycji leżącej dzięki pneumatycznej regulacji sprężynami gazowymi kąta pochylenia segmentu oparcia pleców i segmentu podnóżka.	TAK	
<b>72.</b>	Regulacja kąta podparcia stóp 50 ° - 80 ° ( +/- 10° )	TAK	
<b>73.</b>	Regulacja kąta podłokietników w poziomie 180 °, Regulacja kąta podłokietników - 90° - 45 °.	TAK	
<b>74.</b>	Parametry techniczne mieszczące się w zakresie:  Długość fotela po rozłożeniu w pozycji poziomej 190 – 200cm,  Szerokość 65 -70cm  Wysokość 61 – 90cm,  Wymiar podłokietników [ dł. x szer. ] 40 x 15 cm		
<b>75.</b>	Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg.		
<b>76.</b>	Fotel wyposażony:  - koła jezdne z hamulcem,  - wieszak na jednorazowe prześcieradło w rolce  - regulowany wieszak do kroplówki z 4 haczykami oraz możliwością montażu po prawej i lewej stronie fotela  - półka boczna  - stopień na kółkach jezdnych z hamulcami  - odejmowany, regulowany w pionie zagłówek.		
<b><u>Warunki gwarancji i serwisu</u></b>			
<b>77.</b>	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu		
<b>78.</b>	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	
<b>79.</b>	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.	TAK	
<b><u>Dodatkowe</u></b>			
<b>80.</b>	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
<b>81.</b>	Świadectwo CE	TAK	
<b>82.</b>	Deklaracja zgodności	TAK	
<b>83.</b>	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
<b>84.</b>	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
<b>85.</b>	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
<b>86.</b>	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
<b>87.</b>	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

<i>LP</i>	<i>Parametr wymagany</i>	<i>Wartość graniczna</i>	<i>Parametr oferowany</i>
<b>88.</b>	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń wystawowych,	TAK	
<b>89.</b>	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:	Podać	
<b>90.</b>	Fotel z regulacją hydrauliczną – 2szt.	TAK	
<b>91.</b>	Fotel wykonany z materiałów zmywalnych odpornych na środki dezynfekcyjne stosowane w warunkach szpitalnych	TAK	
<b>92.</b>	Siedzisko, zagłówek, podłokietniki tapicerowane tkanina skóropodobną lub winylową bezszwową z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z palety min. 10 kolorów	TAK	
<b>93.</b>	Stelaż fotela metalowy malowany proszkowo wyposażony w podstawę jezdnią składającą się z min. 4 kół skrętnych z hamulcem. Stelaż fotela wyposażony w uchwyt wieszaka papieru dla rolek o szerokości min. 60cm.	TAK	
<b>94.</b>	Fotel czteroczęściowy wyposażony w zagłówek oraz podnózek. Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 10 ° + 45°.	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	Podnózek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie nie mniejszej niż 15 +35 °.		
95.	Odcinek lędźwiowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie nie mniejszej niż 0-70° (+/- 5°)  Szerokość całkowita fotela 70cm (+/- 10cm).  Długość całkowita fotela 190cm, (+/- 10cm).  Podłokietniki fotela regulowane na wysokość z możliwością odwodzenia do boku kąta min. 90°.	TAK	
96.	Regulacja wysokości fotela realizowana za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 50-75 cm (+/- 5cm).	TAK	
97.	Nośność fotela min 150kg.	TAK	
<b><u>Warunki gwarancji i serwisu</u></b>			
98.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
99.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	
100.	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.	TAK	
<b><u>Dodatkowe</u></b>			
101.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
102.	Świadectwo CE	TAK	
103.	Deklaracja zgodności	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
<b>104.</b>	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
<b>105.</b>	Instrukcja obsługi w języku polski	TAK	
<b>106.</b>	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
<b>107.</b>	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	

<i>LP</i>	<i>Parametr wymagany</i>	<i>Wartość graniczna</i>	<i>Parametr oferowany</i>
-----------	--------------------------	--------------------------	---------------------------



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

<b>108.</b>	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń wystawowych,	TAK	
<b>109.</b>	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:	Podać	
<b>110.</b>	Fotel z regulacją elektryczną – 2szt.	TAK	
<b>111.</b>	Fotel wykonany z materiałów zmywalnych odpornych na środki dezynfekcyjne stosowane w warunkach szpitalnych	TAK	
<b>112.</b>	Siedzisko, zagłówek, podłokietniki tapicerowane tkanina skóropodobną lub winylową bezszwową z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z palety min. 10 kolorów	TAK	
<b>113.</b>	Stelaż fotela metalowy malowany proszkowo wyposażony w podstawę jezdnią składającą się z min. 4 kół skrętnych z hamulcem. Stelaż fotela wyposażony w uchwyt wieszaka papieru dla rolek o szerokości min. 60cm.	TAK	
<b>114.</b>	Fotel czteroczęściowy wyposażony w zagłówek oraz podnózek. Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 10 ° + 45°.  Podnózek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie nie mniejszej niż 15 +35 °.	TAK	
<b>115.</b>	Odcinek lędźwiowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie nie mniejszej niż 0-70° (+/- 5°)  Szerokość całkowita fotela 70cm (+/- 10cm).  Długość całkowita fotela 190cm, (+/- 10cm).  Podłokietniki fotela regulowane na wysokość z	TAK	





## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	możliwością odwodzenia do boku kąta min. 90°.		
<b>116.</b>	Regulacja wysokości fotela realizowana elektrycznie za pomocą pilota nożnego, bezprzewodowego lub ręcznego w zakresie 50 -75 cm (+/- 5cm).	TAK	
<b>117.</b>	Nośność fotela min 150kg.	TAK	
<b>118.</b>	Wypożyczenie dodatkowe: Dwupoziomowy stopień		
<b><u>Warunki gwarancji i serwisu</u></b>			
<b>119.</b>	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
<b>120.</b>	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	
	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.	TAK	
<b><u>Dodatkowe</u></b>			
<b>121.</b>	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
<b>122.</b>	Świadectwo CE	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

<b>123.</b>	Deklaracja zgodności	TAK	
<b>124.</b>	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
<b>125.</b>	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
<b>126.</b>	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
<b>127.</b>	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
<b>128.</b>	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

**Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.**

Upelnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

Data:.....

- Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .
- Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.
- Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.