

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy **17/17PN/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 47**

**Pytania dotyczące SIWZ:**

**Dotyczy Rozdziału IX. 8. e**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest produktem leczniczym lub wyrobem medycznym. Czy zaakceptuje oświadczenie wskazane w ppkt IX. 8. f ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

**Dotyczy § 2 ust. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu zapisu:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji (w rozliczeniu rocznym) nie może przekroczyć 20 % ilości określonej w niniejszej umowie”?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający doloży starań aby zrealizować całość umowy, co jest jednak uzależnione jest od liczny pacjentów hospitalizowanych.**

**Dotyczy § 3 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania

listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający dołoży wszelkich starań aby zamówienia były większe od wskazanej wartości.**

**Dotyczy § 6 ust.1-4**

Prosimy o ujednolicenie sposobu naliczania kar umownych za opóźnienia w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia/nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy, poprzez zmianę zapisów umowy na: „kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy/nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy za każdy dzień zwłoki”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dodatkowo Dotyczy § 6 ust.1**

Prosimy o zmianę sposobu liczenia kar za opóźnienie w dostawie od wartości niezrealizowanej części dostawy, a nie od całej umowy.

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu § 6 ust.1 tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nalicza kary od niezrealizowanej części dostawy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy w załączniku nr 6.

**Dotyczy § 6 ust.5**

Prosimy o zastąpienie zapisu: „karę w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw (...)” na: „karę w wysokości 5% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw (...)”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nalicza kary od niezrealizowanej części dostawy.

**Dotyczy § 10**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody, hospitalizując pacjentów musi mieć zapewnioną dostawę asortymentu wskazanego w umowie. Wprowadza zapis o 1 miesięcznym wypowiedzeniu, nie jest w stanie ogłosić i rozstrzygnąć nowego postępowania.

**Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:**

**Dotyczy pakietu 29 pozycji nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki typu „Cervex”, szczoteczka w kształcie grota liniowa podstawa szczotki?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści szczotki typu Cyto-Brusch z końcówką jak na poniższym zdjęciu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 116**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw do OB składający się z probówki okrągłodennej na 1 ml krwi z korkiem zwykłym, nieprzebijalnym z tworzywa sztucznego oraz rurki do pomiaru OB z podziałką 0-180 mm, bez wewnętrznego tłoka, z uszczelką?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 117 pozycji nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka szlifowane w rozmiarze 75x25mm, spełniających normę dla szkiełek szlifowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8037-1?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający Dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 118 pozycji nr 1**

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki z PP (polipropylenu) o wymiarach 16x100 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza tylko próbówki przezroczyste**

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki z PMMA, tworzywa wysokiej przezroczystości jak polistyren, o wymiarach 16x100 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 118 pozycji nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Dotyczy pakietu 118 pozycji nr 3**

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki o poj. 7 ml, długości 100 mm, średnicy 13 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki o poj. 5 ml, długości 75 mm oraz średnicy 13 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobno korków i probówek?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 118 pozycji nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek z tworzywa PE, z podziałką?



Pragniemy nadmienić, iż różnica w materiale nie ma większego znaczenia użytkowego, bowiem ważniejszym parametrem jest pojemność pipetki czy wielkość kropli, ponadto standardowym tworzywem do produkcji pipetek Pasteura jest polietylen (PE), a nie polipropylen.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 120 pozycji nr 1, 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wymazówki sklasyfikowane były jako produkt klasy IIa i dopuści do zaoferowania wymazówki klasy I?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r o wyrobach medycznych (zwaną dalej Ustawą), Dyrektywą MDD 93/42/EWG UE oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (zwane dalej Rozporządzeniem), wymazówki w zależności od sposobu ich stosowania mogą być:

- wyrobami medycznymi inwazyjnymi (inwazyjny wyrób medyczny lub wyposażenie wyrobu medycznego, który jest wprowadzany lub które jest wprowadzane, w całości lub części, do wnętrza ludzkiego ciała przez otwory ciała albo przez jego powierzchnię - art. 2 pkt. 15 Ustawy), jeśli pobierany jest materiał z otworów ciała lub jego wnętrza;
- wyrobami nieinwazyjnymi (par. 1 ust. 9 Rozporządzenia)- jeśli służą do pobierania i przeniesienia materiału do badań bez kontaktu z ciałem ludzkim.

Niezależnie od tego, czy są wyrobem inwazyjnym, czy nieinwazyjnym - wymazówki są wyrobami medycznymi chwilowego użytku, gdyż mają kontakt z ciałem krócej niż 60 min (par. 2 ust. 1 Rozporządzenia).

Zarówno wymazówki klasy I, jak i wymazówki klasy IIa podlegają obowiązkowi certyfikowania przez Jednostkę Notyfikowaną, dlatego też Klasa IIa nie wskazuje na to, że wymazówki te posiadają lepszą jakość niż wymazówki klasy I zwłaszcza, iż produkowane są w tych samych warunkach, z tych samych produktów, przez tych samych producentów.

Nie dopuszczenie wymazówek klasy I stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji, poprzez uniemożliwienie złożenia ważnych ofert wielu wykonawcom

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga klasy II a. Wymazówki stosowane są min. do pobierania materiału z ran pooperacyjnych; zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby nieinwazyjne, które wchodzi w kontakt z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową muszą posiadać klasę II a.

**Dotyczy pakietu 120 pozycji nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek plastikowych z wacikiem bawełnianym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wacika wiskozowego.

**Dotyczy pakietu 120 pozycji nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości wraz z korkiem 165mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 121 pozycji nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych po 5 szt.?(sterylnych)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy pakietu 121 pozycji nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę niepełnych opakowań szalek? Czy ewentualnie Zamawiający zwiększy oczekiwaną ilość szalek do 600 sztuk, czyli pełnego opakowania handlowego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

W imieniu Zamawiającego

