

Numer postępowania: **ZP-271-34/24**

Kraków, dnia 27.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Usługa serwisowania sprzętu laboratoryjnego"**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3, 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytania od 1 do 4 dot. części nr 3 - Serwisowanie analizatora IH-500

Pytanie nr 1

W związku z wymogiem zapewnienia w ramach tzw. pakietu serwisowego zdalnej diagnostyki przez Wykonawcę, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza realizować niezbędny dostęp internetowy do urządzenia, innymi słowy: czy Wykonawca będzie miał umożliwiony bezpośredni dostęp do analizatora za pośrednictwem łącza internetowego od strony urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z §12 Zasady udzielania dostępu zdalnego – Wzoru umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści, aby call-service (nielimitowane konsultacje telefoniczne) oraz stały serwis urządzenia za pośrednictwem łącza internetowego odbywały się w godzinach działania infolinii tj. 7 dni w tygodniu w godzinach 8-20 z zapewnieniem możliwości zgłaszania problemów 24h/dobę poprzez pozostawienie wiadomości głosowej na skrzynce infolinii lub przesłanie wiadomości na adres e-mail?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się na proponowane rozwiązanie. Zmianie ulega Opis Przedmiotu zamówienia (Część nr 3) - załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w Formularzu ofertowym Wykonawcy (zał. nr 1 do SWZ) w Tabeli Kryterium oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” doszło do omyłki i Zamawiający, zgodnie z opisem z pkt 22.2 SWZ, przyzna punkty w kryterium „Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) poprzez zaznaczenie jednej z poniższych opcji:

☐ 1 i więcej osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia, które posiadają certyfikat/dyplom/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, o którym mowa w pkt.

7.2.1 SWZ, wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W ramach potwierdzenia przeszkolenia (posiadania kwalifikacji przez pracownika)

Zamawiający zaakceptuje autoryzację producenta wystawioną dla Wykonawcy. Wspomniana autoryzacja posiada imienny wykaz pracowników przeszkolonych oraz dopuszczonych przez producenta do serwisowania aparatury medycznej objętej przedmiotem zamówienia – 30 pkt.

☐ minimum 1 osoba wyznaczona do bezpośredniej realizacji zamówienia, posiadająca certyfikat/dyplom/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia o którym mowa w pkt.

7.2.1 SWZ wystawione przez inny podmiot – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) poprzez zaznaczenie jednej z opcji. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie: pkt. 9.1.1, 9.1.2 (jeśli dotyczy) oraz 9.2.2.1 treści SWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz osób (zał. nr 9 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Zmiana nr 1 SWZ:

Było:

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26.06.2024 r.

Jest:

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **29.06.2024** r.

Zmiana nr 2 SWZ:

Było:

19.1. Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 28.05.2024 r. do godz. 10:00.

Jest:

19.1. Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **31.05.2024** r. do godz. **10:00**.

Zmiana nr 3 SWZ:

Było:

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.05.2024 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Jest:

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **31.05.2024 r.** o godz. **10:30** za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.