

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 10.10.2022 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

PN-31/22/29/2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-31/22/29 - Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści:
na mocy art. 135 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) udzielamy **wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Treść pytań:

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar o pojemności 140uL. Biorąc pod uwagę doświadczenie Wykonawcy to rozwiązanie sprawdza się lepiej z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
[Podpis]
mgr Iwona Kisiel