

## Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

1. Dotyczy Rozdz. III SWZ pkt 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności pakiet nr 1: dla podłoży na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłoży na płytach bez krwi oraz podłoży chromogennych – min. 4 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy, dla pakietu nr 2 min 6-8 mcy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników, nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy Rozdz. III SWZ pkt 7 i 11 (winno być) oraz par 2 pkt 4 umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu który nie został zakwalifikowany przez wytwórcę jako wyrób medyczny lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy Zadania nr 4 tabela A pkt 12 i zadania nr 5 tabela B pkt 12 – Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z analizatorami i odczynnikami instrukcji i wyrazi zgodę na pobranie wszystkich wymaganych dokumentów z bezpłatnej dostępnej całodobowo strony Wykonawcy? Wykonawca poda adres strony internetowej na której dostępne będą wszystkie wymagane dokumenty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. § 6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu dzierżawy do 6 -8 tygodni, a tym samym na modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: „Uruchomienie i przekazanie przedmiotu umowy w dzierżawę nastąpi w terminie 6 - 8 tygodni, protokołem odbioru, sporządzonym z udziałem przedstawicieli obu Stron umowy. Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę przedmiotu dzierżawy ze względu na konieczność sprowadzenia urządzeń z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie urządzeń uniemożliwiają dotrzymanie wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. Prosimy o modyfikację, która będzie zgodna z zapisami podanymi w tabeli A i B dla pakietu nr 4 i 5.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy § 6 ust. 1 na następujące brzmienie:

*Uruchomienie i przekazanie przedmiotu umowy w dzierżawę nastąpi w terminie maks. 8 tygodni, protokołem odbioru, sporządzonym z udziałem przedstawicieli obu Stron umowy.*

Tabela A i B zostaje dostosowana do powyższego zapisu.

5. § 6 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na naprawę urządzenia do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy § 6 ust. 1 na następujące brzmienie:

*Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii dokonać naprawy urządzenia.*

6. § 6 ust. 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo przedłużenia czasu pracy urządzenia poza okres obowiązywania umowy aż do momentu wykonania oznaczeń z ostatniej dostawy odczynników, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia umowy. W okresie przedłużenia czasu pracy urządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązany będzie do płatności czynszu z tytułu dzierżawy na dotychczasowych zasadach”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy § 6 ust. 1 na następujące brzmienie:

*Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo przedłużenia czasu pracy urządzenia poza okres obowiązywania umowy aż do momentu wykonania oznaczeń z ostatniej dostawy odczynników, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia umowy. W okresie przedłużenia czasu pracy urządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy na warunkach określonych w umowie. Opisana zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.*

7. § 8 ust. 2 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „, za zwłokę w przekazaniu w dzierżawę sprzętu ponad termin określony w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie  
mgr Agnieszka Kruk /-/*