

**Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa aparatury medycznej.

Numer referencyjny: 4-P-25

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

1. Prosimy o dopuszczenie nieznacznie niższej myjni 1500 mm.
2. Dotyczy: wzór umowy. Wnosimy o dodanie zapisu „Dostawa i montaż urządzeń zostaną poprzedzone pisemnym lub e-mailowym potwierdzeniem przez Zamawiającego gotowości stanowiska do montażu urządzeń. W przypadku stwierdzenia braku gotowości stanowiska podczas dostawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami ponownego przyjazdu technika oraz kosztami roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia montażu. W takim wypadku, termin wykonania montażu ulega wydłużeniu przynajmniej dwukrotnie.”
3. Wnosimy o redukcję kar umownych o 50%. Uzasadnienie wynika z art. 484 k.c. (miarkowanie).

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zamawiający dodaje ust.3 w par. 1 istotnych postanowieniach umownych o treści: „Dostawa i montaż urządzeń zostaną poprzedzone pisemnym lub e-mailowym potwierdzeniem przez Zamawiającego gotowości stanowiska do montażu urządzeń. Zamawiający nie wyraża zgody na

dodanie dalszej części zapisu "W przypadku stwierdzenia braku gotowości stanowiska podczas dostawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami ponownego przyjazdu technika oraz kosztami roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia montażu. W takim wypadku, termin wykonania montażu ulega wydłużeniu przynajmniej dwukrotnie."

3. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający uważa, iż kary przedstawione w Istotnych postanowieniach umownych są niskie, biorąc pod uwagę całkowitą wartość zamówienia.

## **Pytanie nr 2**

1. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy w ramach pakietu nr 5 Zamawiający wymaga, aby dostawy odbywały się sukcesywnie? Jeśli tak to prosimy o informację, ile takich dostaw Zamawiający przewiduje. Czy Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe? W jakim terminie wówczas Zamawiający oczekuje dostawy takiego zamówienia częściowego?

2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V, 50-60Hz?

3. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wypełnione płytami HPL, odejmowanymi w segmencie oparcie placów, uda i podudzia; w segmencie oparcia pleców płyta przezierna dla promieni RTG?

4. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca bez właściwości antyalergiczných?

5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o grubości 140 mm?

6. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworzni wyrównania potencjału?

7. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych są wbudowane w barierki boczne - dwa z prawej strony łóżka i dwa z lewej strony łóżka?

8. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym jest możliwość zablokowania tylko wybranych funkcji (selektywna blokada) elektrycznych na panelu centralnym?

9. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym wskaźniki zablokowanych / odblokowanych funkcji będą znajdowały się tylko na panelu centralnym?

10. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną oparcia pleców w zakresie 65° (+/- 5°)?

11. Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację

elektryczną segmentu ud w zakresie 44o (+/- 2o)?

12.Czy (w pkt. 35 - 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym przyciski do ustawienia pozycji krzesła kardiologicznego, pozycji do badań - podniesienie i wypoziomowanie leża, pozycji Trendelenburga i CPR (pozycji zerowej) będą dostępne tylko na panelu centralnym?

13.Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej?

14.Czy (w pkt. 44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej cztery koła w tym dwa z blokadą?

15.Czy (w pkt. 44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej jedną szufladę oraz jedną szafkę zamykaną drzwiczkami?

16.Czy (w pkt. 44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wszystkich szafek otwieranych tylko prawostronnie?

17.Prosimy o odstąpienie od zapisów w pkt. 45 dot. i wyrażenie zgody na dostawę w opakowaniach stosowanych przez danego producenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający wymaga by dostawy odbywały się sukcesywnie, zgodnie ze złożonymi zamówieniami. Zamówienie częściowe zostanie złożone na minimum 5 szt. łóżek.

2. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Zgodnie z SWZ - Zamawiający podał minimalny zakres: Oparcie pleców - w zakresie co najmniej 0- 60 st. +/- 5 st. - Jeżeli Wykonawca oferuje zakres 0-65st. - oferuje parametry wyższe czyli spełnia wymagania.

11. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zamawiający wyraża zgodę.

13. Zamawiający wyraża zgodę.

14. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Zamawiający wyraża zgodę.
16. Zamawiający nie wyraża zgody.
17. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wym.: wys.: 855 x szer.: 450 mm x gł.: 555 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści załadunek 1 basen lub 2 kaczki lub miska do mycia pacjenta?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z zapisem 1 do 10 sekund?

Uzasadnienie: Oferowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w standardzie EKG.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z częstotliwością próbkowania 1000Hz?

Uzasadnienie: Jest to wartość wystarczająca do wykonywania prawidłowego zapisu EKG i wykrywania impulsów stymulatora.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

1. Dotyczy: Część 1 - Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych – 1 szt.

Załącznik nr 2 do SWZ, tabela Lp. 11

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości 1500 mm, przy zachowaniu wymaganej szerokości i głębokości.

Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SWZ.

2. Dotyczy: Część 1 - Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych – 1 szt.

Załącznik nr 2 do SWZ, tabela Lp. 12

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z wbudowanym systemem zmiękczenia wody, który gwarantuje długotrwałą eksploatację urządzenia bez względu na twardość wody zasilającej?

Proponowane rozwiązanie jest równie skuteczne jak opisane w pkt. 12, a pozwala na znaczne obniżenie ceny zakupu i eksploatacji myjni.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją segmentu oparcia pleców, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym dla pacjenta?
3. Czy Zamawiający dopuści 36 miesięczny okres gwarancji lub dokona innego pomniejszenia tego okresu?
4. Czy Zamawiający dokona pomniejszenia kar umownych przewidzianych w projekcie umowy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7**

1. Stół rehabilitacyjny, który ma być w zestawie do kabiny ugul, ma mieć konkretny rodzaj/sposób regulacji wysokości - regulacja manualna (korba), elektryczna (pilot ręczny) czy hydrauliczna (pedały nożne)?
2. Czy po zrealizowaniu dostawy pakietu 2 (kabina UGUL z osprzętem oraz stołem rehabilitacyjnym) Zamawiający oczekuje faktury na której będzie jedna pozycja "uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego" czy dopuści i przyjmie fakturę na której będą wyszczególnione trzy pozycje, tj. ugul, osprzęt, stół rehabilitacyjny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający oczekuje regulacji wysokości elektrycznej.
2. Zamawiający dopuści fakturę, na której będą wyszczególnione pozycje.

## Pytanie nr 8

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu 1 - Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?

1. Urządzenie do opróżniania, mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady ludzkie, takich jak nocniki, butelki na mocz, baseny, naczynia zbiorcze, wiadra i miski .
2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2025
3. Konstrukcja oraz wymagania eksploatacyjne zgodne z normami PN-EN ISO 15883-1 oraz PN-EN ISO 15883-3.
4. Certyfikaty: MDD 93/42/EEC, ISO 15883-1, ISO 15883-3.
5. Certyfikat CE z czterocyfrową notyfikacją.
6. Urządzenie z certyfikowanym systemem hydraulicznym DVGW, zaprojektowanym do izolowania systemu rurociągów wody pitnej zgodnie z normę europejską EN1717
7. Myjnia ładowana od przodu, drzwi pełne otwierane w płaszczyźnie poziomej.
8. Urządzenie wykonane w całości z materiałów odpornych na działanie korozji. Drzwi, panele zewnętrzne, rama ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301) Wykończenie typu Scotch Brite
9. "Drzwi z rozwiązaniem typu "taca" do zbierania wszelkich płynów, które mogą wydostać się podczas załadunku mytych przedmiotów.
10. Drzwi izolujące termicznie i akustycznie.
11. Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia.
12. Komora myjni tłoczona, bez śrubowych i spawanych połączeń wewnątrz, wykonana ze stali nierdzewnej.
13. Higieniczny, gładki panel sterowania z przyciskami dotykowymi, odporność na ścieranie, uszkodzenia oraz środki dezynfekcyjne.
14. Drzwi komory otwierane i zamykane manualnie
15. Automatyczna blokada drzwi po starcie programu, utrzymywana przez cały cykl oraz w przypadku awarii.
16. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni.
17. System mycia z 17 dysz myjących w tym 9 dysz stałych i 8 dysz rotacyjnych
18. Materiał wykonania: AISI 304 (DIN 1.4301) stal nierdzewna

- 19.40-znakowy wyświetlacz LCD z klawiaturą sterującą, pokazujący różne fazy cyklu, komunikaty alarmowe, temperaturę dezynfekcji i wartość  $A0 > 60$
- 20.Dezynfekcja termiczna regulowana do 95°C, wyjście pary z dysz myjących w celu optymalizacji dezynfekcji
- 21.Min. 3 wstępnie zdefiniowane programy: NORMALNY (dla odpadów stałych), ECONOMICZNY (dla odpadów płynnych), INTENSYWNY (dla trudnych zabrudzeń)
- 22.Inteligentne sterowanie przepływem wody, ciśnieniem i systemem natryskowym dla poprawy skuteczności mycia.
- 23.Optyczna i akustyczna informacja o awarii urządzenia. Komunikaty w j.polskim
- 24.Zasilanie: 3-fazowe (400V, 50Hz).
- 25.Moc znamionowa: max. 4,05 kW.
- 26.Wbudowana wytwornica pary: max. 3,2 kW z czujnikiem poziomu wody i termostatem bezpieczeństwa.
- 27.Zasilanie wodą zimną i ciepłą (3/4").
- 28.Urządzenie z uniwersalnym przyłączem do odpływu kanalizacyjnego [w posadzkę lub do ściany], średnica odpływu min. DN 90, z systemem monitorowania drożności odpływu, zatrzymującym pracę urządzenia w przypadku zablokowania odpływu kanalizacyjnego
- 29.Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 450 x 500 x 1500 mm., maksymalna waga urządzenie 85 kg.
- 30.Wbudowana 1 pompa dozującą środek zmiękczający/detergent z monitorowaniem poziomu w kanistrze i dozowaniem regulowanym z klawiatury sterującej. Wyposażona w elektryczne urządzenie sterujące z sygnalizującą wyciek płynu z pompy .
31. Przepływomierz do monitorowania prawidłowej ilości płynu chemicznego używanego podczas cyklu. (EN ISO 15883-1 p.4.2.2 - 4.2.3)
- 32.Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5L wewnątrz urządzenia.
- 33.Załadunek na jeden cykl: min. 1 basen z pokrywą + 1 kaczką lub 3 kaczki.
- 34.Urządzenie wyposażone w kosz do mycia w jednym cyklu : 1 basen z pokrywą + 1 kaczką lub 3 kaczki.
- 35.Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika.
- 36.Myjąca pompa obiegowa: min. 800 W, wydajność min. 240 l/min.

37.Tryb stand-by minimalizujący zużycie energii.

38.Otwór pomiarowy do niezależnego pomiaru wskaźnika A0.

39.Urządzenie wyposażone w system automatycznego uruchamiania dezynfekcji po 24 godzinach jego nieużywania.

40.Urządzenie wyposażone w zautomatyzowany system dezynfekcji wody używanej do końcowego płukania i w celu schłodzenia komory mycia, zabezpieczający przed skażeniem mikrobiologicznym, zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.5.

41.Urządzenie wyposażone w system automatycznego opróżnianie wody z pompy, zbiornika i przewodów po zakończeniu cyklu w celu zapewnienia braku skażenia mikrobiologicznego wewnątrz urządzenia, zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.1 & 5.5.1.1

42.Urządzenie z wbudowanym wyjściem szeregowym RS232 i portem USB do połączenia z komputerem osobistym w celu programowania i aktualizacji oprogramowania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Wykonawca zamieścił pełen opis oferowanego przez siebie produktu z prośbą o ich dopuszczenie, bez odniesienia się do parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż przesłane pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści lub doprecyzowanie opisu w rozumieniu art. 284 ust.1 ustawy. W takim wypadku nie ma zastosowania art. 284 ust. 2 ustawy., tym samym Zamawiający nie dokona odpowiedzi na to pytanie.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.