

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

Pakiet nr 107 – Kasetki histopatologiczne

Pytanie nr 1 – poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem. Kasetki z nieregularnymi otworami, nie większymi niż 1x5 mm, zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki.

Zdjęcie poglądowe poniżej:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza , jeżeli istnieje możliwość kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia kasetki bez urwania wieczka

Pytanie nr 2 – poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej biopsyjnej z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem do przeprowadzania bardzo drobnego materiału bez wewnętrznych dwóch komór z otworami o wymiarach 0,38 x 0,38 mm

Zdjęcie poglądowe poniżej:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza , jeżeli istnieje możliwość kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia kasetki bez urwania wieczka

Pytanie nr 3 – poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie wkładek do kasetek (gąbek) w opakowaniu po 1000 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę!

W imieniu Zamawiającego